

# 优质肉牛培育示范推广项目

## 谈判文件

采购编号：ZFCG-HZBY2024065

招 标 人：阿勒泰市农业农村局



招标代理机构：新疆瀚展博源项目管理有限公司



日 期： 2024 年 11 月

# 目 录

竞争性谈判公告 .....	
谈判须知前附表 .....	
第一章 说 明 .....	
第二章 谈判供应商须知 .....	
第三章 合同条款 .....	
1、报价函 .....	
2、法定代表人身份证明 .....	
3、法定代表人授权委托书 .....	
4、报 价 一 览 表 .....	
5、中小企业声明函 .....	
6、到货计划表 .....	
7、商 务 条 款 偏 离 表 .....	
8、谈判供应商基本情况表 .....	
9、谈判供应商资格证明文件 .....	
10、项目业绩表 .....	
11、技术文件内容 .....	
12、技 术 规 格 偏 离 表 .....	
13、谈判供应商认为有必要说明的问题格式自拟 .....	

# 竞争性谈判公告

## 项目概况

优质肉牛培育示范推广项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2024年11月29日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-HZBY2024065

项目名称：优质肉牛培育示范推广项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：940000.00

最高限价（元）：940000.00

采购需求：完善实验室设备配置，提高畜牧兽医实验水平，为优质肉牛培育示范推广提供支撑；采购纯水仪1个、高压灭菌器2个、电子天平1个、鞋套机1个、洗板机1个96\*2、干燥箱1个、培养箱1个，超净工作台2个，离心机2ML分离血清，振荡器2个，医用冰箱2个，医用冰柜2个，移液枪8道进口2个，移液枪12道进口2个，手动洗板机2个手动洗板时用，显微镜1个，酶标仪1个；仪器共计26台（详见采购内容及技术参数要求）

合同履行期限：详见谈判文件

本项目（否）接受联合体报价

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目专门面向中小企业。①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号，符合政府采购政策条件的，按规定给予评审优惠。

3. 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取（<https://www.zcygov.cn/>）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2024 年 11 月 29 日 10 点 30 分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、响应文件开启

开启时间：2024年11月29日10点30分（北京时间）

地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 本项目实行全流程电子招投标。
2. 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。
3. 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致

在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

4. 投标人在开标前应准备好电脑以及制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

5. 在投标截止时间前，投标人应将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

## **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

### 1. 采购人信息

名 称：阿勒泰市农业农村局

地 址：阿勒泰市

联系方式：18199610918

### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆瀚展博源项目管理有限公司

地 址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路克兰区 99 号万驰广场 1 栋十四层 3-3 号

联系方式：18809068299

### 3. 项目联系方式

项目联系人：王曼曼

电 话：18809068299

## 谈判须知前附表

序号	内 容
1	项 目 名 称：优质肉牛培育示范推广项目 谈判文件编号：ZFCG-HZBY2024065
2	招标单位名称：阿勒泰市农业农村局 招标单位地址：阿勒泰市 邮 编：836500
3	交货完工期限：签订合同后 45 天到货并安装完成。 交货地点：甲方指定地点。 质保期：质保期二年
4	财务状况：提供 2023 年度第三方财务审计报告（不适用于新成立的公司）
5	投标有效期：60 日历日
6	1、投标保证金金额：9000.00 元（玖仟元整） 递交方式：电汇、支票、汇票、本票或保函非现金形式提交 开户银行及帐号如下： 账户名称：新疆瀚展博源项目管理有限公司 账 户：20365439900100000876741 开户银行：中国农业发展银行阿勒泰地区分行营业部 行 号：203902009105 注：采用支票、汇票、本票作为投保保证金形式的，投标企业提供凭证中必须体现单位 账户汇出、备注项目名称。投标保证金须从供应商单位账户转出时备注项目名称，请投 标人自行确定好到账日期，因自身原因缴纳保证金未按开标截止前到账的，投标人自行 负责。

7	<p>1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作响应文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商可前往新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。</p> <p>5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。</p> <p>6、<b>评标结束后</b>，各投标单位须在一周内按竞争性谈判文件要求将纸质版响应文件递交至招标代理公司（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。<b>【1、份数要求：正本壹份、副本壹份，电子版 2 份（光碟）。2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本。】</b></p>
8	<p>不得超过谈判文件中规定的最高限价。本项目采用二轮报价，即标书内报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价。第二轮报价为最终报价。</p>
9	<p>谈判时间：2024 年 11 月 29 日 10 点 30 分（北京时间）</p> <p>谈判地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）</p> <p>备注：供应商需要使用 CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作响应文件，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”</p>
10	<p>提交响应文件截止时间：2024 年 11 月 29 日 10 点 30 分（北京时间）</p>

	地 点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）
11	响应文件开启日期：2024 年 11 月 29 日 10 点 30 分（北京时间） 地 址：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）
12	上限价：940000.00 元（ <b>玖拾肆万元整</b> ），响应文件的总报价不能高于此上限价，否则按照无效报价处理。
13	投标人资格条件： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目专门面向中小企业；1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；2、《财政部、SF 部关于政府采购支持 JY 企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；3、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号； (注：以上政策不重复享受)。
14	质疑函方式及联系信息：质疑函以书面形式递交；对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 3 个工作日内提出。（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。） 联系人及电话：王曼曼（18809068299） 地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路克兰区 99 号万驰广场 1 栋十四层 3-3 号
15	付款方式：项目开工后支付工程预付款 30%，项目完工后支付至工程款 80%，验收后支付至工程款 97%，留 3%作为项目质保金(其中 3%质保金以银行履约保函形式支付)。
16	本采购项目不接受联合体报价
17	1、根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附

	<p>加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>3、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。</p>
18	<p>投标人不得存在下列情形之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</li> <li>(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；</li> <li>(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；</li> <li>(4) 被依法暂停或者取消投标资格；</li> <li>(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；</li> <li>(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</li> <li>(7) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</li> <li>(8) 供应商被列入“信用中国”网站信用信息报告、中国政府采购网未被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）</li> <li>(9) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；</li> <li>(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。</li> </ol> <p>注：全国企业信用信息公示系统查询截图，信用中国网址下载的信用报告，中国政府采购网查询截图，中国裁判文书网查询截图。（涉及到网站信息的附网站进行现场查询，如有违法行为将禁止参与本次项目采购）</p>
19	<p>根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，<b>所属行业：农、林、牧、渔业。</b></p> <p>备注：价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业应当提供《中小企业声明函》，对声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。否则不做为认定依据。</p>

20	采购文件中要求的产品，需投标人在投标文件中承诺所投产品具备采购文件所列的参数要求，并承诺如中标后可向采购人提供样品及所投产品厂家出具的检测报告原件，承诺文件格式自拟，未提供承诺将作废标处理。如中标后签订合同时无法提供样品及所投产品厂家出具的检测报告原件，甲方将拒绝合同签订，并认定为虚假承诺扣除本项目的投标保证金，且将此失信行为上报给采购监管部门。
----	--

# 第一章 说明

## 1.1 适用范围

本次谈判仅适用于优质肉牛培育示范推广项目

## 1.2 谈判资格及要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条相关要求；

2、谈判供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

2.1. 具有企业或者事业单位法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.4. 谈判供应商须具有在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格且营业执照在有效期内的企业。

2.5. 本谈判项目不接受联合体报价。

1.3 谈判项目 本次谈判项目明细及要求附后。

1.4 定义 下述术语和缩写的定义为：

1、“采购人”系指阿勒泰市农业农村局。

2、“谈判供应商”系指谈判表现人。

3、“供货者”系指国内的合法供货人。

4、“货物”系指谈判文件规定的，须向采购人（采购单位）提供采购及安装采购内容。

5、“服务”系指谈判文件规定谈判供应商须承担的安装、调试、保修、技术协助及其他类似的责任。

# 第二章 谈判供应商须知

## A 响应文件的编写

### 1. 要求

1.1 谈判供应商应仔细阅读谈判文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其报价对谈判文件作出实质性响应。否则，其报价可能被拒绝。

### 2. 响应文件语言和度量单位

2.1 响应文件及谈判供应商和采购人或采购代理机构就交换的文件和往来信件，须以中文书写。

2.2 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

### 3. 响应文件的组成

响应文件由以下部分组成。

一、投标函

二、法定代表人身份证明书及授权委托书

三、开标一览表及报价明细表

四、供应商概况表

五、关于资格的声明函

六、纳税证明材料

七、社保缴纳证明材料

八、2023 年度第三方财务审计报告

九、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十、不参与围标串标承诺书

十一、商务条款偏离表

十二、技术规格偏离表

十三、近三年同类项目业绩

十四、中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

十五、技术方案

十六、人员配备

十七、培训方案

十八、售后服务方案

十九、要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

### 4. 报价

4.1 供应商按各设备详细报价，所有报价均以到达现场的全部费用为报价，必须包括谈判文件中对每个产品要求设备费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、各种税费、零部件费、特殊工具费、培训费、检验费、技术服务费等。

4.2 所有的单价和总价格均按谈判文件中的报价一览表格式填写，以人民币报价。

4.3 不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

## **5. 报价保证金**

5.1 报价保证金为响应文件的重要组成部分，在供应商向采购人或采购代理机构提交响应文件时如以单位账户转账形式缴纳保证金，账户信息详见谈判供应商须知前附表。

报价保证金须从谈判供应商的基本户中转出并备注所投项目的准确名称，否则视为无效。

5.2 报价保证金用于保护本次谈判免受谈判供应商的行为而引起的风险。

5.3 未按规定提交保证金的，将被视为无效报价。

5.4 未成交的谈判供应商的保证金将在公布成交结果后五天内无息退还。

## **6. 响应文件有效期**

6.1 从提交响应文件截止之日起 60 日历日内为响应文件有效期，响应文件应保持有效。

## **7. 响应文件的签署及规定**

7.1 所有响应文件必须提交 1 套正本和 1 套与正本相同的副本，（电子版响应文件 U 盘单独封装）并标记出“正本”和“副本”。

7.2 当正本和副本之间出现任何差异时，以正本为准。

7.3 响应文件正本必须有法定代表人或授权代表签字或盖章。

7.4 响应文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

7.5 不接收电话、电报、电传、E-MAIL 形式的响应文件。

## **B 响应文件的提交**

### **1. 响应文件的密封和标记**

1.1 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

1.2 未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

**1.3 评标结束后**，各投标单位须在一周内按竞争性谈判文件要求将纸质版响应文件递交至招标代理公司（所产生的费用投标单位自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本壹份，电子版2份（光碟）。2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本。】

## **2. 提交响应文件的截止日期**

2.1 所有响应文件必须于**开标截止时间**之前送达谈判文件规定的地点，在此之后送达的任何响应文件一律不予接收。

2.2 出现因谈判文件的修改推迟提交响应文件截止之日时，则按采购人或采购代理机构修改通知规定的时间提交。

## **3. 响应文件的修改和撤销**

3.1 谈判供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，须在提交响应文件截止日期之前向采购人或采购代理机构发出修改或撤销的书面通知，该通知须有谈判供应商法定代表人或授权代表的签字。

3.2 谈判供应商对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按谈判文件要求进行密封、标注和提交，并注明“修改响应文件”或“撤销报价”字样。在提交响应文件截止日期之前收到该通知才有效。对响应文件修改的书面材料应于提交响应文件截止日前送达采购人或采购代理机构。

3.3 提交响应文件截止日期以后不允许修改响应文件。

3.4 谈判供应商不得在响应文件有效期满前撤销响应文件。否则采购人或采购代理机构将没收其报价保证金。

## **C 谈判小组**

1.1 谈判小组依法组建，负责评审活动，向采购人推荐成交候选人或者根据采购人的授权直接确定成交供应商。

谈判小组由采购人负责组建，谈判小组成员名单于谈判会前确定。谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

1.1.1 谈判小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上（含）的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

1.1.2 按前款规定确定谈判小组成员，可以采取随机抽取或者直接确定的方式。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，可以由采购人直接确定。

1.2 谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何谈判供应商或者与成交结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受谈判供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

1.3 谈判小组成员和与参与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。与谈判活动有关的工作人员，是指谈判小组成员以外的因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

#### **D 评审的准备与评审方法**

1、谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的3名专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。谈判供应商须有法定代表人或授权代表参加并签到。

2、以提交响应文件的逆顺序确定谈判顺序，由采购人组织的谈判小组分别与谈判供应商进行谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。所有谈判供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间内提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务

和最后报价，谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有谈判供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺，填写谈判记录表，并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的谈判供应商，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求谈判供应商在规定时间内进行多次报价，以谈判供应商最后的有效报价为准。

7、 下列情况属于初步评审

项目	序号	评审内容	评审方法	
			通过	不通过
资格审查	1	提供合格的企业法人营业执照；		
	2	提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；		
	3	提供中小企业声明函		
响应性评审	1	响应文件组成完整，主要内容按竞争性谈判文件规定的内容、格式填写；		
	2	响应文件的有效期满足竞争性谈判文件的规定；		
	3	谈判供应商对同一采购项目未做出两个以上报价而未明确效力；		
	4	技术性能、技术参数满足谈判文件要求；		
	5	响应文件载明的供货范围等符合谈判文件的要求；		
	6	交货期符合谈判文件要求；		
	7	投标报价未超过最高限价；		
	8	政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；		
	9	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：缴纳税收资料：提供税务机关出具的近半年任意两个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 缴纳社会保障资金资料：提供近半年任意两个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机关出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。		

10	其他要求：响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合响应文件的其他要求		
<b>以上有一项不通过结论为不通过，评审通过的谈判供应商进入谈判阶段</b>			

评审过程中，响应文件出现以上情形之一的，将作为无效响应文件，不再进入谈判环节。

## 8、成交原则

### 1. 谈判响应文件鉴定

1.1 谈判小组对响应文件进行资格审查及响应性评审，检查响应文件内容是否提交了保证金、文件签署是否规范以及谈判供应商资格是否符合要求等。不符合要求的响应文件，为无效的响应文件。如响应文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该谈判供应商。

### 2、评审办法

2.1 通过资格审查及响应性评审，并且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的谈判供应商作为成交供应商。

2.2 谈判小组先对响应文件进行资格审查及响应性评审，符合条件的谈判供应商进入谈判阶段，谈判结束后，报价由低到高进行排序，报价最低的谈判供应商为第一成交候选人。

### 3、谈判流程

- (1) 谈判小组讨论、通过谈判评审工作流程和谈判要点；
- (2) 谈判小组审阅谈判文件和响应文件；
- (3) 谈判小组对供应商商务、技术文件及报价文件进行评审并推荐成交候选供应商；
- (4) 谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；
- (5) 宣布成交候选供应商；
- (6) 开标结束。

**谈判小组应当根据最终报价情况，按照由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人，并编写评审报告。**

## F 授予合同

## **1. 推荐准则**

1.1 谈判小组依据评审办法，结合响应文件、答疑情况进行评价、比较和讨论，按最终报价高低评选出成交候选人，并排出先后次序。采购人根据谈判小组的推荐结果，最终确认成交供应商。由采购人审核谈判小组的评审报告，在此基础上依照国家法律、法规，依法确定成交供应商。

## **2. 成交结果通知**

2.1 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2.2 对于未成交或被拒绝的谈判供应商，采购人或采购代理机构有权拒绝说明或解释其原因和理由。

## **3. 合同的签订**

3.1 成交供应商按照成交通知书约定的时间内与采购人进行合同协商。

3.2 采购人在授予合同时有权对谈判文件中规定的服务和货物数量予以增加或减少。

3.3 谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订本项目合同的依据。

3.4 不允许成交供应商将项目转交他人承担。

## **4. 报价费用**

4.1 凡与本项目采购有关的一切费用均由谈判供应商自行承担（包括文件费、场地费、采购代理服务费等）。

## **G 合同的组成**

### **1. 合同的组成**

1.1 下列文件均为合同不可分割部分：

- (1) 谈判文件；
- (2) 成交供应商的响应文件；
- (3) 合同条款及合同特殊条款；
- (4) 项目订货合同；
- (5) 答疑记录及文件。

## 第三章 合同条款

### 一、建设工程内容

1.1 项目名称：优质肉牛培育示范推广项目

1.2 项目地点：阿勒泰市

1.3 项目内容：工程项目的各项功能要求、技术指标、配置清单等以招标文件或相关技术附件为准。

### 二、建设项目合同期

2.1 项目交付时间：\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日，  
\_\_\_\_\_日历日内完成项目建设。

2.2 项目交付地点：富蕴县，其他配套设备和工程的提供、系统联调配合、道路施工等所造成的工期延误，项目完成时间顺延。

2.3 项目交付方式：乙方完成安装调试并提交甲方验收合格后视为交付，项目交付后风险转移至甲方。

### 三、质量要求、技术标准

本合同内乙方提供的货物及服务应符合技术附件所述的标准，乙方应按技术附件约定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未使用过的全新产品，如在技术附件中无相应说明，则按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照企业标准履行；乙方提供的货物运输至甲方指定地点所产生的运输费用由乙方承担。

3.1 工程质量标准：按国家相关规范和标准。

3.2 乙方所提供的产品性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合行业标准。同时存在多个标准的，以技术参数高的标准为准。乙方提供产品不符合质量要求的，乙方必须接到甲方通知后无条件予以更换。

3.3 交付的货物应与技术附件规定的型号规格一致。

3.4 除另有规定外、计量单位应该使用中国法定计量单位。

3.5 工程项目施工过程中，因本项目通过竞争性谈判采购，故双方不可另行约定更改谈判文件中已明确的主要内容。

### 四、合同价款

甲、乙双方确认，本项目合同价款为：\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），合同价款包含税金。

### 五、合同价款支付

5.1 付款方式：电子转账

5.2 支付类型：人民币

5.3 经甲方验收合格后\_\_个工作日内，由乙方提供等额发票，甲方向乙方按要求支付金额。

5.4 若因甲方基础建设施工未完成、未提供设备安装场地等原因，导致部分设备无法交付、安装、验收的，甲方应对已交付、安装的设备进行验收、并按上述进度对已交付、安装、验收的部分货物支付相应款项及符合甲方要求的总价款金额发票。

5.5 支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续，开户行和账号以该合同签订为准。如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法定代表人签字的证明文件。

## 六、履约保证金

1. 履约保证金的退还方式：银行转账方式。

2. 履约保证金的退还时间及条件：自本合同履行完毕经甲方验收合格后，履约保证金甲方向乙方无息退回。

3. 履约保证金不予退还的情形：乙方未按照与甲方订立合同履行义务或不履行合同的，履约保证金不予退还。由此对甲方造成的损失超过履约保证金金额的，还应当对超出部分予以赔偿。

## 七、词语定义及合同文件

### 7.1 词语定义

本合同下列词语应具有本条款所赋予的定义：

7.1.1 “货物”：本合同所称货物是指乙方基于提供文件或技术附件约定而应向甲方提供符合要求及满足功能的光缆材料等设备，它还包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件及单据。

7.1.2：“服务”系指根据合同约定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，如运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中约定乙方应承担的其它义务。

7.1.3：“合同总价款”系指根据合同约定、乙方在正确地履行合同义务后甲方应付乙方的价款。

7.1.4：“甲方”系指合同中明确约定的实际购买货物和服务单位，即阿勒泰市农业农村局。

7.1.5：“乙方”系指合同中约定的提供货物和提供服务的单位。即  
\*\*\*\*\*.

### 7.2 合同文件及解释顺序

除双方最终签署的合同文本（下称“合同文本”）外，下列文件为本合同的组成部分。本合同所属文件应能相互解释，互为说明。除合同文本另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

#### 7.2.1 合同文本及补充协议

#### 7.2.2 技术附件

## 八、双方一般权利和义务

### 8.1 甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

8.1.1 甲方在合同签订后 5 个工作日内确定项目负责人及协调人员名单，通知乙方、并明确其相关责任、负责项目的协调工作。

8.1.2 甲方应按项目建设和乙方的要求明确各设备安装的具体地点。

8.1.3 甲方应按照项目建设和乙方的要求办理准许施工手续。

8.1.4 甲方应按照项目建设和乙方的要求提供其他设备安装所需的场地。

8.1.5. 项目或前端设备移交后的保管工作由甲方负责。

### 8.2 乙方工作

乙方应按约定时间和要求完成以下工作：

8.2.1 乙方在合同签订后 3 个工作日内将货物安装选点的要求提供给甲方，以便甲方按照要求选择确定安装点位。

8.2.2 乙方收到经甲方确认的安装点位并经现场考察后，7 个工作日内完成设备安装、施工图设计、提交甲方审核。

8.2.3 乙方向甲方提交开工申请。

8.2.4 开工申请批复、开工令下达后，乙方应严格按照约定工程进度进行施工和成果交付。

8.2.5 乙方在设备到货进场前、及时向甲方提交报审材料，并进行开箱验货、办理移交手续。

8.2.6 乙方定期向甲方提交进度报告，并按工程进度及时提交产品安装、调试及试运行等相关过程文档。乙方施工过程中发生安全事故或造成第三方人身及财产损害的，由乙方承担相应的赔偿责任。

8.2.7 乙方严格按照合同约定的要求进行培训。

#### 九、质保期、质保金及售后服务

9.1 质保期：本合同内的货物保修期为\_年，从货物的验收合格之日起算。质保期内乙方对产品质量问题负责免费维修保修，但因甲方操作不当、人为破坏，交通事故、盗抢、自然灾害等导致的故障不在免费保修之列。

9.2 售后服务：如因乙方未能在甲方通知维修之日起3日内提供售后服务，甲方有权使用第三方维修服务，由此产生的费用由乙方承担；如因设备未能及时维修导致甲方发生损失应由乙方承担。

#### 十、技术支持及培训

10.1 技术支持：提供软件免费升级、技术咨询等技术支持。

10.2 用户培训：用户现场培训、由乙方直接对参加建设工程的甲方人员(1-2人)做实践培训设备操作熟练使用。

#### 十一、工程变更

11.1 施工中甲方需对工程质量标准或其他实质性内容进行变更时，应提前两个星期以书面形式或向乙方发出变更通知，因变更而导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

11.2 变更工程量以甲方进行签字认可、增减变更工程量，有合同单价的，按合同单价进行结算，没有合同单价的，以双方确定的价格为依据。

11.3 乙方根据实际情况可提出优化方案或替代方案，需要变更时应提前2个星期以书面形式向甲方提交申请，因变更而导致的合同价款的增减，工期的变更、双方协商解决并签订补充协议。

11.4 工程变更事项应经双方签字盖章确认后生效。

#### 十二、工程验收

12.1 乙方完成项目建设后向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后15日内组织验收、甲方逾期未组织验收的视同验收合格。

12.2 因甲方原因造成部分设备无法完成交付的，后期交付的设备货物另行进行验收，不影响项目的整体验收。甲方对本项目进行整体验收，乙方承诺因甲方原因未建成的设备具备施工条件后按照合同要求完成建设。

#### 十三、违约、索赔和争议

##### 13.1 违约

13.1.1 甲方逾期付款的，应按每日\_\_%的应付款向乙方支付迟延履行违约金。甲方付款来源为财政资金支付，因财政资金审批流程导致付款延期的，甲方不承担违约责任。

13.1.2 由于乙方自身原因不能按合同工期完成逾期的工期目标，则乙方愿意受“每拖延1天向甲方支付合同金额的\_\_%的违约金”的处罚，延期超过10日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同金额的\_\_%支付违约金。

13.1.3 违约金应不超过合同总额的\_\_%。

### 13.2 争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

13.2.1 双方友好协商调解；

13.2.2 双方友好协商调解无效，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁、仲裁费用由败诉方承担。

### 十四、合同生效及其他

14.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2 如需补充合同内容、经协商一致，双方应签署补充协议，补充协议将作为本合同的一个组成部分。

14.3 合同份数：双方约定合同份数：一式陆份，甲方叁份、乙方叁份。

### 十五、合同附件（如有）

甲方：阿勒泰市农业农村局（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

地址：\_\_\_\_\_

开户行名称：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

地址：\_\_\_\_\_

开户行名称：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 第四章 采购货物清单及技术参数

序号	设备名称	配置参数	数量	单位
1	纯水仪	产水量：20L/Hr 纯水电导率：<1us/cm 取水量流量(L/min)：≥1.5 超纯水电阻率(m <sup>2</sup> -cm25℃)：18.25 TOC(ppb) <3(TOC值可在线监测) 细菌(CFU/m) <0.1 颗粒(0.221m/m) <1 重金属离子 0.01ppb 内毒素(Eu/ml) 0.001 溶解性二氧化硅 <0.01mg/L RNase (ng/ml) 0.004 DNase (pg/μl) 0.024 PH：中性 尺寸(长X宽X高)mm：中性420*310*530mm(长*宽*高) 典型应用、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、IF实验、DNA测序、ICP-MS、LCMS、HPLC、GC、AAS、PCR、TOC、谱分析等各类高端研究和高精密分析实验用水。	1	台
2	高压灭菌器	1、容积≥35L 2、电源：220V，电压：50HZ 3、功率：≥2.5kw 4、最高压力：0.23Mpa 5、灭菌室尺寸：380*370mm “6、外形尺寸：470*450*840mm 7、净重：41kg，毛重：67kg” 8、性能特点： “①选用优质不锈钢304，具有较强的耐酸碱碱性。 ②煤电两用的加热方式，可以明火加热、插电加热，方便实用。” ③使用了熟铁法兰加固，使得锅体更加稳固、安全。 ④超压自泄：0.145-0.165MPa，防止锅内压力过高，保证使用安全。 ⑤双刻度二类读数压力表，同时对应显示锅内的温度和压力值。 ⑥自涨式密封，密封效果好，温度和压力升值快。	2	台

3	电子天平	称量：200g 精度：0.0001g 最小称重：0.0004g 稳定时间：≤3S “显示方式： LCD 液晶显示屏（白色背光，黑色字体）秤盘尺寸：Φ80mm（标配）、Φ90mm（选配） 使用温度：5-35℃ 重复性：±0.0002g” 线性：±0.0003g 输出端口：RS232C（标配）、RS485/USB/打印机（选配） 包装尺寸：425*320*415mm 毛重：6.0kg	1	个
4	鞋套机	产品型号：XT-45C，外箱尺寸：78*44.5*33cm “出膜时间：≈3 秒，成型时间：≈3 秒 待机耗时：75W，产品净重：≈20.4KG 预热时间：≈60 秒，适用电压：220V±5% 额定功率：1300W，设计寿命：≈30 万次” 耗材容量：>1000 次，离地高度：15mm	1	个
5	洗板机	一、技术参数 1、清洗头：≥96 针； 2、残液量：<0.8ul； 3、清洗次数：≥0-900 次； 4、吸液时间：≤0-900 秒； 5、浸泡时间：≤0-9000 秒； 6、震板时间：≤0-9000 秒； 7、注液量：50-5000ul； 8、板型：标准 48 孔或 96 孔酶标板； 9、洗板模式：单板、双板、循环清洗； 10、存贮：可编辑存贮 100 组洗板程序； 11、洗板位：A、B、两个洗板位，可同时清洗两块 96 孔酶标板； 12、注液精度：先进的三次分液技术，确保 CV 值<1.5%； “13、液体瓶：洗液瓶、蒸馏水瓶和废液瓶各一只，容积为 4L； 14、清洗设置：可设置整板清洗，也可一条或几条组合清洗，随意设定想洗哪条就洗哪条，少了补孔的烦恼； 15、废液自排：人性化的废液自排功能可轻松实现废液自动排放，瓶满后再也不用人工倾倒废液； 16、孵育功能：两个酶标板孵育位，孵育时间 0-90 分钟任意设定，温控范围 25℃~45℃，控温精度±0.2℃； 二、产品特点 1、具有底部预冲洗和独特的三点吸液的设置，有效的保证了洗板时的残液量达到最小； 2、智能化开关机自动冲洗维护程序，大大减少了工作量，避免因洗液结晶造成的堵孔； 3、先进液位传感器，具有洗液不足及废液满报警功能，可设置洗液间自动或手动切换；	1	台

		4、微电脑控制，全中文操作，5.1 寸大屏幕 LCD 液晶显示，单屏显示所有洗板信息，人机对话的操作模式免培训即可作业。 5、美国原装进口托玛斯真空泵，超大流量保证清洗酶标板时对清洗压力的严苛要求。		
6	干燥箱	产品型号：DHG-9746A(升级款) 温控范围：室温+10~300℃ “电源电压：220V50Hz 控温精度：±0.1℃温度波动：±0.5℃ 加热功率：3000W” 工作室尺寸（mm）：530*430*530（136L） 外形尺寸（mm）：665*665*845mm	1	台
7	培养箱	技术参数： 1、容量：80L 2、控温范围：RT+5~65℃，分辨率：0.1℃ “3、温度波动：+0.5℃，均匀度：±1℃ 4、加热功率：600W 5、工作室尺寸：410*410*510mm 6、外形尺寸：约 550*510*790mm” 7、定时范围：0~9999 分钟或小时 8、隔板层数：二层（不锈钢材质）；电源：220V，50Hz 9、工作环境条件：环境温度：5~40℃，相对湿度：<85%	1	台
8	超净工作台	洁净等级 对于粒径>0.5 μm 的尘埃≤3.5 颗/升(100 级) 菌落数 对于粒径≤0.5 个/皿·时(Φ90mm 培养皿) 平均风速 0.25-0.6/s(可调) “噪音振动半峰值 ≤ 3um 照度 ≥300Lx” 电源 AC.单相 220V/50Hz 最大功率 0.8KW 重量 150Kg	2	台
9	离心“机 2ML 分离血”	二、产品特点： ◎体积小巧，节约实验室空间 ◎采用全钢结构，不锈钢离心腔 ◎交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。 ◎10 档加减速控制，变频电机，更快的加减速。 ◎多彩液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观。 “◎运行中可随时更改时间、转速，无需停机。 ◎自动计算并同步显示离心力 RCF 值。” “◎采用电子门锁，增强安全性。三、技术参数： 型号 WE-HI-66K 最高转速 16500rpm 总功率” 最大相对离心力 18757xg 整机噪声 最大容量 12x5ml 离心腔直径 定时范围 1min~99min 外形尺寸 转速精度 ±10r/min 外包装尺寸 支持电源 AC 220+22V 50/60Hz10A 净重	2	台

10	振荡器	1、时间设置 1min~99h59min 2、转速范围 $\geq 200 \sim 1500$ rpm 3、振幅 3mm 转速步进 10rpm 4、样本容量 4块微孔板 5、电源 AC110V~240V 50/60 Hz 6、输入功率 $\geq 45$ W 7、输入电压 AC110V~240V 50/60 Hz 8、外形尺寸 270×260×130 (mm) 9、重量 $\geq 4.0$ kg	2	台
11	医用冰箱	参数： ●容积(L):307L ●内尺寸(W*D*H)mm: 560*475*1130mm ●外尺寸(W*D*H)mm: 850*850*1740mm ●电压(V/HZ):220V/50Hz ●功率(W):400/530/580W ●耗电量(KWh/24h):5.3/8.2/8.9KWh/24h ●可调温度范围:-40℃~-86℃ ●环境温度:16℃-32℃ ●搁架:3层 "●内门:4个 ●气候类型:N ●温控器:微电脑 LED 显示温控器" ●风机:EMB ●压缩机品牌:思科普 ●制冷方式:直冷 ●除霜方式:手动除霜 ●制冷剂:无氟环保混合制冷剂 ●净重(Kgs):145kg ●外箱材料:冷轧钢板、静电喷涂 ●内胆材料:优质食品级 304 不锈钢 ●报警方式:蜂鸣声音及显示闪烁报警 ●质保期:整机一年,压缩机三年	2	台
12	医用冰柜	参数： ●容积(升):456升 ●内胆尺寸(长*宽*高)mm:1370*490*590mm ●产品尺寸(长*宽*高)mm:2110*895*1095mm ●额定电压频率(V/HZ):220V150HZ 功率(瓦):520/530/550/1150W ●耗电量(KWh/24h):8.2/8.9/10.2/19.2KWh/24h ●可调温度:-86℃/-105℃ ●环境温度:16℃-32℃ ●气候类型:N ●控制系统:微电脑控制 "●温控显示:LED 数字显示 ●压缩机品牌:斯科普	2	台

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 风机:EBM</li> <li>● 制冷方式:直冷”</li> <li>● 除霜方式:手动除霜</li> <li>● 制冷剂:无氟环保多元混合制冷剂</li> <li>● 发泡层厚度:150mm</li> <li>● 包装尺寸(长*宽*高)mm:2315*1015*1200mm</li> <li>● 净重/毛重(Kgs):206/239kg</li> <li>● 箱体材料:冷轧钢板、静电喷涂</li> <li>● 内胆材料:优质食品级 304 不锈钢</li> <li>● 报警方式:蜂鸣声音及显示闪烁报警</li> <li>● 质保:整机一年, 压缩机三年</li> <li>● 附件:网篮、说明书、除冰铲、手套、钥匙</li> </ul>		
13	移液枪 8 道	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 PerfectPiston™系统的高科技材质, 坚固耐用, 耐高温抗腐蚀</li> <li>2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌, 操作更安全</li> <li>3、四位数字体积显示, 位置合理, 便于移液时观察</li> <li>4、卓越人体工程学设计, 重量轻, 显著减少操作力, 避免发生手部重复性劳损 (RSI)</li> <li>5、伸缩式弹性吸嘴设计, 防止吸头安装高高低低, 确保移液气密性和均一性”</li> <li>6、Eppendorf 密度调节功能, 适用于不同密度的液体, 通用性更广泛</li> <li>7、单独活塞设计, 每个通道可单独拆卸, 便于维护和清洁</li> <li>8、通道数字标识, 确保同一方向移液</li> </ol>	2	台
14	移液枪 12 道	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 PerfectPiston™系统的高科技材质, 坚固耐用, 耐高温抗腐蚀</li> <li>2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌, 操作更安全</li> <li>3、四位数字体积显示, 位置合理, 便于移液时观察</li> <li>4、卓越人体工程学设计, 重量轻, 显著减少操作力, 避免发生手部重复性劳损 (RSI)</li> <li>5、伸缩式弹性吸嘴设计, 防止吸头安装高高低低, 确保移液气密性和均一性”</li> <li>6、Eppendorf 密度调节功能, 适用于不同密度的液体, 通用性更广泛</li> <li>7、单独活塞设计, 每个通道可单独拆卸, 便于维护和清洁</li> <li>8、通道数字标识, 确保同一方向移液</li> </ol>	2	台
15	手动洗板机	<p>波峰高度范围:0-12MM 可调, 并保持波峰平衡 锡炉溶锡量: APPROX. 120KG 波峰数量:2 锡炉温度: 室温~300℃、控制精度士 1-2℃</p> <p>预热区长度:700MM 温度控制方式:P. 1. D+SSR 预热区数量:2 整机控制方式:三菱 PLC+显控触摸屏 预热区功率:4KW 助焊剂容量: MAX5. 2L 预热区温度:室温~250℃可设置 助焊剂流量:10~100ML/MIN” 加热方式:热风/红外 喷雾方式:步进马达/气缸驱动 适用焊料类型:无铅焊料/普通焊料 电源:3 相 5 线制 380V 锡炉功率:6KW 气源:4~7KG/CM2 外型尺寸:L2050xW1000xH1450MM 机架尺寸:L1450xW1000xH1400MM</p>	2	台
16	显微镜	<p>光学系统 无限远光学系统 目镜 WF10 大视野目镜 (Φ 22mm), 视度可调节+5 屈光度无限远物镜 高 清荧光物镜 10X/20X/40X</p>	1	台

		<p>相衬专用物镜 10X/20X</p> <p>观察头 铰链式三目观察镜筒, 30 度倾斜, 360° 旋转视度补偿 ±5 度屈光调节</p> <p>瞳距范围 48-75mm</p> <p>转换器 无孔</p> <p>光源 UBG3 颗长寿命 LED 光源, 寿命 30000 小时以上</p> <p>载物台 移动范围 77mm(纵向)X134.5mm(横向), 移动尺可拆卸</p> <p>托板一:86mm(宽)X129.5mm(长), 可适配园形培养皿中 87.5mm 托板</p> <p>二:34mm(宽)X77.5mm(长), 可适配园形培养皿 68.5mm 托板三:57mm(宽)X82mm(长)</p> <p>调焦机构 载物台高度升降范围≥14mm, 低手位粗微调同轴调焦手轮</p> <p>粗调限位旋钮, 避免标本或物镜的损伤, 粗调焦旋钮的张力可调节, 细调焦旋钮最小可调, 幅度:1 μ m”</p>		
17	酶标仪	<p>~波长范围:180-1100nm, 0.1nm 步进读数范围:0.000-4.000A</p> <p>光谱带宽:2±0.4nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:&lt;0.2nm</p> <p>杂散光:&lt;0.05%(220nm)</p> <p>吸光度线性(450nm):2%(0-2.5A)</p> <p>吸光度准确性(450nm):1.0%+0.003A(0-2.0A)</p> <p>2.0%(2.0-2.5A)</p> <p>吸光度重复性(450nm):SD&lt;0.003A 或 CV&lt;1.0%</p> <p>孵育温度范围及均匀性:室温+5℃-45℃, ±0.5℃在 37℃下检测速度:10s(96 孔板)、20s(384 孔板)</p> <p>支持微孔板:96 孔、384 孔标准板</p> <p>显示屏:10 英寸高分辨率电容彩色液晶屏操作显示:触摸屏输入, 安卓系统</p> <p>振荡:线性振荡, 具有低、中、高三种速度。通讯接口:USB-A、USB-B</p> <p>电源:100-240V, 50/60Hz</p> <p>外形尺寸:501*375*329mm 净重:15kg”</p>	1	台
18	PCR 仪	<p>~检测通道 4 通道</p> <p>样品容量 96 孔*0.2ml</p> <p>样品容积 20-120 μ L</p> <p>枝杨菌用耗材 0.2ml 单管、8x0.2ml 排管、96 孔板控温范围 0-99℃</p> <p>梯度控温 6 模块梯度控温, 最大温差支持 259 升温速率 最大 7℃/s, 平均 3.8℃/s</p> <p>降温速率 最大 4.5℃/s, 平均 3.5℃/s 检测灵敏度 可检测单拷贝基因</p> <p>温控精度 ±0.1℃ 重复性 CV&lt;3% 温度均一性 ±0.1℃</p> <p>相关线性 0.99-1 动态范围 10-10A10 扩增效率 99%-101%</p> <p>分析算法 扩增曲线, 标准曲线定量、熔解解曲线, 基因分型 SNP (选配)</p> <p>TouchDown 功能 支持时间和温度递增递减模式</p> <p>检测试剂 自定义温度运行程序, 开放式荧光定量 PCR 试剂</p> <p>光源 4 个带不同滤光片的长寿命 led 灯, 可特异高效的激发不同波段荧光分子</p> <p>传播介质 耐高温专业光纤</p> <p>适用染料/探针 FAM, SYBR-Green; HEX, JOE, VIC, TET; ROX, Texas-Red: 尺寸重量 409*310*194 mm, 10kg</p> <p>电源 220V</p>	1	台

		操作系统	标配外接 windows 电脑(win7 系统以上)选配 windo 平板一体”		
19	核酸提取纯化仪	产品名称	全自动核酸提取纯化仪	1	台
		产品型号	NPA-96		
		样本容量	96		
		处理样品范围	10~1000 μ l		
		磁珠收集效率	≥99%		
		模块工作温度	4℃~120℃		
		振荡功能	有(裂解和洗脱工位)		
		振荡方式	上下振荡+水平振荡		
		模块工位	6		
		加热方式	加热膜和 TE 片		
		自动检测功能	有		
		防止污染功能	UV 灯		
		操作系统	有 10 寸彩色液晶屏触控操作		
		条形码扫描接口	用户可选		
		程序存储	>1000		
		计算机接口	支持 USB		
		电源	AC100-240V 50Hz/60Hz, 1000w		
		外形尺寸(mm)	907*495*571mm		
		环境温度	10-30℃		
		重量	81.5kg”		

备注：以上报价包含税金、运费及安装费等费用（完工价包含所有报价），后期不增加任何费用。

## 第五章 响应文件格式

### 响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

标项号：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

# 响应文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书及授权委托书
- 三、开标一览表及报价明细表
- 四、供应商概况表
- 五、关于资格的声明函
- 六、纳税证明材料
- 七、社保缴纳证明材料
- 八、2023 年度第三方财务审计报告
- 九、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十、不参与围标串标承诺书
- 十一、商务条款偏离表
- 十二、技术规格偏离表
- 十三、近三年同类项目业绩
- 十四、中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函
- 十五、技术方案
- 十六、人员配备
- 十七、培训方案
- 十八、售后服务方案
- 十九、要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

## 一、投标函

（采购人名称）：

我方收到贵单位（项目名称、标项号）竞争性谈判文件，经认真研究，我方决定参加本项目投标。

1、按照竞争性谈判文件中的一切要求，我方完全接受竞争性谈判文件的规定和要求愿以（小写：      元，大写：                    ），合同履行期限：                    ，完成上述项目的所有工作。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3、我方同意按竞争性谈判文件的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起  日历日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5、我方愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

6、我方认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳（小写：      元，大写：                    ）的投标保证金。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、中标的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

联 系 人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子邮箱： \_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。**

## 二、法定代表人身份证明书及授权委托书

### 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（背面）
--------------	--------------

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日



### 三、开标一览表及报价明细表

#### 开标一览表

供应商名称	
项目名称	
标项号	
投标报价 (元)	小写： 大写：
合同履行期限	
备注	

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



#### 四、供应商概况表

供应商名称			
税 号			
地 址			
注册资本		企业类型	
法定代表人		成立时间	
资质类型		资质等级	
开户银行			
开户行号			
银行账号			
主营业务			
联 系 人		联系方式	
邮 箱		传 真	
供应商关联情况	<p>1. 与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称：  <input type="checkbox"/>无；<input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>2. 与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称：  <input type="checkbox"/>无；<input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>备注：1. “单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。                  2. 本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。</p>		

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日



## 六、纳税证明材料

缴纳税收资料：提供税务机关出具的近半年任意两个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。

## 七、社保缴纳证明材料

缴纳社会保障资金资料：提供近半年任意两个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a. 如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b. 刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

## 八、2023 年度第三方财务审计报告

## 九、近三年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明

### 近三年无严重违法记录书面声明

（采购人名称）：

我公司参与（项目名称、标项号）采购活动，在此郑重声明：我公司参加本项目政府采购活动前三年内无严重违法记录，符合《中国政府采购法》以及相关法律法规规定的供应商条件。若贵单位发现我公司在参加本项目政府采购活动前三年有严重违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 十、不参与围标串标承诺书

本人作为                    （供应商名称）的法定代表人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

1、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

2、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

3、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：\_\_\_\_\_

标项号：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

## 十一、商务条款偏离表

项目名称：

标项号：

序号	竞争性谈判文件 条目号	竞争性谈判文 件的 商务条款	投标文件 的商务条款	偏离	备注
...					

注：若有偏离, 请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离, 请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 十二、技术规格偏离表

项目名称：

标项号：

序号	竞争性谈判文件 条目号	招标规格	投标规格	偏离	备注
...					

注：若有偏离, 请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离, 请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 十三、近三年同类项目业绩

序号	项目名称	采购内容	签订日期	合同金额	采购人名称	备注
...						

注：1. 所提供的业绩需附上相关证明材料，否则其业绩不予认可。

2. 附业绩证明资料（如中标(成交)通知书或合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖公章）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 十四、中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

### 1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标项名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标项名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式 2:

### 监狱企业声明函（如若是）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2. 证明材料加盖供应商公章。

### 格式 3:

#### 残疾人福利性单位声明函（如若是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 十五、技术方案

不限于以内内容：

- (1) 投标货物的备货（含生产及品控等）；
- (2) 发货（含包装运输等）；
- (3) 安装调试（含关键技术控制、安装进度计划等）；
- (4) 验收（含检验检测、移交程序等）；
- (5) 其他

## 十六、人员配备

## 十七、培训方案

培训方案包括但不限于：培训人数、培训方式、培训时间、培训地点、人员配置、培训效果等内容。

## 十八、售后服务方案

包括但不限于：

- (1) 售后服务范围；
- (2) 售后服务流程（含售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）；
- (3) 售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；
- (4) 备品备件供应（供应商所投产品有保障充足的备件，须提供有效证明文件）。
- (5) 维修技术人员名单（附人员有效的专业资格证书）
- (6) 其他

## 十九、要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料