

政府采购项目采购文件公平竞争自查表

| 项目名称 | 开化县人民医院西门子16排CT维保服务项目 | | |
|--------|--------------------------|--|--|
| 项目编号 | ZZFSCG-K202507 | | |
| 采购人 | 名称 | 开化县人民医院 | |
| | 联系人 | 徐云芬 | 联系电话 0570-6023389 |
| 采购代理机构 | 名称 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | |
| | 联系人 | 方灵红 | 联系电话 15857093125 |
| 专家咨询意见 | | | |
| 序号 | 采购文件公平竞争影响性条款 | 主要内容 | 审查结果 |
| | | | (划√) |
| 1 | 是否存在排斥或者限制外地经营者参加本地采购活动。 | 包括但不限于：未依法及时、有效、完整地公开采购意向、发布采购公告；直接规定外地经营者不能参与本地特定的采购活动；对外地经营者设定歧视性的资质资格要求或者评标评审标准；将经营者在本地区的业绩、所获得的奖项荣誉作为投标条件、加分条件、中标条件或者用于评价企业信用等级，限制或者变相限制外地经营者参加本地的采购活动；没有法律、行政法规或者国务院规定依据，要求经营者在本地注册分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等，限制或者变相限制外地经营者参加本地采购活动。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 序号 | 采购文件公平竞 | 主要内容 | 审查结果 |

加盖骑缝章（采购人及采购代理机构）



| | 爭影響性條款 | | (划√) |
|----|------------------------------|--|--|
| 2 | 是否存在以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。 | 包括但不限於：設定的資格、技術、商務條件與採購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；採購需求中的技術、服務等要求指向特定供應商、特定產品；以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標、成交條件；對供應商採取不同的資格審查或者評審標準；限定或者指定特定的專利、商標、品牌或者供應商。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 3 | 是否限定供應商的所有制形式、組織形式或者股權結構。 | 包括但不限於：沒有法律、行政法規或者國務院規定依據，對不同所有制、地區、組織形式的經營者實施不合理的差別化待遇，設置不平等的政府採購准入和退出條件；對民營企業設置不平等條款，對內資企業和外商投資企業在中國境內生產的產品、提供的服務區別對待。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4 | 是否存在設置或變相設置供應商規模、成立年限等門檻。 | 包括但不限於：將供應商的註冊資本、資產總額、營業收入、從業人員、利潤、納稅額等規模條件作為評審因素，將有規模要求的認證作為資格要求；要求達到與採購金額不匹配的國家行政主管部門規定的從業等級標準。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 5 | 是否合法合理設置資格條件和實質性條款。 | 包括但不限於：將國內非普遍性的認證或對企業規模作出限制的認證作為資格條件；將除進口貨物外的生產廠家授權、承諾、證明、背書等作為資格條件；將已明令取消的資質、資格證書作為資格條件；將行業協會、商會頒發的無法律法規依據的資質、資格證書作為資格條件；非單一產品採購項目，未根據採購項目技術構成、產品價格比重等合理確定核心產品，並在採購文件中載明。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6 | 是否合法合理設置評審因素。 | 包括但不限於：評審因素未細化和量化，未與相應的商務條件和採購需求對應；商務條件和採購需求指標有區間規定的，評審因素未量化到相應區間，並設置各區間對應的不同分值；將資格條件作為評審因素；將經營年限、特定金額、特定區域、特定行業的合同業績作為評審因素；將信用等級、信用名單作為評審因素；將投標（響應）文件的規範性、完整性作為評審因素。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 序号 | 採購文件公平竟 | 主要内容 | 审查结果 |

| | 争影响性条款 | | (划√) |
|-------------|---|--|--|
| 7 | 是否在法律法规规定之外要求经营者提供或扣留经营者各类保证金。 | 包括但不限于：没有法律、行政法规依据或者经国务院批准，要求经营者交纳各类保证金；限定只能以现金形式交纳投标保证金或履约保证金；在经营者履行相关程序或完成相关事项后，不依法退还经营者交纳的保证金及银行同期存款利息。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 8 | 其他不合理限制和壁垒。 | (具体情况可附说明) | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 其他需要说明的情况 | | | |
| 审查结论 | 经审查，本项目采购（招标）文件不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。 | | |
| 代理机构主要负责人意见 | <div style="text-align: center;">  </div> 签字:  日期: 2024.3.5 单位盖章: | | |
| 采购人主要负责人意见 | <div style="text-align: center;">  </div> 签字:  日期: 2024.3.5 单位盖章: | | |

评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
|----|------------|---|------|-------|
| 1 | 业绩经验 | <p>投标人自2022年1月1日以来至投标截止日（以合同签订为准），具有16排及以上CT设备维保服务业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。</p> <p>注：证明材料须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> | 客观分 | 0-2分 |
| 2 | 企业资质 | <p>投标人具有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 质量管理体系认证证书； 2. 环境管理体系认证证书； 3. 职业健康安全管理体系认证； 4. 辐射安全许可证证书。 <p>注：投标文件中提供有效的证书扫描件加盖投标人公章且可在“全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/”查询（提供查询截图）。每提供一份有效证书复印件得0.5分，最多2分。</p> | 客观分 | 0-2分 |
| 3 | 技术响应情况 | <p>采购需求响应：投标人对第四章采购需求中“维修保养服务要求”的符合情况。完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分35分，技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣3分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣 1.5分，负偏离或缺漏项在5项以上属于重大偏离，按无效投标处理。</p> <p>注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。</p> | 客观分 | 0-35分 |
| 4 | 保修服务方案 | <p>根据投标人提供的保修服务方案的科学性、合理性、完整性、可操作性进行评议，保修服务方案科学、合理、完整、可操作性强，且符合采购人需求的得6分；方案存在不合理有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。</p> | 主观分 | 0-6分 |
| 5 | 重点、难点和解决措施 | <p>根据投标人提供的本项目的重点、难点和解决措施进行评议，本项目的重点、难点和解决措施科学合理完善的得6分；分析不合理解决措施有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。</p> | 主观分 | 0-6分 |
| 6 | 服务期间 | <p>根据投标人提供的针对本项目服务期间突发事件的应急措施方案进行评</p> | 主观分 | 0-6分 |

| | | | | |
|----|-------------|--|-----|------|
| | 突发事件的应急措施方案 | 议，应急措施方案科学、合理，且符合采购人需求的得6分；方案存在不合理有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | | |
| 7 | 备品备件方案 | 根据投标人提供的零配件、备品备件方案进行评议，零配、备品备件来源正规，储备及管理方式完善可行的得7分；零配、备品备件来源无追溯，储备及管理方式有欠缺的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-7分 |
| 8 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的服务质量保障措施，在服务期内及服务期外能否质量保证的问题进行评分。投标人服务质量保障措施科学、方案可行，与项目匹配度高的得6分；投标人服务质量保障措施不够完善与实际项目情况有所偏离的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 | 0-6分 |
| 9 | 报价分 | <p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。</p> | / | 30分 |
| 合计 | | | / | 100分 |

采购需求

| 序号 | 采购内容及要求 |
|------|--|
| 1. | 总体要求 |
| 1.1 | 保修设备： 西门子Perspective 32层16排CT， 序列号： 87583， 数量： 1台 |
| 1.2 | 责任年限： 一年（合同期内合作无异议续签一年） |
| 1.3 | 保修内容： 全保（含球管、探测器、高压发生器、随机配置的原厂工作站等所有配件） |
| 2. | 维修保养服务要求 |
| 2.1 | 针对本次维修设备机型，提供详细的设备预防性维护保养计划，包括保修期内每季度定期提供预防性维护保养服务4次，并提供详细记录报告。确保系统能按照制造商的产品白皮书或国家、国际标准要求运行。 |
| 2.2 | 在保修服务期内免费提供所有配件（第三方产品除外）及定期更换的耗品。 |
| 2.3 | 维修过程中需要更换零配件时，应向采购人解释说明并快速调用配件。每次维修完成后，工程师向采购人提供书面维修报告一份。 |
| 2.4 | 设备入保后，建立《医疗设备保修档案册》，该档案册每年度更新一次，其中包括保修合同、设备信息、保养维护报告、检测报告、维修报告、配件更换明细等，方便医院随时了解在保设备情况。 |
| ★2.5 | 本项目需更换全新高端配件，为确保设备服务顺利开展和服务质量，投标人需按投标须知前附表规定时间之前到服务地点设备机房现场踏勘，并在投标文件中结合实际情况提供踏勘情况报告。现场查踏所需一切费用，包括交通、安全等所有风险责任均由投标人自行承担。提供相关现场勘察报告并标注页码。 |
| 2.6 | 投标人须具备相关维修保养专用工具和设备，包括提供保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料。 |
| 2.7 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和系统性能。 |
| ★2.8 | 投标人应当具备CT高端机型的维修能力，提供CT球管保护装置的技术性证明文件，并列明投标文件所在页码。 |
| ★2.9 | 针对本次维修的设备机型，投标人需提供CT风冷保护装置，并在投标文件中提供其技术性证明文件，注明投标文件所在页码。 |
| 2.10 | 对用户的维修人员（不少于2人）进行至少1次专业技术培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。提供至少一次以上使用科室和临床工程科需要的设备维保高级现场培训。 |
| 2.11 | 针对本次维修设备机型的电气环境，投标人应当具备24小时实时监测能力，对设备运行环境进行监控，如扫描间温度，设备间温湿度。 |
| 2.12 | 需提供数字化远程诊断与维修服务的，协助制定运行计划，确保无计划外停机。 |
| 2.13 | 开机率≥95%（按每年365天计算），若所保设备未达到以上开机率保证（不可抗力情况除外），则停机每超过1天则延长10天保修时间。 |
| 2.14 | 服务响应时间要求：服务期内，提供24小时技术电话支持（24小时×365天）；接到报修电话后15分钟内提供专业工程师电话支持；如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间；自接报修电话始，在10小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后48小时内送达维修现场（包含关键配件球管）。提供报修电话，以及最近的维修服务网点、 |

| | |
|-------|--|
| | 人员联系方式。 |
| 2.15 | 服务期内，如果中标投标人维修更换配件时引发该设备其他新故障，则由其自行解决故障及配件，全部费用均由其承担。 |
| 2.16 | 保修期内，因维修产生的额外计量检定费用由中标投标人承担。 |
| 2.17 | 经采购人同意后，中标投标人需为CT设备安装不低于一套智能传感器监测预警装置，监测主要配件的状态（球管，探测器）；确保不通过VPN远程直连读取医院任何设备信息和数据，不干扰机器任何运行，不损伤机体。 |
| ★2.18 | 投标人需对维保设备进行高质量轻量化管理，提供轻量化设备质量管理体系以及质量控制规范关联系统、轻量化医疗设备UDI系统、轻量化医疗设备二维码质量控制信息入口系统、轻量化医疗设备规范培训考核系统。须提供相关证明材料。 |
| 2.19 | 投标人须为本项目派遣服务人员不少于3人，且具有CT维修技能证书。须提供相关证书等证明材料，并列明投标文件所在页码。 |
| 2.20 | 投标人应当设有备件库。 |
| 付款方式 | |
| 1 | 签订合同后 7个工作日内支付合同总价的30%，待合同履行结束后一个月内支付剩余余款，发票应随付款进度及时提供。 |
| 验收 | |
| 1 | 中标投标人应配合采购人组织的按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准进行的项目验收。 |