

政府采购合同书

合同名称：西林县人民医院监护型救护车采购

合同编号：BSZC2020-J1-300067-GXBX

甲方：西林县人民医院

乙方：桂林双利特种汽车销售有限公司

签订合同地点：西林县人民医院

签订合同时间：2020 年 月 日

目 录

1、合 同 书.....	3
2、货物需求.....	10
3、谈判书.....	16
4、分项报价表.....	17
5、谈判记录.....	18
6、最终报价表.....	19
7、技术响应、偏离情况说明表.....	20
8、售后服务承诺书.....	26
9、成交通知书.....	30

1、合 同 书

采购单位（甲方）西林县人民医院

成交单位（乙方）桂林双利特种汽车销售有限公司

项目名称和编号西林县人民医院监护型救护车采购（BSZC2020-J1-300067-GXBX）

签 订 地 点_____

签 订 时 间_____年____月____日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.本合同所涉及的乙方应提供的项目内容详见竞争性谈判采购文件“项目采购需求”中所列内容。

2.根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：叁拾伍万玖仟伍佰元整。

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1	监护型救护车	康福佳牌	QJM5042X JH-6	青岛索尔 汽车有限 公司	1	台	359500.00	359500.00
2								
人民币合计金额（大写）叁拾伍万玖仟伍佰元整（小写）¥359500.00 元								

3.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：由成交人负责。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1.交货时间：签订合同之日起 25 日内完成交货验收完毕并交付使用，地点：采购单位指定地点。

2.乙方提供不符合竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：2年或6万公里（自验收合格并交付使用之日起计）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条 付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：**本项目无预付款,所有货物交货完成并验收合格后甲方在15日内向乙方支付合同款的100%。**

4.质量保证金：无。

5.履约保证金：无。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担**（不含车辆购置税）**。

第九条 质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 2 年或 6 万公里（自验收合格并交付使用之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条、货物验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5.乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
5. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购竞争性谈判采购文件；
2. 乙方提供的采购竞标（或应答）文件；
3. 竞标承诺书；
4. 成交通知书。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）  年 月 日	乙方（章）桂林双利特种汽车销售有限公司  年 月 日
单位地址：西林县武缘镇新兴路6003号	单位地址：桂林市城北现代物流配送中心（万和国际）2幢1单元3层1-3-89号
法定代表人：王力	法定代表人：慧宿
委托代理人：王力	委托代理人：印果
电话：0776-8682155	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：桂林银行象山支行
账号：	账号：6600 1103 8335 6000 10
邮政编码：	邮政编码：541200

2、货物需求

说明

（一）本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

（三）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

（四）评标时，如谈判小组发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

（五）竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

（六）空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，竞标人的所投货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人在竞标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

项目需求及技术需求（附后）

序号	货物名称	数量	单位	技术需求
1	监护型救护车	1	辆	一、基本要求： 1、车型：竞标车型必须为救护车。 2、功能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：竞标单位所竞标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1 驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 二、底盘要求： 1.车辆尺寸：整车长(mm)：≥5780(mm)；整车宽(mm)：≥1950；整车高：≥2600(mm)。 2.排放标准：国六、排气量：≥2198ml、功率：≥103kw。 3、总质量≥3700kg、整备质量：≥2700kg，轴距：≥3750mm。 4、乘员数：7 人 5、燃油种类：柴油。 6、百公里油耗：≤9L。 7、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 8、最高时速：≥140Km/h。 9、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂。 10、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室 3 座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板

			11、同色保险杆 12、第二把摇控钥匙 13、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰顶: 内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料, 防火标准: B1 级标准; 顶部内饰采用玻璃钢材料无并接; 阻燃性能符合 GB8624-2012-B1 级标准 1 套; 车辆顶部及侧围预埋金属件, 采用断续焊, 所有焊点处磨平并做防锈处理, 增加整车顶部及侧围强度, 增加顶部载重能力, 1 套。 2、隔断: 驾驶室与医疗舱完全密封隔断 (带推拉观察窗, 方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送) 1 套。 3、舱内左侧双 10L 氧气瓶柜, 配置氧气瓶底座、固定支架, 柜体表面无尖锐边角, 采用原边处理 1 套。 4、舱内多用医药双层吊柜: 上层吊柜为上掀门带安全锁, 内嵌有机玻璃, 下部下层吊柜带推拉玻璃, 柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等 1 套。 5、舱内左侧长医疗柜 PVC 轻型环保材料、黑色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品; 平台边缘突出 3CM, 可放置多台设备 1 套。 6、舱内左侧立式多层设备支架: 三层上下可调节, 带减震棉 1 套。 7、输液挂钩: 2 个折叠挂钩, 未使用时此装置可向舱顶收起, 避免对人员造成损伤 1 套。 8、舱门顶部边缘软包: 舱内顶部边缘软包处理, 纤维仿真皮, 防止碰撞 1 套。 9、隔音装置: 医疗舱车体侧围及顶部用 EVA 隔音材料, 降低医疗舱噪音, 隔音材料复合 JT/T1095-2016 标准 1 套。 10、医用地板: 医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗, 阻燃性符合 GB8410-2016 标准; 1 套, 医用地板下置 12mm 多层阻燃板 1 套。 11、医疗舱内饰顶采用皮质软包, 医疗舱乘客椅采用皮质软包。
--	--	--	--

			五、智能管理供电系统 1、综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合 DIN43560/1 标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1 套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1 套。 2、自动充电及智能电源保护系统 a、将钥匙转动到第 2 挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1 套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于 ACC 或 2 档时，控制信号接入时间继电器 ACC 端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调 8 秒到 10 分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 5、逆变系统：2000W、纯正弦波逆变电源：集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能 4 段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度 污 电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1 套 6、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座 5 个，12V 交流插座 2 个 1 套。 六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1
--	--	--	--

			套。 2、医用射灯：3*1W 色温中性白 2 套。 3、顶部照明灯：LED 高亮照明灯 4 套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光 1 套。 七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚 1.5mm 1 套。 2、氧气瓶 10L、钢质无缝，含固定支架 2 套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气)2 套。 4.湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以 360°旋转 1 套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头 2 套。 八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架 1 套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数 30 次/小时，排气量 7.5m³/min1 套。 3、暖风系统 暖风独立控制、可调节风速 1 套。 九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC 轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手 1 套。 2、朝前座椅：右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅 1 套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1 套。 4、自动上车担架配套担架舱：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车 1 套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于担架舱内 1 套。 十、医疗警示外观系统 1、蓝色嵌入式警灯：车顶安装嵌入式爆闪警灯；警灯功率 98W、额定电压 DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度 LED 灯；灯罩材料：聚碳酸脂（德国拜耳 PC），底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层 8 个大 LED 灯组，下层 8 个小 LED 灯组，两端 2 个射灯组；控制方式：（1）警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制，使操作
--	--	--	--

			更加方便。(2) 闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更简单。1 套。 2、左右两侧爆闪警示灯：警灯功率：21.6W；工作电压：DC 16V；工作电流 1.8A；光源形式：LED 灯；灯颜色：蓝 白；灯罩颜色：透明 蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯 3 套。 3、尾部 LED 警灯：警灯功率：21.6W；工作电压：DC 16V；工作电流 1.8A；光源形式：LED 灯；灯颜色：蓝；灯罩颜色：蓝；安装方式：螺丝；环境温度：-40℃~+ 55℃警灯；2 套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器；功率：100W；电压：DC1V；电流 9.3A ；阻抗：8Ω；声压级 118dB；电极：外壳接地环境温度：-40℃~+ 55℃；音调：多音调；工作方式：警报器面板控制；警报器音调调节 灯控制 1 套。 5、医疗舱玻璃窗膜 1/2 磨砂膜 1 套。 6、车身外观：安装客户要求定制 1 套。
--	--	--	---

3、谈判书

广西宝旭工程咨询有限公司：

依据贵方（项目名称：西林县人民医院监护型救护车采购、文件编号：BSZC2020-J1-300067-GXBX）项目政府采购的谈判邀请，我方（唐小芳、销售经理）经正式授权并代表谈判供应商（桂林双利特种汽车销售有限公司、桂林市城北现代物流配送中心（万和国际）2幢1单元3层1-3-89号）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本壹份和副本肆份、商务技术文件正本壹份和副本肆份。

1. 谈判书
2. 竞标保证金交纳证明
3. 分项报价表
4. 供货清单
5. 技术响应、偏离情况说明表
6. 售后服务承诺书
7. 竞标人资格证明文件
8. 竞标人货物合格证明文件
9. 竞标人必须提供的其他材料

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：桂林市城北现代物流配送中心（万和国际）2幢1单元3层1-3-89号

电话/传真：0773263716

电子函件：404534131@qq.com

日期：2020年10月28日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：唐小芳

谈判供应商名称（签章）：桂林双利特种汽车销售有限公司

开户银行：桂林银行象山支行

帐号/行号：6600 1103 8338 6000 10

4、谈判报价表

采购项目编号: BSZC2020-J1-300067-GXBX

采购项目名称: 西林县人民医院监护型救护车采购

序号	货物名称	单位	数量	型号和规格	原产地和制造商名称	单价	总价
1	监护型救护车	辆	1	QJM5042XJ H-6	青岛、青岛索尔汽车有限公司	359500 元	359500 元
总计						359500.00 元	

说明: 此报价表由多页构成的, 应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人 (或委托代理人) 签字。

竞标人(公章) 桂林双利特种汽车销售有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表签字: 宿果慧



5、谈判记录

广西宝旭工程咨询有限公司

项目名称：西林县人民医院监护型救护车采购

项目编号：BSZC2020-J1-300067-GXBX

谈判记录表

桂林双利特种汽车销售有限公司：

1、贵公司对本项目技术方案是否需要补充说明？

以标书为准

2、交货期是否能进一步优化？

以标书为准

3、贵公司对本项目的合同条款是否有增减？

以标书为准

竞标单位代表签字：

陈如

评委小组签字：

陈如 黄兵

记录员：

李静

2020年10月28日

6、最终报价表

广西宝旭工程咨询有限公司

项目名称：西林县人民医院监护型救护车采购

项目编号：BSZC2020-J1-300067-GXBX

第二次（最终）报价表

竞标单位：桂林双利特种设备有限公司

二次报价：大写 叁拾伍万玖仟伍佰元整 （小写：¥ 359500.00）

（数字大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）

交货期：25天

竞标单位代表签字：[Signature]

谈判小组签字：[Signature] [Signature] [Signature]

2020年10月28日

7、技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:BSZC2020-J1-300067-GXBX

采购项目名称:西林县人民医院监护型救护车采购

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
(1) 救护车				
1	一、基本要求: 1、车型: 竞标车型必须为救护车。 2、功 能: 主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求: 竞标单位所竞标车辆应具备国家发改委目录公告, 能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求: C1 驾照即可驾驶。 5、工作条件: 车辆应适应全国自然条件, 适应户外作业的需求。	一、基本要求: 1、车型: 竞标车型必须为救护车。 2、功 能: 主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求: 竞标单位所竞标车辆应具备国家发改委目录公告, 能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求: C1 驾照即可驾驶。 5、工作条件: 车辆应适应全国自然条件, 适应户外作业的需求。	响应	/
2	二、底盘要求: 1. 车辆尺寸: 整车长(mm) : ≥ 5780 (mm); 整车宽(mm): ≥ 1950 ; 整车高: ≥ 2600 (mm)。 2. 排放标准: 国六、排气量: ≥ 2198 ml、功率: ≥ 103 kw。 3、总质量 ≥ 3700 kg、 整备质量: ≥ 2700 kg, 轴距: ≥ 3750 mm。 4、乘员数: 7 人 5、燃油种类: 柴油。 6、百公里油耗: ≤ 9 L。 7、变速器: 六档手动变速器, 中控台集成式换挡杆。 8、最高时速: ≥ 140 Km/h。 9、轮胎: 215/75R16LT, 钢制轮毂。 10、刹车系统: 前通风盘式, 后实心盘式, ABS, 四轮碟刹。	二、底盘要求: 1. 车辆尺寸: 整车长(mm) : 5780(mm); 整车宽(mm): 1974; 整车高: 2685(mm)。 2. 排放标准: 国六、排气量: 2198ml、功率: 103kw。 3、总质量 3700kg、整备质量: 2720kg, 轴距: 3750mm。 4、乘员数: 7 人 5、燃油种类: 柴油。 6、百公里油耗: 9L。 7、变速器: 六档手动变速器, 中控台集成式换挡杆。 8、最高时速: 140Km/h。 9、轮胎: 215/75R16LT, 钢制轮毂。 10、刹车系统: 前通风盘式, 后实心盘式, ABS, 四轮碟刹。	响应	/
3	三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统	三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统	响应	/

	4、中控门锁 5、驾驶室 3 座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把遥控钥匙 13、后门装透明玻璃，窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜	4、中控门锁 5、驾驶室 3 座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把遥控钥匙 13、后门装透明玻璃，窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜		
4	四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰顶：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1 级标准；顶部内饰采用玻璃钢材料无并接；阻燃性能符合 GB8624-2012-B1 级标准 1 套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1 套。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1 套。 3、舱内左侧双 10L 氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理 1 套。 4、舱内多用医药双层吊柜：上层吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，下部下层吊柜带推拉玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等 1 套。 5、舱内左侧长医疗柜 PVC 轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出 3CM，可放置多台设备 1 套。 6、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉 1 套。	四、内饰装配系统 1、医疗舱内饰顶：内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1 级标准；顶部内饰采用玻璃钢材料无并接；阻燃性能符合 GB8624-2012-B1 级标准 1 套；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1 套。 2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）1 套。 3、舱内左侧双 10L 氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理 1 套。 4、舱内多用医药双层吊柜：上层吊柜为上掀门带安全锁，内嵌有机玻璃，下部下层吊柜带推拉玻璃，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等 1 套。 5、舱内左侧长医疗柜 PVC 轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出 3CM，可放置多台设备 1 套。 6、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉 1 套。	响应	/

	7、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤 1 套。 8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞 1 套。 9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用 EVA 隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合 JT/T1095-2016 标准 1 套。 10、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合 GB8410-2016 标准；1 套，医用地板下置 12mm 多层阻燃板 1 套。 11、医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。	7、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤 1 套。 8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞 1 套。 9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用 EVA 隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合 JT/T1095-2016 标准 1 套。 10、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合 GB8410-2016 标准；1 套，医用地板下置 12mm 多层阻燃板 1 套。 11、医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。		
5	五、智能管理供电系统 1、综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合 DIN43560/1 标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1 套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1 套。 2、自动充电及智能电源保护系统 a、将钥匙转动到第 2 挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1 套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于 ACC 或 2 档时，控制信号接入时间继电器 ACC 端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正	五、智能管理供电系统 1、综合布线，集中控制，集中空电箱，电器保险符合 DIN43560/1 标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；1 套。汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；1 套。 2、自动充电及智能电源保护系统 a、将钥匙转动到第 2 挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆；1 套；b、电源延时功能：采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于 ACC 或 2 档时，控制信号接入时间继电器 ACC 端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正	响应	/

	常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调8秒到10分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 5、逆变系统：2000W、纯正弦波逆变电源：集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度污电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1套 6、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座5个，12V交流插座2个1套。	常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设备上的相应旋钮调节，可调8秒到10分钟），当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 5、逆变系统：2000W、纯正弦波逆变电源：集逆变、自动充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模式，避免深度污电的电池在充电时收到损伤；内置两个独立的充电器，可分别用于启动电池及后备电池；内饰交流旁路继电器（10ms）；超宽交流输入电压（165-265VAC）；发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置。1套 6、交/直流插座：组合插座、可接三/二孔的多功能插座5个，12V交流插座2个1套。		
6	六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。	六、照明、消毒系统 1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1套。 2、医用射灯：3*1W色温中性白2套。 3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。 4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。	响应	/
7	七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。	七、供氧系统 1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。	响应	/

	2、氧气瓶 10L、钢质无缝，含固定支架 2 套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成（氧气） 2 套。 4. 湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以 360° 旋转 1 套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头 2 套。	2、氧气瓶 10L、钢质无缝，含固定支架 2 套。 3、湿化器快速转换接口，插头体总成（氧气） 2 套。 4. 湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以 360° 旋转 1 套。 5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头 2 套。		
8	八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架 1 套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数 30 次/小时，排气量 7.5m³/min 1 套。 3、暖风系统 暖风独立控制、可调节风速 1 套。	八、空调排风系统 1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架 1 套。 2、双向换气扇：车厢内换气次数 30 次/小时，排气量 7.5m³/min 1 套。 3、暖风系统 暖风独立控制、可调节风速 1 套。	响应	/
9	九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC 轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手 1 套。 2、朝前座椅：右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅 1 套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1 套。 4、自动上车担架配套担架舱：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车 1 套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于担架舱内 1 套。	九、担架、座椅系统 1、长排柜式座椅：PVC 轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶手 1 套。 2、朝前座椅：右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅 1 套。 3、自动上车担架：铝合金自动上车担架 1 套。 4、自动上车担架配套担架舱：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车 1 套。 5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于担架舱内 1 套。	响应	/
10	十、医疗警示外观系统 1、蓝色嵌入式警灯：车顶安装嵌入式爆闪警灯；警灯功率 98W、额定电压 DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度 LED 灯；灯罩材料：聚碳酸脂（德国拜耳 PC），底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层 8	十、医疗警示外观系统 1、蓝色嵌入式警灯：车顶安装嵌入式爆闪警灯；警灯功率 98W、额定电压 DC 16V、工作电流 8A、光源形式：超高亮度 LED 灯；灯罩材料：聚碳酸脂（德国拜耳 PC），底盘材料：优质铝合金；警灯结构：内置喇叭；灯颜色：蓝；外壳颜色：蓝/透明/白；环境温度：-40℃~+55℃，灯光配置：上层 8	响应	/

个大LED灯组.,下层8个小LED灯组,两端2个射灯组;控制方式:(1)警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制,使操作更加方便。(2)闪光模式:左右对闪、全闪、自动循环,操作更间简单。1套。 2、左右两侧爆闪警示灯:警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流 1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝白;灯罩颜色:透明 蓝;安装方式:螺丝;环境温度:-40℃~+ 55℃警灯 3套。 3、尾部LED警灯:警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流 1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝;灯罩颜色:蓝;安装方式:螺丝;环境温度:-40℃~+ 55℃警灯;2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器;功率:100W;电压:DC1V;电流 9.3A;阻抗:8Ω;声压级 118dB;电极:外壳接地环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调;工作方式:警报器面板控制;警报器音调调节 灯控制 1套。 5、医疗舱玻璃窗膜 1/2 磨砂膜 1套。 6、车身外观:安装客户要求定制 1套。	个大LED灯组.,下层8个小LED灯组,两端2个射灯组;控制方式:(1)警灯可前排和后排可根据需求分开单独控制,使操作更加方便。(2)闪光模式:左右对闪、全闪、自动循环,操作更间简单。1套。 2、左右两侧爆闪警示灯:警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流 1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝白;灯罩颜色:透明 蓝;安装方式:螺丝;环境温度:-40℃~+ 55℃警灯 3套。 3、尾部LED警灯:警灯功率:21.6W;工作电压:DC 16V;工作电流 1.8A;光源形式:LED灯;灯颜色:蓝;灯罩颜色:蓝;安装方式:螺丝;环境温度:-40℃~+ 55℃警灯;2套。 4、驾驶室安装警报、警灯控制器;功率:100W;电压:DC1V;电流 9.3A;阻抗:8Ω;声压级 118dB;电极:外壳接地环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调;工作方式:警报器面板控制;警报器音调调节 灯控制 1套。 5、医疗舱玻璃窗膜 1/2 磨砂膜 1套。 6、车身外观:安装客户要求定制 1套。		
--	--	--	--

说明:应对照竞争性谈判文件“第三章 货物需求”,逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应,并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标,谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求,将导致谈判被拒绝。

竞标人(公章) 桂林双利特种汽车销售有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表签字: 廖利

2020 年 10 月 28 日

说明:若此表由多页构成的,应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人(或委托代理人)签字。

服务理念

桂林双利以“双利服务，成功之路”为服务理念。

服务承诺及售后服务机构维修能力

我公司有完善的售后服务体系，在广西设有优秀售后服务机构及备件中心为用户提供及时满意的售后服务，作为供应商我公司在此郑重承诺：

1、我公司保证合同所供货物是全新的，相关的设计和材料是成熟的，并保证合同条件下不存在有设计、材料或工艺质量而引起的缺陷；

2、我公司在所设的售后服务维修点有常驻专职工程师和熟练技工，指导帮助维护和维修的技术服务工作，提供快速优质的 24 小时售后服务和定期定额跟踪技术服务。设备出现故障后，客户拨打桂林双利 181-0773-8999 服务热线，接故障通知 2 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 8 小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过 24 小时提供备品使用。质保期内定期对仪器、设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务。

3、产品验收合格之日起，保修期为 **1 年**。

4、我方负责为买方免费进行设备检验安装和技术培训，培训内容包括整车的工作原理、基本操作技巧、维修保养说明等，培训完毕用户填写《培训调试报告》签字后我方人员方可返回。

5、我方可免费派专业技术服务人员在卖方施工地对设备进行安装调试及产品跟踪服务，直至设备正常使用，安装调试检验完毕后，用户签写《设备验收报告》确认后，我方人员方可返回。

6、车辆在保修期内，我公司根据客户购买设备的日期和保养计划，快到保养时间前，售后服务人员提前与客户联系保养时间和地点，根据约定时间对车辆进行免费定期保养。

7、质保期外，我公司免费提供上门服务，承诺免收人工服务费，只收取需更换零件的成本费；

8、为保证服务质量，我公司设有专门的 24 小时售后服务电话：181-0773-8999，在使用过程中如果出现任何问题都可以随时拨打这个电话咨询。

9、我公司为客户提供终身免费技术咨询服务，根据客户提出的问题，选择客户认为方便的方式向客户提供快速技术支持，咨询电话：0773-2637316。

客户档案服务

- 1、用户设备交付至用户处后需将直接用户及所在单位负责人的姓名、联系方式等相关信息报回我公司，便于我公司客服中心进行派工、回访等相关后续工作的开展；
- 2、产品出现故障需第一时间与我公司售后中心服务部联系，由服务部统一调度、监控、考核；
- 3、保内、保外产品维修换件均需使用原厂纯正配件，保证设备正常运转；

完善的备件保证体系

我公司拥有完善的备件系统

我公司坚持“以顾客为中心”的经营理念，始终把客户的需求放在第一位，为最大程度满足用户的售后服务需求，在设立公司售后服务点的同时，我公司在广西设立了备件库，使桂林双利的每一个用户都能享受到优质、快捷、周到的售后服务，彻底得解决了客户的一切后顾之忧。



服务特色：

质保期满后，质保期后对售出的产品除产品材料和配件外，承诺免费提供终身保修服务。维修过程中所需零配件我方在接到通知后当天及时提供，最长时间不会超过 24 小

时送达需方。

产品操作培训计划

我公司负责用户单位操作人员进行为期 1-3 天的产品操作专业培训，实际培训时长根据用户学习情况进行调整，培训分为理论部分和实际操作部分，培训人员数量 2-3 人、地点由客户决定，我公司培训原则就是：让所有接受培训的学员均能熟练掌握以下内容：

1. 了解产品的结构及工作原理
2. 熟练掌握设备的操作、使用维护
3. 能熟练判断、处理常见故障，保障设备正常运行
4. 了解底盘及发动机的使用和保修期注意事项
5. 了解我公司所销售产品的保修期和保修内容

竞标人(公章) 桂林双利特种汽车销售有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表签字



广西宝旭工程咨询有限公司

《西林县人民医院监护型救护车采购》(项目编号:

BSZC2020-J1-300067-GXBX)

成交通知书

桂林双利特种汽车销售有限公司:

广西宝旭工程咨询有限公司受 西林县人民医院 的委托,就 《西林县人民医院监护型救护车采购》 项目采用竞争性谈判方式进行采购,并按规定进行谈判及评审会程序,经评审委员会评审和采购单位确认,贵公司为成交供应商,其成交金额为:人民币叁拾伍万玖仟伍佰元整(¥359500.00 元),交付使用期:自签订合同之日起 25 日内完成交货验收完毕并交付使用,质保期:2 年或 6 万公里(自验收合格并交付使用之日起计)。请贵公司在接此通知书后在 二十五日内 与采购单位签订合同(延期自误),并按照竞争性谈判采购文件要求和响应文件承诺履行完合同。

在办理领取成交通知书手续时,请按照竞争性谈判采购文件规定向采购代理机构一次性付清采购代理服务费用。

特此通知。

采购单位联系人:岑佳佳

联系电话:13737603900

采购单位:西林县人民医院

采购代理机构:广西宝旭工程咨询有限公司

2020 年 11 月 07 日