

医疗设备购销合同

甲方（购货方）：磐石市医院

乙方（供货方）：唐山亚特专用汽车有限公司

甲方根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，经批准通过公开招标方式采购临床诊疗所需医疗设备。招标编号：采购计划-[2024]-00149号-240601，项目名称：2024年磐石市医院救护车采购项目。甲方根据法律规定委托 吉林省途远项目管理有限责任公司 公司组织进行本次公开招标。根据公平、公正原则，通过公开招标方式，乙方成为本次公开招标预中标公司。经公示后，吉林省途远项目管理有限责任公司 向乙方发出了中标通知书。现甲乙双方根据中标通知书签订本购销合同。

一、设备名称、生产厂家、型号、单价、数量、金额如下：

设备名称	注册证名	厂家	型号	注册证	数量	单价(万)	总额(万)
监护型救护车	/	唐山亚特专用汽车有限公司	TZ5040XJ HJXFB	/	3	20.28	60.84
监护除颤仪	监护除颤仪 BeneHeart D3	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	D3	国械注准 20173080600	3	5.3	15.9
心电图机	多道心电图机 ECG-2250	上海光电医用电子仪器有限公司	ECG-2250	沪械注准 20172070719	3	3.5	10.5
监护仪	病人监护仪 BeneVision N1	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	N1	国械注准 20173071480	3	2.5	7.5
便捷式呼吸机	转运呼吸机 6000S	深圳市安保科技有限公司	6000S	国械注准 20173084169	3	2.3	6.9
电动吸痰器	电动吸痰器 ASU-I	深圳市安保科技有限公司	ASU-I	粤械注准 20162141145	3	0.42	1.26
注射泵	注射泵 KL-6011N	北京科力建元医疗科技有限公司	KL-6011N	京械注准 20192140164	3	0.35	1.05
合计	大写：壹佰零叁万玖仟伍佰元整						小写：1039500元

二、付款方式

签订合同后，乙方支付甲方成交总价款的 5%即 51975 元（大写 伍万壹仟玖佰柒拾伍圆整）作为履约保证金，甲方收到乙方履约保证金，待乙方设备安装验收后，甲方支付给乙方总货款 100%即 1039500 元（大写 壹佰零叁万玖仟伍佰圆整）。履约保证金自动转为质量保证金，设备运行一年后无质量问题，质保期满后甲方在 7 个工作日内将质量保证金无息退还乙方指定账户。乙方若不能按需方要求的时间交付货物，甲方有权没收供方所缴纳的履约保证金，并向甲方每日偿付货款总额万分之五的赔偿金。

三、交货时间、运输、安装、调试费用承担

1、乙方根据甲方要求，在甲方指定的日期将设备运到甲方指定地点，并负责安装、调试工作。运输、装卸、安装、调试费用由乙方承担。

2、甲方在乙方安装、调试完毕后 15 日内进行验收，并由验收人员出具验收证明。

3、协议签订生效，30 天之内交货。

四、延期交货责任

1、除不可抗力外，乙方未按甲方要求，在甲方指定的日期交货，需向甲方支付延期赔偿费。延期赔偿费每周按合同价款的 1% 计收，直至乙方交货为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但延期赔偿费的最高限额为合同价款的 5%。

2、延期赔偿费可从应付货款中扣除。

3、甲方收取延期赔偿费期间，有权单方决定是否终止本协议。

五、质量保证

1、质保期：救护车底盘部分质保为三年或行驶六万公里，救护车改装部分质保两年，其他车载急救设备质保期为 1 年，设备安装验收合格后之日起，质保期限内乙方免费负责设备维修、保养、配件更换等所有售后工作，达到甲方满意。

2、乙方按协议要求向甲方提供原装全新设备，对该设备实行三包（包用、包修、包调换），以确保其产品质量性能可靠稳定。因产品质量性能存在问题，则甲方有权提出退换和索赔。

3、乙方保证向甲方提供的有关资料真实有效，由此引起的责任或费用均由乙方承担。如因提供设备发生医疗器械不良事件，乙方承担全部责任和所有费用。

4、如因产品质量原因造成甲方损失，甲方提出索赔，并向乙方发出索赔通知后十天（10 天）内乙方未作答复，视为乙方已接受甲方索赔要求。甲方可在应付货款中扣除甲方损失。

六、随机资料

乙方随设备提供随货同行单、合格证书、操作手册、维修手册、

保养手册等有关资料（按实内容填写）。见附件一

七、售后服务、人员培训

1、乙方负责对医护人员、维修工程师正常使用设备的操作程序、技术要求等方面进行培训工作，免费提供进修两人，人员由甲方确定。并保证其他医务人员能够掌握设备基本使用方法。

2、根据甲方要求，定期或不定期组织医务人员培训或专题讲座，直至满足甲方医务人员全面熟练掌握设备使用的要求。

3、乙方无偿对设备自安装、调试、验收合格正常使用之日起，救护车底盘部分质保为三年或行驶六万公里，救护车改装部分质保两年，其他车载急救设备质保期为1年，保证工作日开机率大于95%。保修期内，配件、易损件出现质量问题，负责包换。

4、乙方保证一年两次上门对设备检修一次，有问题做到及时处理。

5、在该设备保修期内，乙方保证在接到甲方报修通知12小时内到达现场，并于48小时内排除故障。

6、乙方在设备保修期满后只收取零配件成本费，免收人工费、交通费的情况下，继续为甲方提供维修维护保养服务。

八、试用期

乙方销售给甲方的设备在设备安装、调试正常投入正常使用后，试用期为3个月。试用期满，设备正常运转后，由相关科室出具试用合格证明。

九、纠纷解决

双方应认真履行本合同。在履行本合同过程中发生的一切纠纷（包括设备质量问题），双方应当友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向法院提起诉讼。因本合同履行过程中产生纠纷，诉至法院，由甲方所在地法院（磐石市人民法院）管辖。

本协议一式四份，甲乙双方各持一份，留存备案二份，具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字、盖章时生效。

经销商：唐山亚特专用汽车有限公司

联系人：朱佳旺

电话：18617517108

甲方：磐石市医院

乙方：唐山亚特专用汽车有限公司

法人代表：

法人代表：

2024年 8月 8日

附件一，设备清单资料（单台车辆、设备包含明细清单）

1.监护型救护车----亚特重工牌 TZ5040XJHJXFB

车辆随行清单

1	监护型救护车 1 台
2	车辆合格证 1 份
3	车辆环保清单 1 份
4	车辆一致性证书 1 份
5	车辆保修手册 1 份
6	救护车使用手册 1 份
7	车辆遥控钥匙 2 把
8	机动车销售统一发票 1 份
9	车辆随车工具 1 套

车辆配置明细表

序号	功能分类	名称	品牌	型号	数量
1	车型	全顺 V362	江铃全顺	JX6533TM-M6, 车长: 5341mm; 车宽: 1986mm; 车高: 2460mm; 医疗舱长: 2730mm; 医疗舱宽: 1730mm; 医疗舱高: 1720mm; 燃料种类: 柴油; 油箱容量: 80L; 排放标准: 国六; 轴距 (mm): 3300; 最小转弯直径(m): 12.9; 最高车速: 160KM/h; 准乘人数: 8 人; 换挡方式: 手动; 前进档位: 5 挡; 倒挡数: 1 个; 空调调节形式: 手动; 最大总质量: 3510KG; 制动系统: 液压驱动/前盘后盘; 助力类型: 机械液压助力; 悬挂系统: 麦弗逊式独立悬挂/钢板弹簧非独立悬挂; 安全装备: ABS; 外观颜色: 冰白色/红色;	1 台

				轮胎/备胎:215/65R16C; 车门: 中控门锁、右侧滑移门、后部对开门; 车窗: 前门电动窗、中门推拉窗; 驾驶室座椅: 驾驶室正副司机座椅 (共计 3 个座椅)	
2	警示灯具	镶嵌式警灯	宏大	蓝色外罩, 配喇叭, 配 LED 灯, 线控式控制器, 有线遥控报警器: 功率 150W, 电流 7A, 工作电压 12V	1 套
3		侧、后顶 LED 蓝色爆闪灯	宏大	LED 蓝色频闪灯	6 盏
4		白色爆闪灯	宏大	LED 白色场地照明灯	2 盏
5	集中供氧设施	10 升氧气瓶	氧利来	钢质无缝气瓶, 直径 159mm, 瓶高约 780mm, 空瓶重量 12.5kg, 盛装介质: 氧气; 公称工作压力 15MPa。	2 个
6		德式终端	捷锐	型号: 3826E-O-sh, 技术参数: 1.环境温度: -20℃~60℃; 环境湿度 10%~95%; 终端工作压力范围: ①氧气、空气 (呼吸)、笑气、	2 个

				二氧化碳终端工作压力： 0~0.4MPa；②氮气，动力空 气工作压力：0~0.8MPa；③ 负压终端工作压力： -0.1~0MPa；4.正压终端供 气：最大流量大于 100L/min；5.负压终端吸气： 最大流量大于 40L/min。	
7		氧气吸入器	捷锐	型号：FM893-15L 带湿化 器； 性能参数： 1.适用环境温度 10℃ ~40℃； 2.环境湿度：10%RH~95% RH； 3.流量计最大耐压：1MPa； 4.潮化瓶耐压 0.6MPa,准确 度等级 4.0 级； 5.流量范围 1.5~15L/min；6. 额定工作压力 0.45MPa；7. 额定工作温度 20±5℃；8. 潮化加湿器一体式。	1 个
9		氧气管路及柜 体	亚特		1 套
10	担架及器械	车载自动上车 担架	万事兴	铝合金，承重 250kg,最高位 1850×550×890mm，最低 位 1850×550×280mm。床 垫材质：PVC 皮革,净重 40kg。	1 副
11		担架平台，带铲	万事兴	不锈钢仓体，	1 套

		式担架舱		外形尺寸：1900×650×100 (上翻板高 520)，31kg。	
12		铲式担架			1 套
13		逆变器	超瑞	1000W，交流输入： 160~265V，38~65Hz;交流输出 220V,50HZ;直流电压 12V; 充电电压 13.7V，充电电流 50A。(技术核对此参数是否与实际安装相符)	1 台
14		组合控制开关	亚特		1 组
15		交流插座	亚特	10 孔	2 组
17		直流插座	亚特	12v 直流插座	1 组
18		直流插座	亚特	USB 口插座	1 组
20		免提对讲机	德顺	工作电压：DC12V; 工作电流 500mA, 主机输出功率：10W, 分机输出功率 4W; 主机材质：金属; 分机材质：金属; 话筒灵敏度：-46dB± 2dB,20Hz-16KHz; 主机尺寸 116×79×27mm; 整套重量 0.75~0.8kg。	1 套
21		配电及线路	亚特	亚特定制	1 套
22		长条顶灯		外形尺寸 915×77×25mm。	2 盏
23	车内照明	后投射灯	亚特	型号：LT-LED，10W	1 盏
25		整体内饰	亚特	中隔墙带推拉窗	1 套
26		医疗舱左侧平台柜	亚特	亚特定制	1 套
27		医疗舱左前壁	亚特	亚特定制	1 套

	内饰及橱柜系	柜			
28	统	医疗舱前柜,带 护士护理座柜	亚特	护士护理座柜(座垫靠背, 配安全带)	1套
29		医疗舱右侧座 椅+座柜	亚特	新型环保材料柜体,座垫靠 背,配安全带	1套
31		医用橡胶地板	乐金 华奥斯	防滑、防静电、防水、防腐、 耐磨、抗菌	1套
32		多功能换气扇	卡洛希	医疗舱换气,12V,ADT 750	1套
33	辅助设施	后空调/暖风	原车	独立控制	1套
34		紫外线消毒灯	洪安	CXD-30A, 外形尺寸:445×97× 40mm,30W, 紫外线辐照强度(20cm)处 ≥1200 μ W/cm。	1个
35		尾门上车扶手	亚特		1个
36		内顶安全扶手	亚特	L=1200mm	1个
38		灭火器		干粉式,2kg,含原车灭火器 一套	1个
39		车贴和救护标 志贴及防撞保 护条			1套
40	彩条及标识	太阳膜		黑色膜	1套
41		车内标识贴			1套

2. 监护除颤仪----迈瑞 D3

迈瑞 BeneHeart D3 配置单

中文特征描述	中文特性值描述
机器型号	BeneHeart D3
销售机	销售机
主机	BeneHeart D3 主机
电源线	国标电源线
显示屏	高亮屏
MPM 模块	MPM1: ECG
ECG 算法	3/5 导
记录仪	记录仪
心电附件包	美标+成人+5 导+按扣式+心电电极
除颤电极板附件包	体外除颤电极板附件包
电池	1 个锂电池
基本附件包	基本附件包
软件	迈 瑞 BeneHeart 系列除颤监护仪系统软件 V1.0

3.心电图机----光电 ECG-2250

ECG-2250 多道心电图机配置

	名称	数量
1	心电图机主机	1台
2	长效热敏纸	1本
3	热印头清洁笔	1支
4	输入检查用导电橡皮	1块
5	电源线	1根
6	导联线	1付
7	胸式吸附电极	1套(6只)
8	肢体电极夹	1套(4只)
9	充电电池	1块
10	技术、使用说明书	1套

上海光电医用电子仪器有限公司

4.监护仪----迈瑞 N1

BeneVision N1 配置单

1	主机
2	5.5 英寸电容触摸屏
3	3/5 导 ECG
4	Mindray SpO2
5	无创血压
6	2 通道 TEMP
7	内置锂电池 2 节
8	电源适配器（国标电源线）
9	中文手册
10	心电、血氧、血压成人附件包
11	N1 主机手柄

5.便捷式呼吸机----安保 6000S

6000S 转运呼吸机

配置清单

标准配置:

序号	名称	单位	数量
1	中文主机	台	1
2	V型急救包	个	1
3	2.5L蓝色氧气瓶	个	1
4	过氧桥	个	1
5	减压阀	个	1
6	重复性呼吸管路	根	1
7	面罩大挂钩	个	1
8	硅胶头套(成人)	个	1
9	呼吸阀	个	1
10	重复性硅胶面罩	个	1
11	1M气源连接管道	根	1
12	2M气源连接管道	根	1
13	气源三通	个	1
14	夹板模拟肺	个	1
15	电源线	根	1
16	电源适配器	个	1
17	用户验收单	份	1
18	保修卡	张	1
19	合格证	张	1
20	说明书	本	1
21	快捷操作单	张	1
22	装箱单	张	1

6.电动吸痰器----安保 ASU-I

电动吸痰器

标准配置单

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	挂墙组件	个	1	
3	空气过滤器	个	1	
4	中间软管 1	根	1	
5	中间软管 2	根	1	
6	透明吸痰管道	套	1	
7	收集罐	个	1	
8	电源适配器	个	1	
9	电源连接线	根	1	
10	中文说明书	本	1	
11	保修卡	张	1	
12	用户验收单	份	1	
13	合格证	张	1	

7.注射泵----科力 KL-6011N

KellyMed
科力医疗

KL-6011N 注射泵 产品配置

名称	单位	数量
KL-6011N 注射泵	台	1
电源线	条	1
保修卡		1
合格证	份	1
装箱清单	份	1
使用说明书	本	1
操作指示卡	份	1