

2

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 永吉县人民医院内窥镜摄像机系统采购项目

合同编号: YJXRMY-2024-00406

甲 方: 永吉县人民医院

乙 方: 吉林省铭博医疗器械有限公司

签订时间: 2024年12月27日



使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：永吉县人民医院

乙方1（全称）：吉林省铭博医疗器械有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：内窥镜摄像机系统采购项目

采购项目编号：采购计划-[2024]-00230 号

(2) 采购计划编号：采购计划-[2024]-00230 号-006

(3) 项目内容：内窥镜图像显示系统 1 套、监视器 1 台、冷光源 1 台、仪器车 1 辆

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：内窥镜摄像系统

品牌：好克 规格型号：HK-162H

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

① 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：内窥镜摄像系统

关键部件：内窥镜图像显示系统品牌：凯影 型号：HK-162H

关键部件：医用内窥镜冷光源 品牌：好克 型号：LED-200

关键部件：监视器 品牌：好克 型号：24"医用高清液晶

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

② 涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：



否

(4) 政府采购组织形式: 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式: 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交) 采购标的制造商是否为中小企业: 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): 是 否

否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: 是 否

中标(成交) 采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: 是 否

中标(成交) 采购标的制造商是否为监狱企业: 是 否

(7) 合同是否分包: 是 否

分包主要内容: _____ / _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

_____ / _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: 是 否

外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

否



(10) 是否涉及节能产品:

是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 389, 000.00

大写: 叁拾捌万玖仟元整

分包金额(如有)小写: _____ / _____

大写: _____ / _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):



全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

分期付款：验收合格，乙方开具合格发票及查验证明后，甲方支付乙方合同价款的90%，一年后支付剩余款项，其中涉及预付款的：/

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2024年12月27日，完成日期：2025年12月26日。

(2) 履约地点：永吉县人民医院

(3) 履约担保：是否收取履约保证金： 是 否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：1年

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式： 自行组织 委托第三方组织

验收主体：永吉县人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： 是 否

是否邀请专家参加验收： 是 否

是否邀请服务对象参加验收： 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收： 是 否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：/ 否

是否存在破坏性检测： 是，/

否



验收组织的其他事项：符合临床使用要求及标准

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

(3) 履约验收方式： 一次性验收

分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：货到甲方指定场地后，甲乙双方及厂家共同验收

(5) 履约验收的内容：货物是否全新完整、质量是否合格、配置是否齐全、安装培训是否完成、调试使用是否达到临床使用标准等，且不仅限于以上内容。

(6) 履约验收标准：符合招标要求，用户双方签字

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： 是 否

(8) 履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。



合同订立时间：2014年12月27日

合同订立地点：永吉县人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）			
单位名称（公章或合同章）	永吉县人民医院	单位名称（公章或合同章）	吉林省铭博医疗器械有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住所	永吉县口前镇建设路 149 号	住所	吉林市高新区深圳街 8 号百丰科技园 A 区五层 536 号写字间
联系人		联系人	黄山
联系电话	0432-64222943	联系电话	13304404858
通信地址	永吉县口前镇建设路 149 号	通信地址	吉林市高新区深圳街 8 号百丰科技园 A 区五层 536 号写字间
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	13304404858@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91220200MAC4TAG0XH
		开户名称	吉林省铭博医疗器械有限公司
		开户银行	中国建设银行吉林市分行高新技术产业开发区支行
		银行账号	2205 0161 6838 0000 1552
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	完整。
	指定现场	永吉县人民医院
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	乙方负责运输过程的所有费用，卸货到甲方指定地点。
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	1年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	1个月
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/



第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	发票开具后 30 日内。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	1 年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	安装、培训、调试等，且不仅限于以上内容。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _____ / _____； (2) 向 _____ 甲方所在地的 _____ 人民法院起



		诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/



内窥镜摄像机技术参数：

1、内窥镜图像显示系统

1.1 十种手术场景选择，手动白平衡控制，10倍放大功能，图像冻结功能，亮度调节功能，高色彩还原性，可进行录像拍照

1.2 电源输入：AC100-240V 50/60Hz

1.3 输入功率：20VA

1.4 摄像头尺寸：1/3 型 16:9 CMOS Sensor

*1.5 分辨率：1920×1080(220万画素)，1080TV line 60 帧 1.6 信噪比：>50dB

1.7 灵敏度：2000lx F8/3000K

1.8 最低照度：1 lx F1.2

1.9 输出：1xDVI-D, 1xVGA, 1xHDMI, 1xCVBS(BNC, PAL)

1.20 白平衡：面板手动调节,摄像头手柄白平衡功能

1.21 快门速度：1/60-1/15360 sec

1.22 接口：F18

2. 工作台车：开架式

3. 24寸医用液晶监视器：

3.1 亮度：500±10% cd/m²

3.2 最高亮度：900 cd/m²

3.3 对比度：1000:1

3.4 可视角度：178/178

3.5 响应时间：14ms

3.6 安装标准：VESA 100*100mm

3.7 内置曲线：十余种医疗显示曲线及显示模式

3.8 输入接口：DVI/HDMI 以上

3.9 输出接口：DVI/HDMI 以上

4、LED冷光源：

