

公开招标采购合同

采购人：（以下称买方）青田县人民医院

中标人：（以下称卖方）启东应成医疗器械科技有限公司

根据 青田县人民医院采购吊塔、光学生物测量仪 招标文件（项目编号：QTFCG2024-132），在 2024 年 8 月 20 日，青田县人民医院 对该项目进行公开招标采购，经评标委员会评定，确定 启东应成医疗器械科技有限公司 为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：详见“货物一览表”

1.2 货物一览表：

序号	货物名称	品牌、型号、规格配置	数量	单价（元）	合价（元）	保修期
1	吊塔（单双臂干湿分离复合塔）	YCC 应成、T500（单双臂干湿分离复合塔）、配置清单见附件	6 套	47000	282000	11 年
2	吊塔（双臂外科吊塔）	YCC 应成、T500（双臂外科吊塔）、配置清单见附件	3 套	29500	88500	11 年
	总计	¥:370500 元（大写： <u>叁拾柒万零伍佰元整</u> ）				

备注：本项目提供 20 套直插式负压吸引器（德标接口）

第二条 合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为：¥370500元（大写：叁拾柒万零伍佰元整）；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人投标文件

3.1.4 招标文件

第四条 权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律上责任，并赔偿买方 % 的合同货款的。

第五条 质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 乙方向甲方提供的产品必须为全新的，设备生产日期应在验收日期前 6 个月内（进口类产品生产日期应在验收日期前 12 个月内）。

乙方保证所供的设备是在 2024 年 02 月后生成的全新的、未使用过，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。 /

第六条 技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料寄给买方；

6.3 设备建议使用年限 15 年（设备铭牌或者说明书上标明的使用期限）。

第七条 包装要求

9.3 买方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的2个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收： /

9.8 其他 /

第十条 伴随服务 / 售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定： / ；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用

操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 卖方应当向买方提供至少 11 年的保修期。若其中货物超出项目整体保修期，则按生产厂家的标准执行，但不得少于项目整体保修期（请分别列出： / ）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8:00-18:00）为 2 小时；非工作期间为 4 小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五 8:00-18:00）为 24 小时；非工作期间为 48 小时；

10.8 下列货物（分别列出： / ）若故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，卖方应在 48 小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款： / ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款： / 。

10.13 其他 /

第十一条 履约保证金、质保金及质保期

11.1 签订合同后，乙方需向甲方交纳¥/ (大写: /)作为本合同的履约保证金，履约保证金在货物验收合格之日起自动转为质量保证金，**质量保证金在质保期满后退还（无息）。**

11.2 乙方在合同期间不履行合同的相关义务和责任，甲方有权不予返还履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

11.3 质保期11年（自交货验收合格之日起计）。如乙方在质保期内出现质量问题、或甲方多次向监督机构提出乙方的质量问题和服务问题及违反询价文件规定的其他问题，经查证属实的，甲方有权不予返还其部分或全部质量保证金，如质量保证金不足以因出现质量问题及其他问题产生的损失，按实际损失赔偿。

第十二条 货款支付

12.1 本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2 货款支付方式：合同生效并具备实施条件后 7 个工作日内凭同等金额预付款保函支付合同金额的 70%作为预付款；接采购人发货通知后 7 个工作日内支付合同金额的 20%；项目验收合格并收到中标人正式发票之日起 7 个工作日内付清合同余款。

第十三条 违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的 3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期 / 天买方向卖方偿付欠款总额的 / ‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 / ‰ 。

13.3 如卖方不能交付货物, 买方有权扣留全部履约保证金; 同时卖方应向买方支付合同总价 / 的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的, 每逾期 / 天, 卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的 / % 的滞纳金。如卖方逾期交货达 / 天, 买方有权解除合同, 解除通知自到达卖方时生效;

在履行合同过程中, 如果卖方遇到不能按时交货情况, 应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后, 认为其理由正当的, 可酌情延长交货时间; 不认可卖方不能按时交货理由的, 按逾期交付货物处理;

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的, 买方有权拒收。买方拒收的, 卖方应向买方支付货款总额 3% 的违约金;

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限), 如经卖方两次维修或更换, 货物仍不能达到合同约定的质量标准, 买方有权退货, 卖方应退回全部货款, 并按第 13.3 款处理, 同时, 卖方还须赔偿买方因此遭受的损失;

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的, 应按合同总价款的 / % 向买方承担违约责任;

13.8 卖方在承担上述 13.3 ~ 13.7 款一项或多项违约责任后, 仍应继续履行合同规定的义务 (买方解除合同的除外)。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任;

其他 /

第十四条 转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条 争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.2 种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式二份，买卖双方各执一份。


18.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

单位名称	甲方(盖章)	乙方(盖章)
类别名称	青田县人民医院	启东应成医疗器械科技有限公司
法定代表人:	陈伟杰	汤茵
或委托代理人:	陈伟杰	王增梅
地址:	浙江省青田县瓯南街道 288 号	启东市滨海工业园江滨路 48 号
电话:	0578-6821967、6807251	0513-68693132
开户名称:	青田县人民医院	启东应成医疗器械科技有限公司
开户银行:	浙江青田农村商业银行股份有限公司	中国农业银行启东近海支行
帐号:	201000281258202	10724801040006757
税号:	12332522472340142N	913206 8169 4451 1636
签订时间:	2024年8月30日	2024年8月30日

T500（单双臂干湿分离复合塔）

单套配置清单

序号	名称	说明	数量
干区塔			
1	单臂	旋转半径 1000mm, 承重 440kg, 阻尼刹车, 含安装组件	1
2	吊柱	双吊柱, 长度 1200mm	1
3	仪器平台	铝合金型材, 带一体成型边轨、四角橡胶防撞设计, 有效搁置尺寸 500×440 (mm)	2
4	抽屉	铝合金型材拼接设计, 平装式自吸阻尼滑轨, 尺寸 450×440×180 (mm)	1
5	网篮	竖式, 尺寸 280×150×110 (mm)	1
		横式, 尺寸 150×250×110 (mm)	1
6	气体终端	德标: 氧气 O ₂ ×2, 空气 Air×2, 负压 VAC×1	5
7	电源插座	国标五孔 220V/10A 电源插座	7
		国标三孔 220V/16A 电源插座	1
8	网络接口	罗格朗品牌: RJ45	3
9	监护仪支架	双关节监护仪支架	1
10	湿化器挂架	呼吸机湿化器挂架 (包含 250mm 导轨)	1
11	管线夹	电缆、管线整理夹, 托盘边轨和吊柱背板卡夹式	6
湿区塔			
12	双臂	双关节旋转半径 1600mm, 承重 440kg, 阻尼刹车 (共用安装组件)	1
13	吊柱	双吊柱, 长度 1200mm	1
14	仪器平台	铝合金型材, 带一体成型边轨、四角橡胶防撞设计, 有效搁置尺寸 500×440 (mm)	2
15	抽屉	铝合金型材拼接设计, 平装式自吸阻尼滑轨, 尺寸 450×440×180 (mm)	2
16	伸展臂	单、双关节旋转支臂各 1 套,	2
17	输液架	不锈钢注射泵架, 带 4 个高度可调输液挂钩	2
18	气体终端	德标: 氧气 O ₂ ×2, 负压 VAC×2	4
19	电源插座	国标五孔 220V/10A 电源插座	10
20	网络接口	罗格朗品牌: RJ45	2
21	管线夹	电缆、管线整理夹, 托盘边轨和吊柱背板卡夹式	6
22	病人信息显示系统	双关节伸展臂	1



T500（双臂外科吊塔）

单套配置清单

序号	名称	说明	数量
1	双臂	双关节旋转半径 1600mm, 承重 440kg, 阻尼/气体刹车（共用安装组件）	1
2	吊柱	双吊柱, 长度 1200mm	1
3	仪器平台	铝合金型材, 带一体成型边轨、四角橡胶防撞设计, 有效搁置尺寸 500×440 (mm)	2
4	抽屉	铝合金型材拼接设计, 平装式自吸阻尼滑轨, 尺寸 450×440×180 (mm)	2
5	网篮	竖式, 尺寸 280×150×110 (mm)	1
		横式, 尺寸 150×250×110 (mm)	1
6	伸展臂	双关节旋转支臂	1
7	输液架	不锈钢注射泵架, 带 4 个高度可调输液挂钩	1
8	气体终端	德标: 氧气 O2×2, 负压 VAC×2, 空气 Air×1	5
9	电源插座	国标五孔 220V/10A 电源插座	9
		国标三孔 220V/16A 电源插座	1
10	网络接口	RJ45	4
11	监护仪支架	双关节监护仪支架	1
12	管线夹	电缆、管线整理夹, 托盘边轨和吊柱背板卡夹式	6
13	病人信息显示系统	配置双关节伸展臂	1

