

医疗设备采购合同

合同号: XYSB202506-01

供方: 台州九州通医药有限公司

需方: 仙居县人民医院

供、需双方根据 2025 年 5 月 9 日 仙居县人民医院医用空气加压氧舱采购项目招标采购仙居县人民医院医疗设备项目（招标编号: ZJWS2025-XJRMYY-002）招标结果和招标文件的要求，并经供需双方协调一致，订立本采购合同。

第一条 采购商品清单及合同价格

金额单位: 人民币元

设备名称	产地/品牌	规格型号	注册证号	数量	单价	总价
医用空气加压氧舱	烟台、烟台 豪特	YC3400J 平底圆舱	国械注准 20173094392	1 套	2280000	2280000
合同总价: 人民币（大写） 贰佰贰拾捌万元整						

注: 1. 商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见投标文件及附件清单。
2. 以上合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等一切费用。

第二条 质量保证

供方保证本合同中所供应的国产商品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品; 进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符, 需方有权拒收或退货, 由此产生的一切责任和后果由供方承担。

第三条 交货时间、地点

1. 在合同签订后, 供方于 (2025 年 9 月 30 日前) 按照其与需方事先直接联系约定将所供商品原包装运至需方指定地点拆卸, 并负责安装调试, 完毕后交需方验收。

2. 在所供商品交付使用时, 供方必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料、证件和必备的附件, 以及需方认为必须提供的材料。

第四条 售后服务

1. 本合同商品验收合格之日起, 供方提供相应商品的现场免费保修期为 60 个月 (含所有配件及易损件)。免费保修期满后, 供方仍需提供现场维修服务, 只能收取成本费, 并在维修合格后付款。

2. 供方保证所提供商品在发生故障时, 最迟在 48 个小时内修复, 必要时采取临时调换或提供备用机等措施, 以保证需方的正常工作。

第五条 验收

供方将提供商品运至交货地点拆箱安装调试直到符合技术要求,并培训需方的使用操作人员,由需方确认验收合格后准予签字验收,需方将会同有关人员履行监督责任。

合同商品从验收合格次日起 30 天内,出现非需方人为因素造成的无法排除的故障,由供方予以整机调换。

第六条 货款的支付

合同签订后支付合同预付款 40%,余款在设备验收合格一个月内付清。

第七条 其它约定: 见投标文件和承诺书

第八条 违约责任

1. 供方逾期履行合同的,自逾期之日起,向需方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金;供方逾期 30 天不能交货的,应向需方支付合同总价百分之五的违约金,并且需方不再退还供方的履约保证金。

2. 需方逾期支付货款的,自逾期之日起,向供方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金,需方无正当理由拒付货款的,向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

3. 供方在商品交付验收后合格之日起半年内违反本合同有关质量保证及售后服务的,将予以没收质量保证金,损失赔偿不足部分,按本合同第十条处理。在商品交付验收合格之日起半年后发生质量问题的,按本合同第十条处理。

4. 发现供方给需方个人回扣等不正当促销行为,将没收质量保证金。

第九条 争议的解决

本合同为规范化采购之合同,本合同中供方与需方享有同等权利,在发生所提供商品的质量、售后服务等问题时,需方直接向供方索赔,签订必要的书面处理协议。如协商不成,任何一方有权在签约地点选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十条 合同生效

1. 本合同经供、需双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2. 本合同一式四页共叁份,供方执一份,需方执两份,均具同等效力。

供方(章): 台州九州通医药有限公司

需方(章): 仙居县人民医院



法定代表人或受托人

法定代表人或受托人

(签字):

(签字):



Handwritten signature of the hospital representative.

地址: 仙居县白塔镇桐江路8号

地址: 仙居县城北东路53号

邮编: 317300

邮编: 317300

电话:

电话(传真): 0576—87718236

开户银行: 中国农业银行仙居支行

开户银行: 工商银行仙居县支行

帐号: 19945101040038261

帐号: 1207051109049006001

信用代码: 12331024472751400D

签约地点: 浙江仙居县

签约时间: 2015-6-23

Handwritten signature.

YC3400J（18人）型拱形医用空气加压氧舱分项清单

产品配置清单					
分项目名称：一、氧舱本体与舱内设施					
序号	货物名称	规格型号	产地/品牌	数量	单位
一	氧舱舱体部分				
1	平板封头	Q345R, Φ3400mm	安阳/邯郸	3	个
2	氧舱壳体	Q345R	安阳/邯郸	1	套
3	氧舱底板	Q345R	豪特氧业	1	套
4	加强筋板	Q445R	豪特氧业	1	批
5	门框	MK1800×1000mm	豪特氧业	1	个
6	门框	MK1800×1200mm	豪特氧业	2	个
7	氧舱新型平移门	MB1880×1080mm	豪特氧业	2	套
8	氧舱新型平移门	MB1880×1280mm	豪特氧业	2	套
9	氧舱专用安全自锁伸缩踏板装置	PYMTB01	豪特氧业	4	套
10	氧舱专用平移门无压锁紧装置	PYMSJ01	豪特氧业	4	套
11	平移门静音平滑导向装置	PYMD01	豪特氧业	4	套
12	平移门开关主体装置	PYMZT01	豪特氧业	4	套
13	观察窗开孔铣边、双面法兰加固	Φ300mm	豪特氧业	6	个
14	摄像装置	Φ150mm	豪特氧业	6	个
15	照明装置	YCT81C	豪特氧业	14	套
16	递物筒	Φ325mm	豪特氧业	2	套
17	通风装置	Φ325mm	豪特氧业	2	套
18	安全阀	A48Y-16C, DN32	浙江永一	2	套
19	安全阀	A48Y-16C, DN40	浙江永一	2	套
20	舱内外应急减压控制装置	HT-JKZ	豪特氧业	4	套
21	氧舱支座	鞍座DN3400-F/S	豪特氧业	2	套
22	通舱管件、管座、填料函等	3400型	豪特氧业	1	批
23	氧舱检修爬梯及平台	3400型	豪特氧业	1	套
二	舱内设施				
1	多功能综合吸氧装具	六种功能航空管带式	豪特氧业	18	套
2	舱内药品柜	YCT413B	豪特氧业	2	套
3	舱内输液吊架		河北衡水	2	套
4	舱内全方位拾音对讲装置	YBM-1	广东	3	套

YC3400J (18人) 型拱形医用空气加压氧舱分项清单

5	舱内音响扬声器	R-308	常州武进	4	只
三	舱内饰装				
1	舱内装潢板(彩涂板)	L×W: 1200×2400mm	山东烟台	1	批
2	舱内外装潢板(防火板)	L×W: 1220×2440mm δ 8	山东烟台	1	批
3	沙发座椅	YCZY3034	山东烟台	18	套
4	舱内通风罩	YCT480A	豪特氧业	4	套
5	舱内采用高强度大理石地板砖		广东	1	批
6	舱内外金属支架	角钢20#、30#、40#	豪特氧业	1	批
7	装潢附料		烟台	1	批
四	舱内急救设施及应急控制装置				
1	多功能无断点多用途过舱导联装置	可满足心电监护用	豪特氧业	5	套
2	应急呼叫装置	LJC18A3-B-Z/BX	天正电气	18	套
五	其它				
1	设备出厂监检费		烟台特检		
2	舱体除锈防锈处理、打腻子及外观喷漆		豪特氧业		
3	氧舱本体X射线探伤检测、水压试验、气密试验		豪特氧业		

分项目名称：二、控制中心

1	总控制台壳体	钢琴式结构，专业订做	豪特氧业	1	套
2	总控制台面板及其开孔加工	丝网膜印刷，美观、高雅	豪特氧业	1	套
3	定标阀	针型阀DN6	镇江金化	4	只
4	供气压力表	Y-100ZT, 0-2.5MPa	红旗	1	只
5	消防水压力表	Y-100ZT, 0-2.5MPa	红旗	1	只
6	供氧压力表	Y0-100ZT, 0-1.0MPa	红旗	1	只
7	普通压力表	Y-100ZT, 0-0.4MPa	红旗	2	只
8	精密压力表	YB-150ZT, 0-0.4MPa	江苏常州	2	只
9	音乐播放器		烟台	1	套
10	氧舱专用对讲机	DK-10II	豪特氧业	2	台
11	音箱	R-308	常州	4	只
12	数字化吸氧显示系统		豪特氧业	18	位
13	取样流量计	GY800-6, 6-60L/h	江苏溧阳	4	只
14	电器控制系统	集成电路控制	豪特氧业	1	套

YC3400J（18人）型拱形医用空气加压氧舱分项清单

15	氧舱综合控制系统（含触摸屏）		山东烟台/豪特	2	套
16	应急呼叫可控系统	HTHJ-3	深圳	18	套
17	手动加减压阀	带刻度手轮式	山东烟台	4	套
18	手动供排氧阀	带刻度手轮式	山东烟台	4	套
19	钥匙开关	220V	烟台	1	台
20	氧舱专用空调线控装置		豪特氧业	3	套
21	舱内环境监测模块		豪特氧业	2	套
22	测氧仪	ADH-360	山东烟台	2	套
23	应急电源	1000VA	山特	2	套
24	空气质量检测仪		山东烟台	1	台
25	氧气稳压分配管		豪特氧业	2	套
26	隔离变压器		浙江	1	套
27	开关电源	AC220V/DC24V 20A	香港明偉	2	套
28	标志、铭牌及其它附料		豪特氧业	1	批

分项目名称：三、压力调节系统

序号	设备及材料名称	规格型号	产地	数量	单位
1	双螺杆静音型空压机	YCD-40A	上海	2	台
2	冷冻式干燥机	OSGYA-5NF	上海	2	台
3	储气罐	10m ³	豪特氧业	1	台
4	储气罐	15m ³	豪特氧业	1	台
5	储气罐安全阀	A28H-16C, DN25	浙江永一	2	套
6	储气罐压力表	Y-150 0~2.5MPa	红旗	2	只
7	B型油水分离器	HT-B	豪特氧业	2	台
8	D型空气过滤器	HT-D	豪特氧业	2	台
9	四级过滤器	E/G/G/F	豪特氧业	2	套
10	进气消音器	FX-L50	上海	4	套
11	供气系统管路及附件（由空压机至舱内）	不锈钢材质	安徽	1	批
12	排气系统管路及附件（由舱体至舱外）	无缝钢管	山东	1	批
13	氧舱专用压力调节执行系统		豪特氧业	2	套
14	减压消音器系统	DN65	豪特氧业	1	套
15	配套阀门	J41F-16P	郑州宇明	1	批

分项目名称：四、氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

YC3400J（18人）型拱形医用空气加压氧舱分项清单

1	吸附干燥机		上海/欧仕格	1	台
2	系统附件、管件		豪特氧业	1	批
3	除湿风机		豪特氧业	2	台

分项目名称：五、呼吸气系统（氧源用户自备）

1	供氧缓冲管	Φ38mm	豪特氧业	4	套
2	单人供氧隔断阀	Q11F-16T	上海	18	套
3	呼吸调节器	WZ-1	豪特氧业	18	套
4	吸氧面罩三件套	G02	豪特氧业	18	套
5	排氧缓冲器	Φ38	豪特氧业	4	套
6	排污球阀	Q11F-16T DN15	上海	1	只
7	氧舱专用氧浓度调节执行系统	HTYTZ-01	豪特氧业	2	套
8	排氧球阀	Q41F-16P DN20	上海	2	只
9	氧气吸入器	YF-05A	浙江余姚	18	套
10	负压吸引器		浙江余姚	18	套
11	供排氧管路及附件		豪特氧业	1	批

分项目名称：六、舱内环境调节系统

1	分体式冷暖空调	吸顶式3P	豪特氧业	3	台
2	氧舱空调专用传动装置		豪特氧业	3	套
3	固定支架、法兰等		豪特氧业	3	套
4	系统附件、管件		豪特氧业	1	批
5	空调排水装置	YCT935	豪特氧业	3	套

分项目名称：七、监控系统

1	氧舱专用摄像机	HTSX-08	深圳	6	套
2	液晶显示器	24寸	深圳	2	台
3	液晶电视	50寸	飞利浦	2	台
4	硬盘录像机	AHD-10	海康威视	1	台
5	视频连线	随机	烟台	1	批
6	舱门监视及对讲系统		烟台	2	套
7	各类配电器件		烟台	1	批

分项目名称：八、消防系统

1	气水罐（2m ³ ）	Φ1200 mm	豪特氧业	1	台
2	供水总管道	Φ57mm不锈钢管	安徽	1	批
3	舱内供水管道	Φ57mm不锈钢管	安徽	1	批
4	气水罐安全阀	A28H-16C DN25	浙江永一	1	套

YC3400J（18人）型拱形医用空气加压氧舱分项清单

5	不锈钢供气阀	Q41F-16P DN32	浙江	1	套
6	气水罐压力表	Y-150 0~2.5MPa	红旗	1	只
7	不锈钢全方位水雾喷头	ZSTWB63-120	广东	20	个
8	液位计		江苏	1	套
9	配套阀门		豪特氧业	1	批
10	系统管路附件		烟台	1	批

分项目名称：九、智能操舱控制系统

1	氧舱专用工作站	HTGZ-IX	深圳/研祥	1	台
2	氧舱专用主机控制系统	HTZY-III	山东烟台/豪特	1	台
3	氧舱专用压力检测转换系统	HTYZ-III	山东烟台/豪特	1	台
4	氧舱氧浓度监测转换系统	HTJZ-III	山东烟台/豪特	1	台
5	舱内专用氧浓度采集系统	HTYC-III	山东烟台/豪特	2	台
6	氧舱专用压力检测系统	HTYJ-III	山东烟台/豪特	2	只
7	氧舱专用智能控制系统	HTZK-III	山东烟台/豪特	1	只
8	配套附件		山东烟台/豪特	1	台