

昌吉回族自治州人民医院设备采购合同

合同编号：YLSB2024-31

采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院

地址：昌吉市延安北路 303 号

电话：0994-2350409

邮编：831100

供货方（以下简称乙方）：江西沧甫医疗器械有限公司

地址：江西省抚州市临川区才都工业园区众创基地 3 号楼一层东侧 238 室

电话：15699303520

邮编：330000

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目）（招标文件编号：XJZC(CG)2024-021-6，招标项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目（标项六））。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款，共同信守。

一、经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备（设备配置明细等附后）。

序号	设备名称	型号、品牌	产地	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	血液透析设备	DBB-EXA ESS A	中国	台	3	156000	468000
合计金额：468000 元，大写：人民币肆拾陆万捌仟元整元整（含税）。							

设备的易耗配件必须在合同附件（附件 1：设备配置清单、附件 2：设备备品备件耗材清单、附件 3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。

二、售后服务及质量保证：

1、设备（货物）验收合格后，由乙方免费保修六年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2. 乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方逾期维修，甲方可自行组织维修，但相关费用由乙方承担，甲方可直接从乙方最后一笔款项中扣除。

3. 质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4. 乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

三、安装、验收及培训：

1. 乙方将设备送达至甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招标文件中有约定按照招标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3. 如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

四、设备质量技术标准及包装：

1. 乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资质复印件作为本合同附件。

2. 设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。

3. 设备包装应为设备生产厂原包装。

五、付款方式：

甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方预付第一笔设备款，合同总金额 30%，计 140400 元；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后 30 个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的 30%，计 140400 元；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后 30 个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的 30%，计 140400 元；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的项目付款审批单、收据、乙方开票信息等齐全的付款资料后 30 个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的 10%，计 46800 元。

甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

六、设备交付：

1. 乙方应在合同签订之日起 30 个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7 个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2. 设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

七、合同有效期：为本合同的履行期。

八、公证：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。

九、违约责任：

1. 乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的 1%向甲方支付违约金。

2. 乙方逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的 30%向甲方支付违约金。

3. 如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额 30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2 约定从乙方最后一笔款项中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付 2000 元的违约金。

5. 如乙方未按本合同二.4 的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2 的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。

6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和

权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7. 如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

8. 甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9. 乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

10. 若到货设备参数与招标文件参数响应不一致，视为虚假应标，合同立即终止。给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

十、争议解决方法： 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、其他：

1. 合同变更须经双方书面同意。

2. 招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若合同与标书有冲突之处，以标书为准。

3. 本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉诉讼法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4. 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效

甲方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院 乙方（盖章）：江西沧浦医疗器械有限公司


开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：中国农业银行进贤县支行文港分理处

账号：65001620300050001465

账号：14018701040009931


法人代表：



法人代表：

签约代表：

签约代表：

日期：2024年10月30日

日期：2024年10月30日

附件 1:

设备配置清单

序号	货物名称	品牌	型号	制造商(产地)	数量	单位
1	血液透析设备	威高	DBB-EXA ESS A	威高日机装(威海)透析机器有限公司	3	台




附件 2:

设备零配件、消耗品、耗材（试剂）购买价格清单

序号	备品、备件名称	规格型号	生产厂家	对应的 投标设备	数量	单价 (元)	合计(元)
1	风扇过滤网	F03-073A00	日机装株式会社	血液透析设备	2	59	118
2	透析器接头（红色）	C06-000101	日机装株式会社	血液透析设备	1	2469	2469
3	透析器接头（蓝色）	C06-000102	日机装株式会社	血液透析设备	1	2469	2469
4	O型圈（P-10）	R01-200A02	日机装株式会社	血液透析设备	2	56	112
5	O型圈（P-16）	R01-200A03	日机装株式会社	血液透析设备	1	85	85
6	管路过滤器	X06-370W00	日机装株式会社	血液透析设备	4	116	464
7	O型圈（P-7）	QB2401-P7-F 4D	日机装株式会社	血液透析设备	6	31	186
8	透析液回路过滤器（FL1）	X01-001301	日机装株式会社	血液透析设备	1	316	316
9	O型圈（S-46）	R01-036B37	日机装株式会社	血液透析设备	2	113	226
10	O型圈（S-55）	R01-036B41	日机装株式会社	血液透析设备	2	59	118
11	复式泵密封圈	S03-015A01	日机装株式会社	血液透析设备	2	345	690
12	O型圈（S-16）	R01-036B14	日机装株式会社	血液透析设备	4	31	124
13	复式泵单向阀	X04-504W00	日机装株式会社	血液透析设备	4	172	688
14	复式泵滑块	X60-009B00	日机装株式会社	血液透析设备	1	373	373
15	原液泵单向阀（IN）	X06-113W01	日机装株式会社	血液透析设备	3	257	771
16	原液泵单向阀（OUT）	X06-113W02	日机装株式会社	血液透析设备	3	257	771

17	原液泵密封圈	S03-006A00	日机装株式会社	血液透析设备	4	172	688
18	O型圈 (S-12.5)	R01-036B11	日机装株式会社	血液透析设备	2	31	62
19	脱水泵密封圈	S03-003A01	日机装株式会社	血液透析设备	1	200	200
20	消毒液吸入管 O型圈	QB2401-P5-F4D	日机装株式会社	血液透析设备	4	28	112
21	消毒液吸入管硅胶管	H06-021A05	日机装株式会社	血液透析设备	0.8M	254	254
22	置换液接口密封圈	G02-001400	日机装株式会社	血液透析设备	1	58	58
23	置换液接口 单向阀	X08-024W00	日机装株式会社	血液透析设备	1	1885	1885
24	置换液接口密封圈	G02-297B00	日机装株式会社	血液透析设备	1	168	168
25	置换液接口贴膜	P21-298A01	日机装株式会社	血液透析设备	1	26	26
26	排液接口密封垫	G02-217A00	日机装株式会社	血液透析设备	1	59	59
27	第二除气室组件	X06-064W02	日机装株式会社	血液透析设备	1	2196	2196
28	背压阀、溢流阀膜片	D03-027A00	日机装株式会社	血液透析设备	3	229	687
29	原液注入背压阀膜片	D03-030A00	日机装株式会社	血液透析设备	2	113	226
30	阀芯套件	V01-002010	日机装株式会社	血液透析设备	21	946	19866
31	药液电磁阀 (SV21, 22)	V01-262B00	日机装株式会社	血液透析设备	1	5525	5525
32	脱气泵、加压泵叶轮	X60-099B00	日机装株式会社	血液透析设备	2	514	1028
33	复式泵带状轴承	B07-069A00	日机装株式会社	血液透析设备	2	88	176
34	空气过滤器	F03-068A01	日机装株式会社	血液透析设备	5	172	860
35	单向阀	X04-504W00	日机装株式会社	血液透析设备	4	172	688



36	O型圈 (S-16)	R01-036B14	日机装株式会社	血液透 析设备	4	31	124
37	阀芯套件 (SV6)	V01-002110	日机装株式会社	血液透 析设备	1	1773	1773

附件 3：设备零配件、消耗品、耗材（试剂）最低价承诺书

最低价承诺书

我司参加“昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备项目”的招标项目，项目编号：XJZC(CG)2024-021-6，我公司中标设备血液透析设备，对该设备使用的耗材价格做出如下承诺：提供零配件和耗材，价格为同等级医院的全疆最低价。



承诺单位法定代表人（签字）：罗海根
承诺单位（盖章）：

日期：2024年10月14日

附件 4：招投标参数正负偏离表盖公章

3、商务/技术响应与偏离表

序号	招标文件 条目 号或页 码	招标文件要求	投标响应内容	偏离情 况	说明
1	第二章	投标须知 投标须知前附表	投标须知 投标须知前附表	/	/
2	3	项目地址：昌吉回族自治州人民医院	项目地址：昌吉回族自治州人民医院	无偏离	/
3	5	供货时间：以甲乙双方政府采购合同中约定为准	供货时间：以甲乙双方政府采购合同中约定为准	无偏离	/
4	6	设备质量技术标准及包装： 1. 乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定。 2. 设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。 3. 设备包装应为设备生产厂原包装。	设备质量技术标准及包装： 1. 我方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定。 2. 设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。我方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。 3. 设备包装为设备生产厂原包装。	无偏离	/
5	8	付款情况：以甲乙双方政府采购合同中约定为准	付款情况：以甲乙双方政府采购合同中约定为准	无偏离	/
6	22	投标有效期：从首次提交投标文件截止之日起，不得少于90个日历日。	投标有效期：从首次提交投标文件截止之日起，不得少于90个日历日。	无偏离	/
7	第五章	采购需求	采购需求	/	/
8	10	血液透析机：3台	血液透析机：3台	无偏离	/
9	第六包、四、	售后服务及要求：	售后服务及要求：	/	/
10	1.	要求提供中英文操作手册/维修手册或维修光盘及维修密码开放。	提供中英文操作手册/维修手册或维修光盘及维修密码开放。	无偏离	/

11	2.	售后服务：免费维修3年，定期(6个月)对仪器维修养护。	售后服务：免费维修6年，定期(6个月)对仪器维修养护。	正偏离	/
12	3.	免费培训医护人员2名，(在具有血透培训资质的中心培训3个月，获得血液净化上岗资质。)，免费培训设备维修工程师1名(取得血透机维修证书)。	免费培训医护人员2名，(在具有血透培训资质的中心培训3个月，获得血液净化上岗资质。)，免费培训设备维修工程师1名(取得血透机维修证书)。	无偏离	/
13	4.	协助定期监测反渗水、透析用水质量，提供测定透析用水硬度及余氯的试剂。每季度对循环水路进行化学消毒。免费一年做一次化学污染物监测。	协助定期监测反渗水、透析用水质量，提供测定透析用水硬度及余氯的试剂。每季度对循环水路进行化学消毒。免费一年做一次化学污染物监测。	无偏离	/
14	5.	维修服务要求接报告后2小时内到位维修，且不影响次日的血透工作。	维修服务要求接报告后1小时内到位维修，且不影响次日的血透工作。	正偏离	/
15	6.	在疆内不得少于3个维修工程师工作人员，并提供办事处地点和社保证明。	在疆内不得少于4个维修工程师工作人员，并提供办事处地点和社保证明。	正偏离	/
16	/	招标文件其他商务条款	完全响应招标文件所有商务条款	无偏离	/
1	第六包 10.	血液透析机	血液透析设备	/	/
2		设备选型：血液透析机 产地：国产 数量：3套	设备选型：DBB-EXA ESS A 血液透析设备 产地：山东威海 数量：3套	无偏离	/
3	一.	设备的技术性能要求及配置 (主要技术参数)	设备的技术性能要求及配置 (主要技术参数)	/	/
4	1.	供水：压力：100—700kPa； 温度：5—30℃。	供水：压力：100—700kPa； 温度：5—30℃	无偏离	/
5	2.	透析液流速：设置范围：300—780mL/min，任意可调。	透析液流速：设置范围：300—700mL/min，任意可调	无偏离	/
6	3.	透析液温度：设置范围：34—39℃，可实时监测及可调。	透析液温度：设置范围：33—40℃，可实时监测及可调	正偏离	/

7	4.	脱水速度：设置范围：0.0—4.00L/h,脱水精度：±30mL/h或透析液流量±0.1%。	脱水速度：设置范围：0.1—4.00L/h,脱水精度：±30mL/h或透析液流量±0.1%。	无偏离	/
8	5.	漏血检测器：方法：光电式检测，精度：≤0.40mL/min。	漏血检测器：方法：光电式检测，精度：0.30mL血液/1L透析液	正偏离	/
9	6.	动脉血泵：设置范围：50—600mL/min。	动脉血泵：设置范围：40—600mL/min	正偏离	/
10	7.	肝素泵：设置范围：0.0—9.9mL/h；注射器类型：10、20、30mL均可用，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。	肝素泵：设置范围：0.0—9.9mL/h；注射器类型：10、20、30mL均可用，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能	无偏离	/
11	8.	★空气检测器：方法：超声波；检测精度可达到：0.001mL。	★空气检测器：方法：超声波；检测精度可达到：0.0003mL	正偏离	/
12	9.	泵前动脉压：测量范围：-300—+280mmHg。	泵前动脉压：测量范围：-300—+500mmHg	正偏离	/
13	10.	透析器血液入口压：测量范围：-200—+700mmHg。	透析器血液入口压：测量范围：-300—+735mmHg	正偏离	/
14	11.	★静脉压：测量范围：-200—+480mmHg。	★静脉压：测量范围：-300—+500mmHg	正偏离	/
15	12.	TMP：测量范围：-100—+480mmHg。	TMP：测量范围：-100—+500mmHg	正偏离	/
16	13.	透析液压：测量范围：-600—+600mmHg。	透析液压：测量范围：-600—+600mmHg	无偏离	/
17	14.	碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—7.0mS/cm。	碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—8.0mS/cm	正偏离	/
18	15.	透析液浓度：测量范围：12.0—16.0mS/cm。	透析液浓度：测量范围：10.0—20.0mS/cm	正偏离	/
19		系统功能概述	系统功能概述	/	/

20	1.	人机交互: ≥ 12 英寸彩色液晶显示器, 触摸屏操作, 中文操作系统, 治疗、调校、维修界面等为中文或英文显示。	人机交互: 15 英寸彩色液晶显示器, 触摸屏操作, 中文操作系统, 治疗、调校、维修界面等为中文显示	正偏离	/
21	2.	信息记录: 具备装置的设定、报警、操作信息记录功能, 方便查询; 具备配管监视功能, 可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示, 直观了解透析液回路的运行状态。	信息记录: 具备装置的设定、报警、操作信息记录功能, 方便查询; 具备配管监视功能, 可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示, 直观了解透析液回路的运行状态	无偏离	/
22	3.	报警提示功能: 360° 可视三种颜色报警指示灯, 具有声光报警指示。	报警提示功能: 360° 可视四种颜色报警指示灯, 具有声光报警指示	正偏离	/
23	4.	消毒方式: 具备药液消毒和热消毒方式, 多种自动运转程序可选, 可任意更改, 热水柠檬酸消毒温度最高 $\geq 90^\circ\text{C}$, 消毒、脱钙一体化完成时间 $\leq 36\text{min}$ 。	消毒方式: 具备药液消毒和热消毒方式, 多种自动运转程序可选, 可任意更改, 热水柠檬酸消毒温度最高 92°C , 消毒、脱钙一体化完成时间 37min	无偏离	/
24	5.	后备电池: 标准配置后备电池组件, 在断电时可以自动切换, 能继续进行全面的监测, 可维持机器继续工作 20 分钟; 具备断电状态保存功能, 任意时刻恢复供电至断电前的治疗状态。	后备电池: 标准配置后备电池组件, 在断电时可以自动切换, 能继续进行全面的安全监测, 可维持机器继续工作 30 分钟; 具备断电状态保存功能, 任意时刻恢复供电至断电前的治疗状态。	正偏离	/
25	6.	★超滤系统: 采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。	★超滤系统: 采用复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统	正偏离	/

26	7.	浓度曲线:可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗,可选择性或梯级自动调整程序设定任意曲线,并可预存 ≥ 8 条曲线,预存曲线可修改并储存,方便下次调用,实现个性化透析。	浓度曲线:可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗,可选择性或梯级自动调整程序设定任意曲线,并可预存9条曲线,预存曲线可修改并储存,方便下次调用,实现个性化透析	正偏离	/
27	8.	超滤曲线:可进行可调超滤曲线治疗,可选择性或梯级自动调整程序设定任意曲线,并可预存 ≥ 8 条曲线,预存曲线可修改并储存,方便下次调用,实现个性化透析。	超滤曲线:可进行可调超滤曲线治疗,可选择性或梯级自动调整程序设定任意曲线,并可预存9条曲线,预存曲线可修改并储存,方便下次调用,实现个性化透析	正偏离	/
28	9.	B液干粉筒组件:标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。	B液干粉筒组件:标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统	无偏离	/
29	★10.	通讯组件:标准配置通讯组件,可连接医院透析机信息化管理系统。	通讯组件:标准配置通讯组件,可连接医院透析机信息化管理系统	无偏离	/
30	11.	液面调整:具备动、静脉壶液面电动调整功能,操作更加简易、方便。	液面调整:具备动、静脉壶和DI壶液面电动调整功能,操作更加简易、方便	正偏离	/
31	12.	原液配方:原液配方全开放,默认记忆多种原液配方,可任意更改。	原液配方:原液配方全开放,默认记忆多种原液配方,可任意更改	无偏离	/
32	13.	透析液过滤:标准配备透析液过滤器组件,透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素,透析液纯净度更高,减少微炎症反应和感染风险,提高治疗安全。	透析液过滤:标准配备透析液过滤器组件,透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素,透析液纯净度更高,减少微炎症反应和感染风险,提高治疗安全	无偏离	/
33	14.	KT/V计算:标准配备KT/V计算功能,帮助医护人员评价透析处方的合理性,辅助调整治疗方案。	KT/V计算:标准配备KT/V计算功能,帮助医护人员评价透析处方的合理性,辅助调整治疗方案。	无偏离	/

34	15.	提供一份在新疆不得少于 40 家客户的名单。	提供一份在新疆不得少于 40 家客户的名单	无偏离	/
35	二、	其他:	其他	/	/
36	1、	提供原厂产品彩页、技术性能及参数表	提供原厂产品彩页、技术性能及参数表	无偏离	/
37	2、	提供设备配置的详细清单	提供设备配置的详细清单	无偏离	/
38	★3、	提供零配件和耗材价格表, 耗材价格为全疆最低价, 提供相应合同等证明材料, 并提供同等等级医院最低价承诺书。	供零配件和耗材价格表, 耗材价格为全疆最低价, 提供相应合同等证明材料, 并提供同等等级医院最低价承诺书	无偏离	/
39	★4、	凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。	所投产品不属于国家规定计量器具范畴的医疗设备	无偏离	/
40	★5、	出现故障不能解决则提供备用机	出现故障不能解决则提供备用机	无偏离	/
41	★6、	所有接口费由中标公司承担。	所有接口费由中标公司承担	无偏离	/
42	三、	配置:	配置	/	/
43	1.	3 套全套。	3 套全套	无偏离	/
44	2.	3 年内每台机器免费提供细菌过滤器, 并进行更换。	3 年内每台机器免费提供细菌过滤器, 并进行更换	无偏离	/
45	3.	血透质控设备 1 台	血透质控设备 1 台 (选配)	无偏离	/
46	4.	BPM 在线血压监测组件	BPM 在线血压监测组件	无偏离	/
47		设备的 选配件 (需另外购置的) 及技术要求: 主要选配件	设备的 选配件 (需另外购置的) 及技术要求: 主要选配件	/	/
48	1.	BVM 双通道血容计组件。	选配 BVM 双通道血容计组件	无偏离	/
49	2.	Hemo-master 生物反馈系统。	选配 Hemo-master 生物反馈系统	无偏离	/
50	3.	BPM 在线血压监测组件。	选配 BPM 在线血压监测组件	无偏离	/
51	4.	DDM 在线清除率监测组件。	选配 DDM 在线清除率监测组件	无偏离	/
52	5.	浓缩液集中供给接口。	选配浓缩液集中供给接口	无偏离	/
53		设备的辅助设施要求 (外围的、基建的、环境的、配套件):	设备的辅助设施要求 (外围的、基建的、环境的、配套件) (选配)	/	/

54		基本设备: 配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置, 必要的职业防护用品;	基本设备(选配): 配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置, 必要的职业防护用品;	无偏离	/
55		急救设备: 心脏除颤器、简易呼吸器、抢救车。	急救设备(选配): 心脏除颤器、简易呼吸器、抢救车。	无偏离	/
56		信息化设备: 至少具备 1 台能够上网的电脑	信息化设备(选配): 至少具备 1 台能够上网的电脑	无偏离	/
57	四、	售后服务及要求:	售后服务及要求:	/	/
58	1.	要求提供中英文操作手册/维修手册或维修光盘及维修密码开放。	提供中英文操作手册/维修手册或维修光盘及维修密码开放。	无偏离	/
59	2.	售后服务: 免费维修 3 年, 定期(6 个月)对仪器维修养护。	售后服务: 免费维修 6 年, 定期(6 个月)对仪器维修养护。	正偏离	/
60	3.	免费培训医护人员 2 名, (在具有血透培训资质的中心培训 3 个月, 获得血液净化上岗资质。), 免费培训设备维修工程师 1 名(取得血透机维修证书)。	免费培训医护人员 2 名, (在具有血透培训资质的中心培训 3 个月, 获得血液净化上岗资质。), 免费培训设备维修工程师 1 名(取得血透机维修证书)。	无偏离	/
61	4.	协助定期监测反渗水、透析用水质量, 提供测定透析用水硬度及余氯的试剂。每季度对循环水路进行化学消毒。免费一年做一次化学污染物监测。	协助定期监测反渗水、透析用水质量, 提供测定透析用水硬度及余氯的试剂。每季度对循环水路进行化学消毒。免费一年做一次化学污染物监测。	无偏离	/
62	5.	维修服务要求接报告后 2 小时内到位维修, 且不影响次日的血透工作。	维修服务要求接报告后 1 小时内到位维修, 且不影响次日的血透工作。	正偏离	/
63	6.	在疆内不得少于 3 个维修工程师工作人员, 并提供办事处地点和社保证明。	在疆内不得少于 4 个维修工程师工作人员, 并提供办事处地点和社保证明。	正偏离	/

附件 5：法人授权书盖公章

法人代表授权书

本授权书声明：注册于（江西省抚州市临川区才都工业园区众创基地 3 号楼一层东侧 238 室）的（江西沧甫医疗器械有限公司），在下面签字的法人代表（罗海根总经理），代表本公司授权在下面签字的（罗海根）为本公司的合法代理人，就（昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2024 年 10 月 14 日签字生效，特此声明。

注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件



法定代表人签字或盖章：罗海根

被授权人签字：罗海根

章：[Red circular seal of江西沧甫医疗器械有限公司]

授权日期：2024 年 10 月 14 日

附件 6：服务承诺书盖公章（需提供厂家售后服务承诺书）

服务承诺书

- 1、提供整机免费全保六年（从验收合格之日起开始计算）终身免费维护。
- 2、系统软件免费升级，需要时与医院各系统无条件免费连接。
- 3、维修响应时间：维修响应时间 2 小时，接到故障报告后在 4 小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过 2 个工作日，否则乙方需提供备用机供临床使用。
- 4、提供保修期后无偿技术支持。
- 5、提供维修、检测和报错系统软件。
- 6、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。
- 7、国内有 800 免费电话、维修系统，并提供 7*24 小时服务，提供详细电话号码。
- 8、配件服务：保修期以外维修配件的价格，我公司承诺按产品的成本价供货。
- 9、对所提供的产品中在质保期内如有质量问题，可免费更换新品。

承诺单位法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：



日期：2024 年 10 月 14 日

产品质量、售后服务承诺书

致：昌吉回族自治州人民医院

我司作如下承诺：

一、质量保证承诺

- 1、我公司本次投标所供设备符合国家规定的质量标准。
- 2、我公司郑重承诺本次投标所供设备是全新的，未使用过的，是目前的主流型号。
- 3、所投设备含有多项专利技术及优质材料和设计。
- 4、所投设备没有设计，材料和工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为和疏忽而产生的缺陷。

二、售后服务体系及承诺

1、体系

我公司建立了上海维修中心、威海维修中心、新疆办事处三级售后服务保障体系，可全面高效的负责威高日机装血透装置的安装、售后服务和零部件供应，并实现了售后服务本地化。

2、人员保障

售后服务人员的组成：公司内有一支经严格培训和考核的、由 150 名技术人员组成的全职技术队伍，多年来从事血液透析装置的安装、调试和维修工作。这样一支专业的售后服务队伍为开展今后服务工作奠定了基础和保证。

3、售后服务的时效性

由于血液透析装置是一种特殊的治疗装置，所以售后服务的及时性就显得尤为重要，公司一般在接到用户报修联络时立刻进行电话指导，解决一般性故障。而发生一些比较复杂的故障时，公司即刻派员赴现场修理，省会级中心城市 12 小时赶到，二级城市 24 小时内赶到，其它边远地区 48 小时赶到，并对排故时间做出具体规定。

1) 配件供应

公司内设有常用维修配件库，保证常用配件随时都能及时提供。不常用配件一般也能从威高日机装维修总基地的配件仓库中得到。所以公司成立至今从未发生过因常用配件不到位而影响装置修理事件，这也是我公司的优势所在。

2) 售后管理

公司成立至今，对所售装置及用户都建立了档案，机器档案包括该机的原始记录、安装调试记录以及故障排除记录。完善的档案建立为机器故障的排除和跟踪服务提供了保证。

3) 用户培训

公司成立以来,每年都要举办两次用户培训班,将装置的日常操作注意事项、日常维修保养进行详细说明,使用户对装置的性能特点有一个较为全面的了解,并使机器的功能得以充分的发挥。另外,还根据用户的需要,直接参与安装、调试的培训。

上述的售后服务体系保证了高质量、高标准和最及时的售后服务。

为配合贵院血液透析项目的发展,我公司郑重作出如下特别承诺:

1、售后服务本地化

我司在新疆办事处配备多名专职工程师,并指定一名配合贵院透析室的扩容工作。

售后服务维修网点

机构 内容	机构 1	机构 2	机构 3
名称	客户支持部	客户支持部	客户支持部
地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区威高路 7 号	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 30 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区西环北路 2067 号石油新村小区 508 室
负责人	马德斌(全国总负责人)	王需凯、鹿国疾	朱玉祥、刘凯、宋天龙、龚晓峰
电话	0631-5716298	021-63281383	17662015047 17662015065 17662015100 17662015123
传真	0631-5716502	021-63281383	/
电子邮件	madebin@wgonikkiso.com	wangxukai@wgonikkiso.com	zhuyuxiang@wgonikkiso.com liukai@wgonikkiso.com songtianlong@wgonikkiso.com

			gongxiaofeng@wgonik kiso.com
400 电话	4000798365 (免费)		

2、保修期

血液透析设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起, DBB-EXA ESS A 全套设备免费保修三年 (36 个月), 终身维修服务。

3、服务时效

设备交付, 安装调试, 验收合格后如发生故障, 我公司承诺在接到通知 2 小时内给予明确答复, 48 小时内排除故障。特殊零件更换 4 天内解决 (大修除外)。

4、定期维护

每年定期上门维护。

5、维修维护培训

对贵医院相关科室医务人员进行设备操作、维修维护提供现场培训。

威高日机装 (威海) 透析机器有限公司

2024 年 8 月 28 日


附件 7：反商业贿赂承诺书盖公章

反商业贿赂承诺书

我单位办理了编号为：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目采购项目的招标文件（项目编号：XJZC(CG)2024-021-6）。为确保质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

杜绝任何形式的商业贿赂行为。在设备招采、合同签订及设备验收环节不给医院有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。严格按投标承诺履行合同，如有违反，用户有权依照相关法律追究相应责任。

我们将认真履行以上承诺，并接受监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字）：
承诺单位（盖章）：

日期：2024年10月14日

中标通知书

项目编号：XJZC (CG) 2024-021-6

江西沧甫医疗器械有限公司：

根据昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目（标项六 昌吉回族自治州人民医院血液透析机）的招标文件和你单位于 2024 年 10 月 10 日提交的投标文件，经评标小组评审，现确定你单位为上述招标项目的中标单位，主要中标条件如下：

中标价格(元)	小写：¥468,000.00 元 大写：肆拾陆万捌仟元整
中标项目范围	规格/型号：详见第五章采购需求
供货地点	昌吉回族自治州人民医院
中标单位联系人	徐金虎 156 9930 3520
备注	中标项目范围详见招标文件

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与采购人签订政府采购合同。 联系人： 郭玉霞 189 0994 5698

代理机构（签章）：

2024 年 10 月 11 日

2、开标一览表

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）血液透析机项

项目编号：XJZC（CG）2024-021-6

序号	标项名称	总报价（元）
1	标项六：昌吉回族自治州人民医院血液透析机	小写： <u>468000.00</u> 元； 大写： <u>肆拾陆万捌仟元整</u> 。
供货时间：以甲乙双方政府采购合同中约定为准。		

投标人名称（盖单位章）：江西沧甫医疗器械有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2024年10月08日

注：1. 表中大小写不一致时，以大写为准。

2. 投标报价为完成本次采购项目内的所有内容的一切相关费用。可根据需要附报价明细。

3. 投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

4. 本表中“投标总价”须与《报价明细表》中的“投标总价”保持一致，如不一致，以《报价一览表》为准。

2.1、投标报价明细表

(设备、材料、系统费用及其他费用)

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备心衰超滤脱水装置等 22 台（套）医疗设备项目

项目编号：XJZC（CG）2024-021-6

序号	标的名称	品牌	规格型号	注册证号	数量	单位	单价	总价	产地	生产厂家	备注
1	血液透析机	威高日机装	DBB-EXA ESS A	国械注准 20213100702	3	台	156000.00	468000.00	山东	威高日机装（威海）透析机器有限公司	/
其他费用：无											
/											
合计总报价（小写）：468000.00 元											
合计总报价（大写）：肆拾陆万捌仟元整											

投标人名称（盖单位章）：江西沧甫医疗器械有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2024 年 10 月 08 日

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。
3. 如果报价一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。
4. 合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。上述报价包含一切由供方承担的费用。