



皮山县采购计划生育服务体检车项目清单 及参数


2020年6月5日

★投标方资格要求

1. 投标人具有独立法人资格;
2. 投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》;
3. 投标人具备汽车经营资格, 可以开据机动车销售统一发票;
4. 投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的相关车型 (提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料);
5. 为保障改装后车辆依然能得到底盘车辆厂家售后服务系统及时周到的售后服务保障, 投标人在投标时必须提供底盘车辆生产厂家为车辆制造商针对本项目开具的车辆改装后仍然可持续提供良好售后服务的证明书, 投标现场向采购人交验原件;
6. 以上1-6项为投标必备条件, 如不实质性响应将直接导致废标; 本项目不得转包或分包、不接受联合体投标。投标人必须全部响应招标内容, 不得对招标内容进行拆分或仅响应部分招标内容;

采购货物清单及技术参数要求

设备名称	型号规格	数量	配置描述
体检车	车辆部分技术参数	1	颜色: 白色; 车座位数: 7 座; 总质量(kg) ≥ 3300 ; 轴距(mm) ≥ 3300 ; 前轮轮距(mm) ≥ 1700 ; 后轮轮距(mm) ≥ 1700 ; 变速器: 手动变速箱, 前轮驱动; 外形尺寸(mmL*W*H) $\geq 5400*2000*2400$; 转向: 液压泵助力转向; 前悬: 麦弗逊独立悬挂; 刹车: 博世 9.1ABS+EBD, 前后盘式刹; 发动机: 汽油; 排放: 国六排放标准; 排量(L) $\geq 1.9T$; 最大功率 kw ≥ 149 ; 防抱死制动系统 (ABS+EBD) 前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂; 主驾驶员安全气囊, 全金属封闭承载式车身, 硼钢强化车身加倍保护; 立体声收音机, 前门电动车窗, 中控锁,



		多角度调节出风口；右侧拉门，后门为双开式后门；右门和后门自动脚踏板；驾驶室内微电脑中央电器控制器、医疗舱内安装琴键式开关控制系统；★智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）。配套设备用高能量蓄电池。配套双路独立 220V 纯正弦逆变电源系统，两电路之间互为备份并可全自动智能切换，在其中一路出现故障时另一路可自动加入，每路输出功率不小于 1000W，可保证医疗仪器不间断使用的供电需求；360 度环绕倒车影像，液晶显示屏；医疗舱 360 度监控系统；多功能方向盘，电动前门窗。（提供制造商技术说明及实物图片，并加盖制造商公章作为技术支持资料，未按要求提供或提供资料不齐全的，视相应技术参数响应不符合招标要求）
医疗舱双暖气系统	1	医疗舱除需配备原车水暖外，医疗舱还需配备独立风管式空调、加强型独立燃油暖气系统：独立控制系统，可单独控制开启，确保在各过程中提供暖气；暖气风量可 3 档控制；出风口温度至少为 60 度以上；
车辆改装内容	1	配备独立 220V 纯正弦逆变电源系统，可保证医疗仪器不间断使用的供电需求；20m 长移动电缆，连接 220V/15A 外接电源插座的插头（1 个）；220V/15A 防水、带防护盖的外接电源三线扁脚插座（1 个）；医疗舱与驾驶室免提无接触对讲系统；医疗舱内 2 级可调亮度 LED 照明灯长条灯带 2 套，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修。可有效提供病人转运及车上体检检查不同环境照明亮度；配备可转动射灯 3 盏；消毒冷阴极紫外光灯（1 盏），配备自动延时开关；驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个滑行窗，滑行窗需带窗帘，窗户透明；医疗舱地板采用蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗；医疗舱内右侧安装可坐 3 人的长条座椅一张，配备安全带，后部安装上下车安全扶手；长条座椅坐垫可打开，下部方便储物；



			医疗舱安装4个220V电源插座;车身腰部及顶部贴装红色彩带; 车辆具备医疗舱内监控及倒车时360度倒车影像,车辆安装GPS导航1套。车辆右侧侧拉门加装电动伸缩踏板1套。 医疗舱全部窗户带窗帘;国产折叠担架一套;医用制氧机1台; 车改装部分需具备产品责任险;一体化玻璃钢内饰,铝底板,高分子防火器械柜。
车载设备			
车载 专用 医疗 设备	妇科检查床	1	外形尺寸(mmL*W*H) ≥1600*550*700;具备平躺、起背及落腿功能,检查床需具备加厚柔软床垫,需具备U型处理孔,方便处理纱布,废水之类的废弃物。★要满足车载及诊疗操作。
	便携式彩色B超	1	特点: 便携式机型,12英寸高分辨率宽频彩色LED显示器,内置锂电池,电池使用时间≥120分钟 用途: 腹部、妇产科(经阴道)、泌尿、小器官及外周血管等临床诊断; 测量和分析: B型、M型、频谱多普勒。B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、速度等);常规多普勒血流测量与分析(速度、时间、速度积分、PI、RI、S/D、流量测量);产科测量软件:胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析(支持四胞胎),胎儿生理评分测量与分析;血管测量与分析(IMT测量、血管狭窄率测量);小器官测量与分析;泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析);妇科测量与分析:妇科多卵泡监测、测量技术(7组数据可选);心脏测量与分析:双平面椭圆,子弹容积,辛普森修订版;二维+频谱同屏测量功能;热键自定义设置功能(数字键0-9键设置);自定义注释:包括插入、删除、编辑、保存等 图像存储与(电影)回放重现单元,超声图像静态、动态存储,配置内置高速存储器≥32GB,可选配内置硬盘≥320GB。信号输入/输出: 输入/输出:VGA接口、USB接口、复合视频接口,网络端口;USB接口3个;可支持外接鼠标和键盘;支持打印机产品经CE、FDA及SFDA认证
	全自动血球分析仪	1	1、测量参数:19项参数加三个(WBC三分群体积直方图、RBC及PLT体积直方图) 2、测量方法:电阻抗法计数,HICN法、无氰法测HGB均可使用 3、标本量:静脉全血模式≤14ul,末梢血模式≤20ul 4、测量速度≥60样本/小时 5、稀释器:内置自动稀释器 6、计数微孔≥2个 7、工作模式:静脉抗凝全血、末梢血预稀释模式可用 8、测量模式:双通道计数+独立血红蛋白测量系统 9、分析模式:有浮动界标算法、人工调整分群功能

		10、防返流技术：有 11、操作界面及报告：中/英文操作界面及报告单格式任选，直接连接键盘中文输入医院、病人信息及诊断结果等 12、数据存储功能≥30000 份测试结果存储（含医院、病人信息及直方图），可按病人信息及时间段检索打印 13、待机功能：可 24 小时连续开机，自动冲洗 14、自动排堵功能：有高压灼烧和正反冲排堵，不完全堵孔监测技术 15、质控校准品：有 SFDA 注册原厂配套校准、质控品，并提供溯源性文件 16、校准方式：人工定标及自动定标 17、显示方式：10 寸彩色液晶显示器同屏显示全部参数及直方图 18、试剂：提供原厂配套试剂，氰化高铁及无氰环保试剂可用，仪器自动判别；试剂开放 19、打印方式：内置热敏记录仪，打印检测结果报告及直方图，含病人信息及报警提示；可选外接打印机打印中英文报告，含医院、病人信息及诊断结果，自动配置多种年龄段的正常参考值范围 20、电源：100~240V，50/60Hz 21、安全性：符合中国 GB/国际 IEC601.1 电器安全标准、欧盟 CE 安全标准 22、市场情况：同品牌三分类血球仪新疆省内销售量≥200 台
尿液分析仪	1	1、测定原理：人工智能+计算机视觉技术 2、适用范围：8、10、11、14 项试纸兼容 3、检测项目：葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、比重（SG）、酸碱度（PH）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）、肌酐（CRE）、钙离子（CAL）、微量白蛋白（MAL） 4、数据存储：大容量存储器，可存储百万份测试结果，可根据记录编号、检查时间等查询检测结果。 5、显示：7 寸超大液晶显示、触摸操作 6、使用电源：交流 100~240V±10%，50-60HZ，安全可靠 7、测试速度：514 人份/小时 10、打印方式：内置高速热敏打印机 11、重量≤5KG
生物显微镜	1	1、观察头：单目镜组，30° 倾斜，360° 旋转 2、目镜：10X 大视野平场目镜 3、物镜：消色差物镜：4X、10X、40X(弹簧) 4、聚光镜：N.A. 1.25 阿贝式聚光镜(带可变光) 5、微调范围：0.002mm 6、粗调范围：22.0mm 7、照明系统：220V，20W 白炽灯，亮度可调 6V/ 8、滤色镜：蓝色滤色片



		9、设备类型：生物显微镜
--	--	--------------

投标企业必须提供相关改装车辆图片；

投标企业综合考虑妇科检查床及车载设备的布局。

带“★”符号的，投标方必须上传相关资料。

皮山县采购计划生育服务体检车项目

报价单



序号	采购设备名称	数量	单位	发报价（万元）	备注
1	体检车	1	辆	35	
2	妇科检查床	1	张	1	
3	便携式彩色 B 超	1	台	5.8	
4	全自动血球分析仪	1	台	2	
5	全自动尿液分析仪	1	台	0.2	
6	生物显微镜	1	台	1	
合计				45	

★投标方根据参数相关要求必须单项报价。