

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：浙江省中医院数字切片扫描仪等病理设备项目（0625-25215270-4（重新招标））

采购方式	公开招标	开标时间	2025-05-22 13:50:00
开标地点	https://www.zcygov.cn		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	山东信科未来医学科技有限公司	符合	
2	杭州吾纳医疗科技有限公司	不符合	1. 未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的； 1. 未响应招标文件标注“▲”的实质性要求； 1. 未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的； 1. 不符合设备I第三条实质性参数，要求采用线阵扫描相机； 1. 不符合设备1技术参数中第3条实质性要求；
3	杭州丰盈医疗器械有限公司	符合	
4	杭州宝利康医疗科技有限公司	符合	

签名：