

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：浙江省卫健委超高端CT和DSA采购项目（二）-标项4（ZZCG2025Y-GK-106）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-06-20 09:00:00
开标地点	西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	华润医疗器械（浙江）有限公司	符合	
2	浙江九州通医疗器械有限公司	符合	
3	台州宇晨医疗科技有限公司	符合	
4	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 不符合招标文件1.2实质性条款； 2. “▲1.2 探测器Z轴排数与机架最快旋转速度要求”不符； 2. 不符合招标文件▲1.2探测器Z轴排数与机架最快旋转速度要求。； 2. 不符合▲1.2机架最快旋转速度（360°）≤0.23s/360°要求。； 2. 不符合招标文件1.2条款配置要求； 2. “▲1.2探测器 Z 轴排数与机架最快旋转速度要求 “不符合要求； 2. 不符合招标文件1.2实质性条款；

签名：