政府采购符合性评审汇总表

项目名称：浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶-标项1（ZZCG2025X-GK-117）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-06-17 09:00:00
开标地点	西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 未提供第三方辅助设备配置品牌规格型号； 2. 胃肠机未提供第三方辅助设备配置型号、规格及数量； 2. 胃肠机第三方辅助设备配置数量不允许缺漏； 2. 投标文件中未提供自动气钡灌肠仪等第三方辅助货物的投标内容及有效医疗器械注册证或备案证明的复印件； 2. 胃肠机+乳腺钼靶未提供第三方辅助设备配置数量及型号规格； 2. 未提供第三方辅助设备配置规格型号和数量； 2. 胃肠机+乳腺钼靶未提供第三方辅助设备配置数量及型号规格。；
2	杭州致星医疗科技有限公司	符合	
3	山东新华医疗器械股份有限公司	不符合	2. 未提供第三方辅助设备配置品牌规格型号； 2. 胃肠机未提供第三方辅助设备配置型号、规格及数量； 2. 胃肠机和第三方辅助设备配置数量不允许缺漏； 2. 投标文件中未提供自动气钡灌肠仪等第三方辅助货物的投标内容及有效医疗器械注册证或备案证明的复印件； 2. 胃肠机+乳腺钼靶未提供第三方辅助设备配置数量及型号规格； 2. 未提供第三方辅助设备配置规格型号和数量； 2. 胃肠机+乳腺钼靶未提供第三方辅助设备配置数量及型号规格。；
4	杭州晶仁医疗科技有限公司	符合	

签名：