

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：X射线计算机体层摄影设备（64排以下）项目（二）-标项8（ZZCG2025D-GK-113）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-06-10 09:00:00
开标地点	西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	浙江省医疗器械有限公司	符合	
3	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 2.1.3.4实质性参数未响应，不符合； 2. ▲2.1.3.4 “探测器Z轴覆盖宽度：>20mm” 实质性条款不符。； 2. 2.1.3.4不符合； 2. 2.1.3.4实质性参数未响应； 2. 2.1.3.4重要参数不符； 2. 2.1.3.4重要参数不符合； 2. 2.1.3.4不符合；
4	明峰医疗系统股份有限公司	符合	

签名：