

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：X射线计算机体层摄影装置（64排CT）-标项4（ZZCG2025H-GK-110）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-03 09:00:00
开标地点	西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	温州杜比健康科技有限责任公司	符合	
2	宁波泓智医疗器械有限公司	符合	
3	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 实质性参数2.2不符合。； 2. 2.2参数不符合要求； 2. 不符合▲2.2参数要求； 2. 不符合标书要求。▲2.2实质性指标负偏离。； 2. 未实质性响应技术参数2.2； 2. 不满足 标书要求▲2.2球管阳极最大散热率：1380kHU/min； 2. 2.2参数不符合招标要求；
4	浙江林下贸易有限公司	符合	

签名：