

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浦江县人民医院钕激光系统采购安装项目（第二次）（KXGK3610292025092A）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中科顺（北京）科技有限公司	杭州紫城医疗器械有限公司	杭州上京医疗设备有限公司	杭州海添商贸有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2020年1月1日（以签订时间为准）以来承担同类项目业绩，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、设备的主要功能要求和技术参数要求”完全满足的得34分；★的参数共有9项，每项全部满足的得2分，共18分；非★的参数共有32项，每项全部满足的得0.5分，共16分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数描述如有要求提供检测报告或官网截图或其他有效证明资料等资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-34	13.5	15.0	34.0	19.0
3.1	技术	最大输出功率为60W的不加分，最大输出功率，每增加5W，可加0.5分，本项最多加2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	最小输出功率为5W的不加分，最小输出功率，每减小1W，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
3.3	技术	最大脉冲宽度为35ms的不加分，最大脉冲宽度，每增加5ms，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	实施方案： （1）供货方案和保障措施（0-4分）：从供货方案的完整、全面程度进行打分，包括供货方式、仓储管理、交付流程等各个环节，确保货物供应的及时性与准确性，完全满足项目需求。 （2）安装调试方案和保障措施（0-4分）：从安装调试方案规划的科学性、合理性程度进行打分，包括设备安装、系统调试、性能测试等全流程的操作规范是否有详细说明；保障措施是否全面且有效，包含人员配备、技术支持、设备维护等方面，对可能出现的技术难题、设备故障等是否有充分的应对预案，确保安装调试工作高质量完成。 （3）质量保证措施目标承诺（0-4分）：从质量保证措施的目标是否明确具体，是否具有量化指标和可衡量性；措施全面且具有针对性，包括人员培训、原材料检验、生产过程监控、成品检验等各个环节。 （4）应急预案分析、应对措施和承诺（0-2分）：从应急预案分析是否全面，对项目可能面临的各类风险，对风险详细的识别与评估；应对措施是否具体、可操作，针对不同风险制定了相应的处置流程、资源调配方案和应对措施；承诺内容是否明确，能确保应急预案是否能有效执行，保障项目安全稳定推进。 （5）培训方案和保障措施（0-2分）：从培训方案目标、内容明确程度，包括师资安排、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间安排等方面，培训内容是否紧密结合项目实际需求，具有较强的实用性；保障措施是否完善，包括培训师资配备、培训效果评估等，能确保培训工作顺利开展并达到预期效果。	0-16	6.0	6.0	10.0	10.0
5.1	技术	质保期限（5年）满足招标文件要求的，不得分；优于的，每延长一年质保的加2分，最高得4分。（0-4分）	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
5.2	技术	针对本项目售后服务： （1）“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-2分） （2）售后服务标准、队伍等是否完善具体。（0-1分） （3）针对本项目售后服务：根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-1分）	0-4	1.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	20.5	23.0	60.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浦江县人民医院钆激光系统采购安装项目（第二次）（KXGK3610292025092A）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中科顺（北京）科技有限公司	杭州紫城医疗器械有限公司	杭州上京医疗设备有限公司	杭州海添商贸有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2020年1月1日（以签订时间为准）以来承担同类项目业绩，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、设备的主要功能要求和技术参数要求”完全满足的得34分：★的参数共有9项，每项全部满足的得2分，共18分；非★的参数共有32项，每项全部满足的得0.5分，共16分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数描述如有要求提供检测报告或官网截图或其他有效证明资料等资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-34	13.5	15.0	34.0	19.0
3.1	技术	最大输出功率为60W的不加分，最大输出功率，每增加5W，可加0.5分，本项最多加2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	最小输出功率为5W的不加分，最小输出功率，每减小1W，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
3.3	技术	最大脉冲宽度为35ms的不加分，最大脉冲宽度，每增加5ms，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	实施方案： （1）供货方案和保障措施（0-4分）：从供货方案的完整、全面程度进行打分，包括供货方式、仓储管理、交付流程等各个环节，确保货物供应的及时性与准确性，完全满足项目需求。 （2）安装调试方案和保障措施（0-4分）：从安装调试方案规划的科学性、合理性程度进行打分，包括设备安装、系统调试、性能测试等全流程的操作规范是否有详细说明；保障措施是否全面且有效，包含人员配备、技术支持、设备维护等方面，对可能出现的技术难题、设备故障等是否有充分的应对预案，确保安装调试工作高质量完成。 （3）质量保证措施目标承诺（0-4分）：从质量保证措施的目标是否明确具体，是否具有量化指标和可衡量性；措施全面且具有针对性，包括人员培训、原材料检验、生产过程监控、成品检验等各个环节。 （4）应急预案分析、应对措施和承诺（0-2分）：从应急预案分析是否全面，对项目可能面临的各类风险，对风险详细的识别与评估；应对措施是否具体、可操作，针对不同风险制定了相应的处置流程、资源调配方案和应对措施；承诺内容是否明确，能确保应急预案是否能有效执行，保障项目安全稳定推进。 （5）培训方案和保障措施（0-2分）：从培训方案目标、内容明确程度，包括师资安排、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间安排等方面，培训内容是否紧密结合项目实际需求，具有较强的实用性；保障措施是否完善，包括培训师配备、培训效果评估等，能确保培训工作顺利开展并达到预期效果。	0-16	6.0	6.0	14.0	10.0
5.1	技术	质保期限（5年）满足招标文件要求的，不得分；优于的，每延长一年质保的加2分，最高得4分。（0-4分）	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
5.2	技术	针对本项目售后服务： （1）“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-2分） （2）售后服务标准、队伍等是否完善具体。（0-1分） （3）针对本项目售后服务：根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-1分）	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	21.5	23.0	64.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浦江县人民医院钕激光系统采购安装项目（第二次）（KXGK3610292025092A）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中科顺（北京）科技有限公司	杭州紫城医疗器械有限公司	杭州上京医疗设备有限公司	杭州海添商贸有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2020年1月1日（以签订时间为准）以来承担同类项目业绩，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、设备的主要功能要求和技术参数要求”完全满足的得34分：★的参数共有9项，每项全部满足的得2分，共18分；非★的参数共有32项，每项全部满足的得0.5分，共16分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数描述如有要求提供检测报告或官网截图或其他有效证明资料等资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-34	13.5	15.0	34.0	19.0
3.1	技术	最大输出功率为60W的不加分，最大输出功率，每增加5W，可加0.5分，本项最多加2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	最小输出功率为5W的不加分，最小输出功率，每减小1W，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
3.3	技术	最大脉冲宽度为35ms的不加分，最大脉冲宽度，每增加5ms，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	实施方案： （1）供货方案和保障措施（0-4分）：从供货方案的完整、全面程度进行打分，包括供货方式、仓储管理、交付流程等各个环节，确保货物供应的及时性与准确性，完全满足项目需求。 （2）安装调试方案和保障措施（0-4分）：从安装调试方案规划的科学性、合理性程度进行打分，包括设备安装、系统调试、性能测试等全流程的操作规范是否有详细说明；保障措施是否全面且有效，包含人员配备、技术支持、设备维护等方面，对可能出现的技术难题、设备故障等是否有充分的应对预案，确保安装调试工作高质量完成。 （3）质量保证措施目标承诺（0-4分）：从质量保证措施的目标是否明确具体，是否具有量化指标和可衡量性；措施全面且具有针对性，包括人员培训、原材料检验、生产过程监控、成品检验等各个环节。 （4）应急预案分析、应对措施和承诺（0-2分）：从应急预案分析是否全面，对项目可能面临的各类风险，对风险详细的识别与评估；应对措施是否具体、可操作，针对不同风险制定了相应的处置流程、资源调配方案和应对措施；承诺内容是否明确，能确保应急预案是否能有效执行，保障项目安全稳定推进。 （5）培训方案和保障措施（0-2分）：从培训方案目标、内容明确程度，包括师资安排、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间安排等方面，培训内容是否紧密结合项目实际需求，具有较强的实用性；保障措施是否完善，包括培训师配备、培训效果评估等，能确保培训工作顺利开展并达到预期效果。	0-16	8.0	8.0	12.5	12.0
5.1	技术	质保期限（5年）满足招标文件要求的，不得分；优于的，每延长一年质保的加2分，最高得4分。（0-4分）	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
5.2	技术	针对本项目售后服务： （1）“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-2分） （2）售后服务标准、队伍等是否完善具体。（0-1分） （3）针对本项目售后服务：根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-1分）	0-4	1.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	22.5	25.0	62.5	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浦江县人民医院钆激光系统采购安装项目（第二次）（KXGK3610292025092A）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中科顺（北京）科技有限公司	杭州紫城医疗器械有限公司	杭州上京医疗设备有限公司	杭州海添商贸有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2020年1月1日（以签订时间为准）以来承担同类项目业绩，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、设备的主要功能要求和技术参数要求”完全满足的得34分：★的参数共有9项，每项全部满足的得2分，共18分；非★的参数共有32项，每项全部满足的得0.5分，共16分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数描述如有要求提供检测报告或官网截图或其他有效证明资料等资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-34	13.5	15.0	34.0	19.0
3.1	技术	最大输出功率为60W的不加分，最大输出功率，每增加5W，可加0.5分，本项最多加2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	最小输出功率为5W的不加分，最小输出功率，每减小1W，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
3.3	技术	最大脉冲宽度为35ms的不加分，最大脉冲宽度，每增加5ms，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	实施方案： （1）供货方案和保障措施（0-4分）：从供货方案的完整、全面程度进行打分，包括供货方式、仓储管理、交付流程等各个环节，确保货物供应的及时性与准确性，完全满足项目需求。 （2）安装调试方案和保障措施（0-4分）：从安装调试方案规划的科学性、合理性程度进行打分，包括设备安装、系统调试、性能测试等全流程的操作规范是否有详细说明；保障措施是否全面且有效，包含人员配备、技术支持、设备维护等方面，对可能出现的技术难题、设备故障等是否有充分的应对预案，确保安装调试工作高质量完成。 （3）质量保证措施目标承诺（0-4分）：从质量保证措施的目标是否明确具体，是否具有量化指标和可衡量性；措施全面且具有针对性，包括人员培训、原材料检验、生产过程监控、成品检验等各个环节。 （4）应急预案分析、应对措施和承诺（0-2分）：从应急预案分析是否全面，对项目可能面临的各类风险，对风险详细的识别与评估；应对措施是否具体、可操作，针对不同风险制定了相应的处置流程、资源调配方案和应对措施；承诺内容是否明确，能确保应急预案是否能有效执行，保障项目安全稳定推进。 （5）培训方案和保障措施（0-2分）：从培训方案目标、内容明确程度，包括师资安排、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间安排等方面，培训内容是否紧密结合项目实际需求，具有较强的实用性；保障措施是否完善，包括培训师配备、培训效果评估等，能确保培训工作顺利开展并达到预期效果。	0-16	9.0	10.0	13.0	12.0
5.1	技术	质保期限（5年）满足招标文件要求的，不得分；优于的，每延长一年质保的加2分，最高得4分。（0-4分）	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
5.2	技术	针对本项目售后服务： （1）“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-2分） （2）售后服务标准、队伍等是否完善具体。（0-1分） （3）针对本项目售后服务：根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-1分）	0-4	1.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	23.5	27.0	63.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浦江县人民医院钼激光系统采购安装项目（第二次）（KXGK3610292025092A）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中科顺（北京）科技有限公司	杭州紫城医疗器械有限公司	杭州上京医疗设备有限公司	杭州海添商贸有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2020年1月1日（以签订时间为准）以来承担同类项目业绩，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供不得分。	0-3	0.0 未提供合同和验收报告	0.0	0.0	0.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、设备的主要功能要求和技术参数要求”完全满足的得34分：★的参数共有9项，每项全部满足的得2分，共18分；非★的参数共有32项，每项全部满足的得0.5分，共16分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数描述如有要求提供检测报告或官网截图或其他有效证明资料等资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-34	13.5	15.0	34.0	19.0
3.1	技术	最大输出功率为60W的不加分，最大输出功率，每增加5W，可加0.5分，本项最多加2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
3.2	技术	最小输出功率为5W的不加分，最小输出功率，每减小1W，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
3.3	技术	最大脉冲宽度为35ms的不加分，最大脉冲宽度，每增加5ms，可加1分，本项最多加3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	实施方案： （1）供货方案和保障措施（0-4分）：从供货方案的完整、全面程度进行打分，包括供货方式、仓储管理、交付流程等各个环节，确保货物供应的及时性与准确性，完全满足项目需求。 （2）安装调试方案和保障措施（0-4分）：从安装调试方案规划的科学性、合理性程度进行打分，包括设备安装、系统调试、性能测试等全流程的操作规范是否有详细说明；保障措施是否全面且有效，包含人员配备、技术支持、设备维护等方面，对可能出现的技术难题、设备故障等是否有充分的应对预案，确保安装调试工作高质量完成。 （3）质量保证措施目标承诺（0-4分）：从质量保证措施的目标是否明确具体，是否具有量化指标和可衡量性；措施全面且具有针对性，包括人员培训、原材料检验、生产过程监控、成品检验等各个环节。 （4）应急预案分析、应对措施和承诺（0-2分）：从应急预案分析是否全面，对项目可能面临的各类风险，对风险详细的识别与评估；应对措施是否具体、可操作，针对不同风险制定了相应的处置流程、资源调配方案和应对措施；承诺内容是否明确，能确保应急预案是否能有效执行，保障项目安全稳定推进。 （5）培训方案和保障措施（0-2分）：从培训方案目标、内容明确程度，包括师资安排、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间安排等方面，培训内容是否紧密结合项目实际需求，具有较强的实用性；保障措施是否完善，包括培训师配备、培训效果评估等，能确保培训工作顺利开展并达到预期效果。	0-16	6.0	7.0	16.0	16.0
5.1	技术	质保期限（5年）满足招标文件要求的，不得分；优于的，每延长一年质保的加2分，最高得4分。（0-4分）	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
5.2	技术	针对本项目售后服务： （1）“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-2分） （2）售后服务标准、队伍等是否完善具体。（0-1分） （3）针对本项目售后服务：根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-1分）	0-4	1.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	20.5	24.0	66.0	46.0

专家（签名）：