政府采购符合性评审汇总表

项目名称：X射线计算机体层摄影装置（64排CT）-标项5（ZZCG2025H-GK-110）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-03 09:00:00
开标地点	西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州皓尔施科技有限公司	符合	
2	温州杜比健康科技有限责任公司	符合	
3	杭州昱崇昇贸易有限公司	符合	
4	宁波泓智医疗器械有限公司	符合	
5	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 实质性参数3.3不符合。； 2. 不符合▲3.3参数要求； 2. 投标参数3.3不符合产品招标要求； 2. 不符合▲3.3实质性技术要求； 2. 未实质性响应技术参数3.3； 2. 不满足标书要求▲3.3阳极最大散热率 ≥1380KHU/min； 2. 3.3投标参数不符合招标要求；

签名：