

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：X射线计算机体层摄影装置（64排CT）-标项2（ZZCG2025H-GK-110）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-03 09:00:00
开标地点	西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州木华医疗器械有限公司	符合	
2	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 实质性参数3.6不符合； 2. 不满足▲3.6参数要求。； 2. 不满足招标文件▲3.6要求。； 2. 未响应实质性要求参数3.6。； 2. 不满足 标书要求▲3.6小焦点大小 ≤0.7mm×0.7mm； 2. 3.6投标参数不符合招标要求参数； 2. 不满足招标文件实质性条款3.6要求；
3	浙江九州通医疗器械有限公司	符合	
4	物产中大康福医药（浙江）有限公司	符合	
5	韦德医疗器械（杭州）有限公司	符合	

签名：