

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服医疗科技有限公司	浙江镇德医疗科技有限公司	浙江物产中大医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	1.5	2.0	2.0
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	3.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	2.0	2.0	3.0
合计			2-70	39.3	45.7	65.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服 医疗科技有限公司	浙江镇德医疗 科技有限公司	浙江物产中大 医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	2.0	2.0	2.0
合计			2-70	38.8	44.7	62.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服 医疗科技有限公司	浙江镇德医疗 科技有限公司	浙江物产中大 医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	3.0	3.0	3.0
合计			2-70	40.8	46.7	64.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服 医疗科技有限 公司	浙江镇德医疗 科技有限公司	浙江物产中大 医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	3.0	3.0	3.0
合计			2-70	40.8	46.7	64.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服 医疗科技有限公司	浙江镇德医疗 科技有限公司	浙江物产中大 医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	1.5	1.5	1.5
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	2.0	2.0	2.0
合计			2-70	39.3	45.2	63.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服 医疗科技有限公司	浙江镇德医疗 科技有限公司	浙江物产中大 医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	1.0	2.0	1.0
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	3.0	3.0	3.0
合计			2-70	39.8	46.7	63.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：浙江省人民医院PET-CT等放射设备（ZJ-2432384-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波海高优服 医疗科技有限公司	浙江镇德医疗 科技有限公司	浙江物产中大 医药有限公司
1.1.1.1	技术	#8.1.1 P ≥ 35cm得5分，30 ≤ P < 35得2分，20 ≤ P < 30cm得1分	1-5	1.0	1.0	5.0
1.1.1.2	技术	#8.5 p ≤ 200ps得5分，200 < p ≤ 215得3分，215ps < P ≤ 385ps得1分	1-5	1.0	3.0	5.0
1.1.2.1	技术	#2.4.2 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	1.8	1.8	1.8
1.1.2.2	技术	#2.9 满足得1.8分，不满足得0分	0-1.8	0.0	0.0	1.8
1.2	技术	“△”条款，PET-CT部分每一条“△”条款不能满足采购文件要求扣3分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.8分，最多扣19.6分。	0-19.6	10.6	16.6	19.6
1.3	技术	其他一般条款（非“#”和“△”条款），PET-CT部分每一条不能满足采购文件要求扣1分，DR部分每一条不能满足采购文件要求扣0.1分，最多扣20.8分。	0-20.8	18.4	17.3	19.7
2.1	商务	投标产品（PET-CT）销售业绩：评委对本次相同型号投标产品（PET-CT）自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-2	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（2，1.5，1，0分）	0-2	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等打分（3，2，1，0分）	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	商务	在满足采购文件质保期要求下，投标货物质保期每增加1年加1分，最高加4分。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2	商务	售后服务方案： 包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4，3，2，1，0分）	0-4	3.0	3.0	3.0
合计			2-70	40.8	46.7	64.9

专家（签名）：