

## 技术商务评分明细（赵稜）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	3.0
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.2	51.6	62.7

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（韩喜彬）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.2	51.6	61.2

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（潘鑫渊）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	46.2	48.6	58.2

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（宋丽）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	46.2	48.6	58.2

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（来芬娟）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	47.7	50.1	59.7

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（王敏）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	3.0
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	46.2	48.6	59.7

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（何丽红）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院医用磁共振成像系统（MRI）采购项目（杭临-[2023]1128号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州尚诚医疗器械有限公司	杭州国翰医疗科技有限公司	杭州美中互利贸易有限公司
1.1	技术	<p>投标产品【重要参数】（标注■号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：完全满足招标文件采购需求（技术要求）的此项得15分，每一条负偏离扣3分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-15	6.0	9.0	15.0
1.2	技术	<p>投标产品【一般技术要求】（未标注■号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：</p> <p>（1）完全满足招标文件采购需求（技术要求）的，此项评分最高得30分；</p> <p>（2）不满足在招标文件采购需求（技术要求）的，在30分的基础上，每一条负偏离扣0.15分；</p> <p>（3）此项评分最高得30分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求（技术要求）是指本招标文件第三章采购需求“三、技术要求”中所列的要求”；（2）投标人在投标时应当在《技术响应与偏离表中》注意对照采购要求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为负偏离。</p>	0-30	29.7	29.1	29.7
2.1	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））技术先进性评价。投标产品的技术规格实质性优于采购要求（即正偏离）且对临床使用具有实际意义的，每条正偏离得1分，最多得2分。证明材料：正偏离情况应当提供相关技术证明材料并对其具有的实际临床或科研意义进行说明，否则不予认定。</p> <p>备注：投标产品技术存在负偏离的，视为不具备先进性，此项不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
2.2	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签订时间为准。</p>	0-3	0.0	0.0	3.0
2.3	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））后期整体运行、维护成本评价。设备使用周期内的运行、维护成本关系到设备采购的总体投入，请投标人在投标时提供投标产品质保期后运行、维护成本说明（包括设备使用年限以及投标承诺的质保期后整机保修价格、主要耗材价格、主要配件价格），以及上述报价的依据。投标产品质保期后运行、维护成本说明完整、清晰、明确，报价依据合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	1.5	1.5	1.5
2.4	技术	<p>投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））节能性、环保性评价：</p> <p>（1）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）；</p> <p>（2）投标产品（医用磁共振成像系统（MRI））取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。</p> <p>证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。</p>	0-2	0.0	0.0	0.0
3.1	技术	<p>产品安装与调试方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的产品安装、调试方案，内容包括安装调试的方式、方法、技术标准、规范。上述内容表述完整、明确且符合产品制造商技术规范的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0

3.2	技术	配套的机房屏蔽和改造方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时根据自身投标产品的情况，提出详细的机房屏蔽和改造方案，内容包括机房屏蔽和改造的具体内容、技术标准、实施计划。上述内容表述完整、明确，且能达到产品制造商对机房相关屏蔽标准，能够符合产品运行要求的，视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
3.3	技术	技术培训方案与承诺评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的技术培训方案与承诺，内容包括培训的形式、次数、内容、目标承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5
4.1	商务	产品售后服务方案评价。为有利于合同履行和管理，请投标人在投标时提出详细的产品售后服务方案，内容包括售后服务的形式（上门服务、远程服务等）、售后服务技术标准、人员配置、机构配置、时效响应、质量承诺，上述内容表述完整、明确且符合采购要求的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.2	商务	投标产品质保期承诺：投标人承诺的原厂质保期在采购要求的基础上，整体每增加1年的得1.5分，最多得3分（整体增加部分不足1年的不计分）。证明材料：承诺函（格式自拟），加盖投标人电子签名或公章。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.2	51.6	61.2

专家（签名）：