

## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称：文成县人民医院新院区医疗能力提升项目-放射科设备采购（WCFSCG-2024-27）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-11-18 14:30:00
开标地点	文成县浙江省文成县大岙镇西门街50号一楼开标室开标室一		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	国泰医通（浙江）供应链管理有限公司	符合	
2	浙江九州通医疗器械有限公司	符合	
3	杭州艾玛医疗科技有限公司	符合	
4	浙江民发机电科技有限公司	不符合	2. 实质性条款3.6负偏离，不符合。； 2. 实质性3.6条款负偏离； 2. 所投产品高压发生器功率为100kw，不符合实质性参数3.6高压发生器功率>100kw要求； 2. 实质性条款3.6负偏离； 2. 技术参数实质性条款3.6负偏离。； 2. 实质性条款3.6负偏离； 2. 不符合实质性条款3.6。；

签名：