

## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称：绍兴市柯桥区中医医院医共体湖塘分院CT设备采购项目（绍柯采[2024]1918号）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-09-14 09:30:00
开标地点	绍兴市柯桥区卫健局招标办（绍兴市柯桥区兴越路1356号卫生健康行政执法队5楼）		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州云嘉医疗器械有限公司	符合	
2	绍兴市匠绍贸易有限公司	符合	
3	杭州顶果医疗器械有限公司	符合	

4	浙江民发机电科技有限公司	不符合	<p>1. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应小于0.5平方毫米, 你方投标文件为0.5平方毫米, 不满足实质性技术要求, 投标无效;2. . 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应小于0.5平方毫米, 你方投标文件为0.5平方毫米, 不满足实质性技术要求, 投标无效;</p> <p>1. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应小于0.5平方毫米, 不满足实质性技术要求。;2. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应小于0.5平方毫米, 不满足实质性技术要求。;</p> <p>1. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应&lt;0.5平方毫米, 贵方投标文件所供参数为0.5平方毫米, 不满足实质性技术要求</p> <p>;2. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应&lt;0.5平方毫米, 贵方投标文件所供参数为0.5平方毫米, 不满足实质性技术要求</p> <p>;</p> <p>1. 根据招标文件技术要求, 序号3.7小焦点大小应&lt;0.5平方毫米, 你方投标文件为0.5平方毫米, 不符合实质性技术要求。;2. 根据招标文件技术要求, 序号3.7小焦点大小应&lt;0.5平方毫米, 你方投标文件为0.5平方毫米, 不符合实质性技术要求。;</p> <p>1. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应&lt;0.5mm<sup>2</sup>, 你方投标文件为0.5mm<sup>2</sup>, 不满足实质性技术要求。;2. 根据招标文件技术要求3.7: 小焦点大小应&lt;0.5mm<sup>2</sup>, 你方投标文件为0.5mm<sup>2</sup>, 不满足实质性技术要求。;</p>
5	浙江昶金可商贸有限公司	符合	

签名: