

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市妇幼保健院耳声发射仪、宽频声导抗、脑干诱发电位分析仪（含诊断型耳声发射仪）采购项目（SXJHCG-2024-N0190）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海宁雅音贸易有限公司	杭州极领科技有限公司	杭州迪康电子器械有限公司
1	技术	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——. 招标项目设备名称及数量—“(一)技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得30分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-30	29.0	30.0	30.0
2	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的所投产品案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1. 每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。2. 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	根据投标设备创新性、性能准确性和可靠性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点、市场应用状况、使用所限等方面打分等方面打分，0-4分。	0-4	2.0	3.0	2.0
4	技术	根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-4分。	0-4	2.0	3.0	2.0
5	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、技术能力证明、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务客户情况等方面打分；0-5分。	0-5	3.5	4.0	2.5
6	技术	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
7	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不记分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	0.0
8	技术	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-3分。	0-3	1.5	2.0	1.5
9	技术	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。	0-3	1.5	2.0	1.5
10	技术	承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	承诺质保期满后，技术人员根据采购人要求提供上门服务，不收取人工服务费用，得2分	0-2	2.0	2.0	2.0
12	技术	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-3分	0-3	1.5	2.0	1.5
13	技术	对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-2	1.5	2.0	1.5
合计			0-70	49.5	59.0	49.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市妇幼保健院耳声发射仪、宽频声导抗、脑干诱发电位分析仪（含诊断型耳声发射仪）采购项目（SXJHCG-2024-N0190）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海宁雅音贸易有限公司	杭州极领科技有限公司	杭州迪康电子器械有限公司
1	技术	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“(一)技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得30分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-30	29.0	30.0	30.0
2	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的所投产品案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1. 每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。2. 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	根据投标设备创新性、性能准确性和可靠性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点、市场应用状况、使用所限等方面打分等方面打分，0-4分。	0-4	2.5	3.5	3.0
4	技术	根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-4分。	0-4	2.5	3.0	3.0
5	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、技术能力证明、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务客户情况等方面打分；0-5分。	0-5	3.5	3.0	3.5
6	技术	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-5分。	0-5	3.5	4.0	3.0
7	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不记分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	0.0
8	技术	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	承诺质保期满后，技术人员根据采购人要求提供上门服务，不收取人工服务费用，得2分	0-2	2.0	2.0	2.0
12	技术	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-3分	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-2	1.0	1.5	1.5
合计			0-70	52.0	58.0	54.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市妇幼保健院耳声发射仪、宽频声导抗、脑干诱发电位分析仪（含诊断型耳声发射仪）采购项目（SXJHCG-2024-N0190）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海宁雅音贸易有限公司	杭州极领科技有限公司	杭州迪康电子器械有限公司
1	技术	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“(一)技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得30分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-30	29.0	30.0	30.0
2	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的所投产品案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1. 每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。2. 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	根据投标设备创新性、性能准确性和可靠性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点、市场应用状况、使用所限等方面打分等方面打分，0-4分。	0-4	2.0	3.0	2.0
4	技术	根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-4分。	0-4	2.0	2.0	2.0
5	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、技术能力证明、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务客户情况等方面打分；0-5分。	0-5	4.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
7	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不记分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	0.0
8	技术	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	承诺质保期满后，技术人员根据采购人要求提供上门服务，不收取人工服务费用，得2分	0-2	2.0	2.0	2.0
12	技术	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-3分	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	51.5	57.5	51.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市妇幼保健院耳声发射仪、宽频声导抗、脑干诱发电位分析仪（含诊断型耳声发射仪）采购项目（SXJHCG-2024-N0190）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海宁雅音贸易有限公司	杭州极领科技有限公司	杭州迪康电子器械有限公司
1	技术	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“(一)技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得30分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-30	29.0	30.0	30.0
2	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的所投产品案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1. 每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。2. 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	根据投标设备创新性、性能准确性和可靠性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点、市场应用状况、使用所限等方面打分等方面打分，0-4分。	0-4	2.0	3.0	3.0
4	技术	根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-4分。	0-4	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、技术能力证明、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务客户情况等方面打分；0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-5分。	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不记分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	0.0
8	技术	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	承诺质保期满后，技术人员根据采购人要求提供上门服务，不收取人工服务费用，得2分	0-2	2.0	2.0	2.0
12	技术	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-3分	0-3	1.0	2.0	2.0
13	技术	对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-2	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	51.0	59.0	55.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市妇幼保健院耳声发射仪、宽频声导抗、脑干诱发电位分析仪（含诊断型耳声发射仪）采购项目（SXJHCG-2024-N0190）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	海宁雅音贸易有限公司	杭州极领科技有限公司	杭州迪康电子器械有限公司
1	技术	设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一. 招标项目设备名称及数量—“(一)技术需求及商务要求”，完全满足招标文件要求的得30分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。	0-30	29.0	30.0	30.0
2	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的所投产品案例，每有一个得1分，最高得3分。 注：1. 每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。2. 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-3	0.0	3.0	0.0
3	技术	根据投标设备创新性、性能准确性和可靠性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点、市场应用状况、使用所限等方面打分等方面打分，0-4分。	0-4	3.0	3.0	2.0
4	技术	根据投标设备方便易用性进行评价，综合所投设备的操作便捷性、既往应用情况等方面打分，0-4分。	0-4	3.0	3.0	2.0
5	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、技术能力证明、接受原厂培训情况、所投标设备既往服务客户情况等方面打分；0-5分。	0-5	4.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标人供货方案的合理性、可行性等进行评价，综合中标后设备到货时间安排、安装调试验收安排、应急保障措施、现场安全措施等方面打分；0-5分。	0-5	3.0	5.0	3.0
7	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不记分，最高得4分。	0-4	0.0	0.0	0.0
8	技术	根据投标人提供的培训方案进行评价，培训时间场次安排、培训内容、师资能力和经验、培训人员数量等方面打分，0-3分。	0-3	2.0	3.0	2.0
9	技术	根据投标人提供的售后服务响应方案进行评价，依据维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、响应时间等方面打分；0-3分。	0-3	2.0	3.0	2.0
10	技术	承诺设备发生故障，无法修复时免费提供同品牌、同规格型号备品，得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
11	技术	承诺质保期满后，技术人员根据采购人要求提供上门服务，不收取人工服务费用，得2分	0-2	2.0	2.0	2.0
12	技术	对投标设备运行成本进行评价，根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格、保修期内外选购价格合理性等因素进行打分，0-3分	0-3	1.0	3.0	1.0
13	技术	对随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，以及耗材是否开放、配件和易损件是否通用等进行评价打分，0-2分。	0-2	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	53.0	63.0	50.0

专家（签名）：