

## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称： 绍兴市人民医院镜湖总院双能X线骨密度仪采购项目（SXJHCG-2024-N0192）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-09-25 09:30:00
开标地点	政采云平台（ <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ），绍兴市越城区灵芝街道颐高广场1幢1105室。		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	浙江民发机电科技有限公司	不符合	<p>1. 根据技术参数：3.1.3球管最大耐受电流不符合招标文件要求，实质性负偏离，按无效投标处理。；</p> <p>1. 3.1.3技术参数不符合招标文件要求，属于实质性偏离。；</p> <p>1. 球管最大耐受电流小于3mA。根据技术需求3.1.3，属实质性偏离。；</p> <p>1. 根据技术参数球管要求最大耐受电流大于3mA，投标文件小于3mA不符合招标文件实质性要求；</p> <p>1. 根据招标文件中的技术参数3.1.3球管最大耐受电流大于等于3mA的要求，出现实质性偏离。不符合。；</p>
2	杭州大邦医疗设备有限公司	符合	
3	浙江省医疗健康集团医药有限公司	符合	
4	绍兴博滔医疗器械有限公司	不符合	<p>1. 根据招标文件8.1条款，未按招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；无效投标处理。；</p> <p>1. 8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的。；</p> <p>1. 未按照招标文件规定要求签字或盖章。；</p> <p>1. 未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章；</p> <p>1. 未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章。符合招标文件8.1中的无效投标情形。；</p>
5	上海之景医疗器械有限公司	符合	

签名：