

符合性评审汇总表

项目编号	CBZJ-20221032G	项目名称	象山县水利局检测仪器试剂采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2022-07-08 14:00:00
符合性审查人员	评审小组	开标地点	政府采购云平台 (www.zcygov.cn)
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州百莱博科技有限公司	不符合	投标文件中未按照招标文件第二章招标需求/三、技术需求/第22.五氯酚酸钠快速检测盒（胶体金）中第*22.4款“检测试剂盒须通过省级以上疾病预防控制中心组织的水产品中五氯酚酸钠残留快速检测产品验证：加标样品假阴性率≤5%，空白样品假阳性率≤10%；实际样品检测符合率100%；提供证明文件。”的要求提供相应证明文件。 根据招标文件第四章 评标办法及评分标准/五、评标程序/（三）投标无效的情形/B、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效中“（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生实质性偏离的；”的规定，符合性审查不合格，对该单位的投标文件作无效标处理。
2	杭州聚众盛科技有限公司	符合	无
3	杭州达贤能科技有限公司	符合	无
4	浙江纳德科学仪器有限公司	符合	无

评审小组签名：

日期：2022年7月8日