

符合性评审汇总表

项目编号	RYCG20220712	项目名称	瑞安市卫生健康局防疫物资采购（重）
采购方式	竞争性磋商	开标时间	2022-09-13 09:00:00
符合性审查人员	专家评审小组	开标地点	政府采购云平台（www.zcygov.cn）
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州妙翔医疗科技有限公司	符合	
2	学成生物科技（山东）有限公司	不符合	学成生物科技（山东）有限公司提供的响应文件中医用外科口罩澄清确认后的检测报告（2020QW4489）中的颗粒过滤效率(PFE)为93.7%-94.8%，不符合磋商文件“医用外科口罩详细参数:对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于95%（附检测报告）”的要求。根据磋商文件P41：“①磋商供应商的投标产品参数不得有负偏差，否则按无效标处理。”及P74“无效标条款：（11）磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；”之规定，经磋商小组一致认定，对该磋商供应商的磋商响应文件作无效标处理。
3	温州双胜医疗器械有限公司	符合	
4	杭州慷昕医疗器械有限公司	符合	
5	福州市顺联科技有限责任公司	符合	
6	康达健（浙江）医疗器械有限公司	符合	
7	温州市华泰医疗器械有限公司	符合	
8	海裕（杭州）医疗科技发展有限公司	符合	
9	瑞安市旭一医疗器械有限公司	符合	
10	温州市达康医疗器械有限公司	符合	

签名：