

技术商务资信评分明细（张平）

项目名称：杭州市肿瘤医院医科达直线加速器维保项目（ZJ-2130887-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海蓝英 医疗技术 有限公司	上海恒放 医疗科技 有限公司	上海卓亚 医疗科技 有限公司	上海鸿阳 医疗器械 有限公司
1	技术	采购需求响应（33分）投标文件能响应第三部分采购用户需求的“一、招标技术要求”所述“维修保养服务内容”内容得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求，扣3分，一般条款超过11条不能满足采购文件要求的，该投标文件将做无效标处理。	0-33	33	15	33	33
2.1	技术	评委对各投标人提供的保修服务方案进行评审	0-5	4	3	4	4
2.2	技术	评委对各投标人提供的保养服务方案进行评审	0-5	4	3	4	4
3.1	技术	投标人提供加速器真空部件，如磁控管、离子泵等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。评委根据储备情况给分0-4分。	0-4	4	0	4	2
3.2	技术	投标人提供加速管备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.3	技术	投标人提供电子枪、靶等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.4	技术	投标人提供在国内的备件库情况资料，提供房屋租赁合同或是房屋产权证明，提供备件库照片资料，提供国内备件清单。根据备件库场地面积、存储条件、存储备品备件安全、质量保证措施给0-1分。	0-1	1	1	1	1
3.5	技术	投标人承诺提供的零配件须为原厂正品全新零部件，提供进口报关单、采购合同等相关证明材料，维修更换配件之前须提前交设备科留档。提供以上承诺得1分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-1	1	1	1	0
3.6	技术	投标人承诺因维保提供单位原因造成合同提前终止，如医院对前期维修有异议的，经原厂或第三方评估认定维保提供单位为采购人更换的为非原厂全新零部件，采购人保留追究相应经济责任和法律责任的权力。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-2	2	2	2	0
4	技术	加速器维修保养业绩（5分）投标人提供医科达加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高5分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。	0-5	5	0	5	4
5.1	技术	投标人承诺向医院派驻一个维修工程师，保障在保设备的正常运行，具有医科达原厂认证培训证书，提供驻场工程师的情况说明和证书复印件及社保证明资料，（确保现场驻场工程师人证合一，不能派驻实习期、见习期工程师代替。驻场维修工程师需为投标人本单位职工）0-3分。	0-3	0	0	2	2
5.2	技术	提供负责投标人加速器维保人员名单，包括人员学历、工作经验、培训经历等。0-3分	0-3	2	2	2	2
5.3	技术	投标人负责本项目的人员中具备瓦里安原厂授权或经过医科达原厂培训的工程师每1人得1分，最高5分，，提供培训证书复印件（培训内容范围清晰可见）和社保证明资料，上述人员需为投标人本单位职工	0-5	5	0	5	5
6	技术	认证证书（2分）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证的每个得1分；最多得2；提供证书复印件，不提供不得分。	0-2	2	0	2	2

7	技术	加速器维修、验证工具（3分）投标人提供验证与质控设备清单，提供维修工具清单。评委根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、验证工具情况给0-3分	0-3	2	2	2	2
8	技术	培训（2分）投标人安排采购人设备科工程师参加为期一周的医科达直线加速器维修基本理论和实操培训，根据培训安排及方案给。0-2分	0-2	2	2	2	2
9	技术	合理化建议（2分）针对本次设备维保的合理化建议,0-2分	0-2	1	1	1	1
合计			0-80	72	32	74	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（邵华良）

项目名称：杭州市肿瘤医院医科达直线加速器维保项目（ZJ-2130887-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海蓝英医疗技术有限公司	上海恒放医疗科技有限公司	上海卓亚医疗科技有限公司	上海鸿阳医疗器械有限公司
1	技术	采购需求响应（33分）投标文件能响应第三部分采购用户需求的“一、招标技术要求”所述“维修保养服务内容”内容得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求，扣3分，一般条款超过11条不能满足采购文件要求的，该投标文件将做无效标处理。	0-33	33	15	33	33
2.1	技术	评委对各投标人提供的保修服务方案进行评审	0-5	3	1	3	3
2.2	技术	评委对各投标人提供的保养服务方案进行评审	0-5	3	2	4	2
3.1	技术	投标人提供加速器真空部件，如磁控管、离子泵等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-4分。	0-4	4	0	4	2
3.2	技术	投标人提供加速管备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.3	技术	投标人提供电子枪、靶等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.4	技术	投标人提供在国内的备件库情况资料，提供房屋租赁合同或是房屋产权证明，提供备件库照片资料，提供国内备件清单。根据备件库场地面积、存储条件、存储备品备件安全、质量保证措施给0-1分。	0-1	1	1	1	1
3.5	技术	投标人承诺提供的零配件须为原厂正品全新零部件，提供进口报关单、采购合同等相关证明资料，维修更换配件之前须提前交设备科留档。提供以上承诺得1分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-1	1	1	1	0
3.6	技术	投标人承诺因维保提供单位原因造成合同提前终止，如医院对前期维修有异议的，经原厂或第三方评估认定维保提供单位为采购人更换的为非原厂全新零部件，采购人保留追究相应经济责任和法律责任的权力。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-2	2	2	2	0
4	技术	加速器维修保养业绩（5分）投标人提供医科达加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高5分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。	0-5	5	0	5	4
5.1	技术	投标人承诺向医院派驻一个维修工程师，保障在保设备的正常运行，具有医科达原厂认证培训证书，提供驻场工程师的情况说明和证书复印件及社保证明资料，（确保现场驻场工程师人证合一，不能派驻实习期、见习期工程师代替。驻场维修工程师需为投标人本单位职工）0-3分。	0-3	0	0	2	3
5.2	技术	提供负责投标人加速器维保人员名单，包括人员学历、工作经验、培训经历等。0-3分	0-3	3	3	3	3
5.3	技术	投标人负责本项目的人员中具备医科达原厂授权或经过瓦里安原厂培训的工程师每1人得1分，最高5分，，提供培训证书复印件（培训内容范围清晰可见）和社保证明资料，上述人员需为投标人本单位职工	0-5	5	0	5	5

6	技术	认证证书（2分）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证的每个得1分；最多得2；提供证书复印件，不提供不得分。	0-2	2	0	2	2
7	技术	加速器维修、验证工具（3分）投标人提供验证与质控设备清单，提供维修工具清单。评委根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、验证工具情况给0-3分	0-3	3	3	3	3
8	技术	培训（2分）投标人安排采购人设备科工程师参加为期一周的医科达直线加速器维修基本理论和实操培训，根据培训安排及方案给。0-2分	0-2	2	2	2	2
9	技术	合理化建议（2分）针对本次设备维保的合理化建议,0-2分	0-2	2	2	2	2
合计			0-80	73	32	76	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（茹融融）

项目名称：杭州市肿瘤医院医科达直线加速器维保项目（ZJ-2130887-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海蓝英医疗技术有限公司	上海恒放医疗科技有限公司	上海卓亚医疗科技有限公司	上海鸿阳医疗器械有限公司
1	技术	采购需求响应（33分）投标文件能响应第三部分采购用户需求的“一、招标技术要求”所述“维修保养服务内容”内容得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求，扣3分，一般条款超过11条不能满足采购文件要求的，该投标文件将做无效标处理。	0-33	33	15	33	33
2.1	技术	评委对各投标人提供的保修服务方案进行评审	0-5	5	5	5	5
2.2	技术	评委对各投标人提供的保养服务方案进行评审	0-5	5	5	5	5
3.1	技术	投标人提供加速器真空部件，如磁控管、离子泵等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-4分。	0-4	4	0	4	2
3.2	技术	投标人提供加速管备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.3	技术	投标人提供电子枪、靶等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.4	技术	投标人提供在国内的备件库情况资料，提供房屋租赁合同或是房屋产权证明，提供备件库照片资料，提供国内备件清单。根据备件库场地面积、存储条件、存储备品备件安全、质量保证措施给0-1分。	0-1	1	1	1	1
3.5	技术	投标人承诺提供的零配件须为原厂正品全新零部件，提供进口报关单、采购合同等相关证明资料，维修更换配件之前须提前交设备科留档。提供以上承诺得1分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-1	1	1	1	0
3.6	技术	投标人承诺因维保提供单位原因造成合同提前终止，如医院对前期维修有异议的，经原厂或第三方评估认定维保提供单位为采购人更换的为非原厂全新零部件，采购人保留追究相应经济责任和法律责任的权力。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-2	2	2	2	0
4	技术	加速器维修保养业绩（5分）投标人提供医科达加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高5分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。	0-5	5	0	5	4
5.1	技术	投标人承诺向医院派驻一个维修工程师，保障在保设备的正常运行，具有医科达原厂认证培训证书，提供驻场工程师的情况说明和证书复印件及社保证明资料，（确保现场驻场工程师人证合一，不能派驻实习期、见习期工程师代替。驻场维修工程师需为投标人本单位职工）0-3分。	0-3	0	0	3	3
5.2	技术	提供负责投标人加速器维保人员名单，包括人员学历、工作经验、培训经历等。0-3分	0-3	3	3	3	3
5.3	技术	投标人负责本项目的人员中具备医科达原厂授权或经过瓦里安原厂培训的工程师每1人得1分，最高5分，，提供培训证书复印件（培训内容范围清晰可见）和社保证明资料，上述人员需为投标人本单位职工	0-5	5	0	5	5

6	技术	认证证书（2分）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证的每个得1分；最多得2；提供证书复印件，不提供不得分。	0-2	2	0	2	2
7	技术	加速器维修、验证工具（3分）投标人提供验证与质控设备清单，提供维修工具清单。评委根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、验证工具情况给0-3分	0-3	3	3	3	3
8	技术	培训（2分）投标人安排采购人设备科工程师参加为期一周的医科达直线加速器维修基本理论和实操培训，根据培训安排及方案给。0-2分	0-2	2	2	2	2
9	技术	合理化建议（2分）针对本次设备维保的合理化建议,0-2分	0-2	2	2	2	2
合计			0-80	77	39	80	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（尹述含）

项目名称：杭州市肿瘤医院医科达直线加速器维保项目（ZJ-2130887-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海蓝英医疗技术有限公司	上海恒放医疗科技有限公司	上海卓亚医疗科技有限公司	上海鸿阳医疗器械有限公司
1	技术	采购需求响应（33分）投标文件能响应第三部分采购用户需求的“一、招标技术要求”所述“维修保养服务内容”内容得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求，扣3分，一般条款超过11条不能满足采购文件要求的，该投标文件将做无效标处理。	0-33	33	15	33	33
2.1	技术	评委对各投标人提供的保修服务方案进行评审	0-5	3	2	5	3
2.2	技术	评委对各投标人提供的保养服务方案进行评审	0-5	3	3	5	3
3.1	技术	投标人提供加速器真空部件，如磁控管、离子泵等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-4分。	0-4	3	0	3	2
3.2	技术	投标人提供加速管备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.3	技术	投标人提供电子枪、靶等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.4	技术	投标人提供在国内的备件库情况资料，提供房屋租赁合同或是房屋产权证明，提供备件库照片资料，提供国内备件清单。根据备件库场地面积、存储条件、存储备品备件安全、质量保证措施给0-1分。	0-1	1	0.5	1	1
3.5	技术	投标人承诺提供的零配件须为原厂正品全新零部件，提供进口报关单、采购合同等相关证明资料，维修更换配件之前须提前交设备科留档。提供以上承诺得1分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-1	1	1	1	0
3.6	技术	投标人承诺因维保提供单位原因造成合同提前终止，如医院对前期维修有异议的，经原厂或第三方评估认定维保提供单位为采购人更换的为非原厂全新零部件，采购人保留追究相应经济责任和法律责任的权力。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-2	2	2	2	0
4	技术	加速器维修保养业绩（5分）投标人提供医科达加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高5分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。	0-5	5	0	5	4
5.1	技术	投标人承诺向医院派驻一个维修工程师，保障在保设备的正常运行，具有瓦里安原厂认证培训证书，提供驻场工程师的情况说明和证书复印件及社保证明资料，（确保现场驻场工程师人证合一，不能派驻实习期、见习期工程师代替。驻场维修工程师需为投标人本单位职工）0-3分。	0-3	0	0	3	2
5.2	技术	提供负责投标人加速器维保人员名单，包括人员学历、工作经验、培训经历等。0-3分	0-3	2	2	3	2
5.3	技术	投标人负责本项目的人员中具备医科达原厂授权或经过瓦里安原厂培训的工程师每1人得1分，最高5分，，提供培训证书复印件（培训内容范围清晰可见）和社保证明资料，上述人员需为投标人本单位职工	0-5	5	0	5	5

6	技术	认证证书（2分）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证的每个得1分；最多得2；提供证书复印件，不提供不得分。	0-2	2	0	2	2
7	技术	加速器维修、验证工具（3分）投标人提供验证与质控设备清单，提供维修工具清单。评委根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、验证工具情况给0-3分	0-3	2	2	3	2
8	技术	培训（2分）投标人安排采购人设备科工程师参加为期一周的医科达直线加速器维修基本理论和实操培训，根据培训安排及方案给。0-2分	0-2	2	2	2	2
9	技术	合理化建议（2分）针对本次设备维保的合理化建议,0-2分	0-2	1	1	2	1
合计			0-80	69	30.5	79	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周赞）

项目名称：杭州市肿瘤医院医科达直线加速器维保项目（ZJ-2130887-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海蓝英医疗技术有限公司	上海恒放医疗科技有限公司	上海卓亚医疗科技有限公司	上海鸿阳医疗器械有限公司
1	技术	采购需求响应（33分）投标文件能响应第三部分采购用户需求的“一、招标技术要求”所述“维修保养服务内容”内容得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求，扣3分，一般条款超过11条不能满足采购文件要求的，该投标文件将做无效标处理。	0-33	33	15	33	33
2.1	技术	评委对各投标人提供的保修服务方案进行评审	0-5	4	3	4	4
2.2	技术	评委对各投标人提供的保养服务方案进行评审	0-5	4	3	4	4
3.1	技术	投标人提供加速器真空部件，如磁控管、离子泵等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-4分。	0-4	4	0	4	2
3.2	技术	投标人提供加速管备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.3	技术	投标人提供电子枪、靶等备品备件储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。评委根据储备情况给分0-2分。	0-2	2	0	2	0
3.4	技术	投标人提供在国内的备件库情况资料，提供房屋租赁合同或是房屋产权证明，提供备件库照片资料，提供国内备件清单。根据备件库场地面积、存储条件、存储备品备件安全、质量保证措施给0-1分。	0-1	1	0.5	1	1
3.5	技术	投标人承诺提供的零配件须为原厂正品全新零部件，提供进口报关单、采购合同等相关证明资料，维修更换配件之前须提前交设备科留档。提供以上承诺得1分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-1	1	1	1	0
3.6	技术	投标人承诺因维保提供单位原因造成合同提前终止，如医院对前期维修有异议的，经原厂或第三方评估认定维保提供单位为采购人更换的为非原厂全新零部件，采购人保留追究相应经济责任和法律责任的权力。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。	0-2	2	2	2	0
4	技术	加速器维修保养业绩（5分）投标人提供医科达加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高5分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。	0-5	5	0	5	4
5.1	技术	投标人承诺向医院派驻一个维修工程师，保障在保设备的正常运行，具有瓦里安原厂认证培训证书，提供驻场工程师的情况说明和证书复印件及社保证明资料，（确保现场驻场工程师人证合一，不能派驻实习期、见习期工程师代替。驻场维修工程师需为投标人本单位职工）0-3分。	0-3	0	0	3	3
5.2	技术	提供负责投标人加速器维保人员名单，包括人员学历、工作经验、培训经历等。0-3分	0-3	3	3	3	3
5.3	技术	投标人负责本项目的人员中具备医科达原厂授权或经过瓦里安原厂培训的工程师每1人得1分，最高5分，，提供培训证书复印件（培训内容范围清晰可见）和社保证明资料，上述人员需为投标人本单位职工	0-5	5	0	5	5

6	技术	认证证书（2分）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证的每个得1分；最多得2；提供证书复印件，不提供不得分。	0-2	2	0	2	2
7	技术	加速器维修、验证工具（3分）投标人提供验证与质控设备清单，提供维修工具清单。评委根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、验证工具情况给0-3分	0-3	3	1	3	3
8	技术	培训（2分）投标人安排采购人设备科工程师参加为期一周的医科达直线加速器维修基本理论和实操培训，根据培训安排及方案给。0-2分	0-2	2	1	2	2
9	技术	合理化建议（2分）针对本次设备维保的合理化建议,0-2分	0-2	2	1	2	1
合计			0-80	75	30.5	78	67

专家（签名）：