

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重）（WZDZCG-2022093Y（C1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州舜康贸易有限公司	宁波众一医疗器械有限公司	浙江物产中大医药有限公司
1.1	技术	CT设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得12分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1.5分；扣完为止。	0-12	6	3	12
1.2	技术	DR设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-10	10	10	10
1.3	技术	彩超设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得8分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-8	5	8	8
1.4	技术	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得5分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣1分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.5分；扣完为止。	0-5	3	2.5	5
1.5	技术	其他设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣0.3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.2分；扣完为止。	0-10	10	10	10
2	技术	1.投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 2.技术指标的优越性：投标设备（仅限CT、DR、彩超）技术指标的优越性：评委对投标设备技术指标的优越性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得0.5分；最高得3分。	0-6	4	4	6
3	技术	投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。	0-3	1	2	3
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价（3-0分），未提供不得分。	0-3	2	1	3
5	技术	投标产品稳定性、故障率：投标产品在稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，提供证明材料。投标产品稳定性好、故障率低的，得2分；投标产品稳定性较高、故障率较低的，得1分；投标产品稳定性不好、故障率较高的，得0.5分；未提供得0分。	0-2	0	0	1
6.1	商务资信	CT投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多1分。	0-1	1	1	1
6.2	商务资信	DR投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
6.3	商务资信	彩超投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
6.4	商务资信	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.2分，最多1分。	0-1	0	0	0.6

7.1	商务 资信	保修服务承诺：在所有设备满足招标文件的基础上（未满足本项不得分），CT在基础上每增加1年得0.5分，最多得2分；DR在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；彩超在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）每样每增加1年得0.2分，最多得1分；增加部分不足1年的不计分。	0-5	0	0	3
7.2	商务 资信	制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价（2-0分），未提供不得分。	0-2	2	2	2
8	商务 资信	环境标志产品、节能产品评审： 1) 全部核心投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 全部核心投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70.0	44	43.5	65.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重）（WZDZCG-2022093Y（C1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州舜康贸易有限公司	宁波众一医疗器械有限公司	浙江物产中大医药有限公司
1.1	技术	CT设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得12分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1.5分；扣完为止。	0-12	6	3	12
1.2	技术	DR设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-10	10	10	10
1.3	技术	彩超设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得8分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-8	5	8	8
1.4	技术	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得5分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣1分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.5分；扣完为止。	0-5	3	2.5	5
1.5	技术	其他设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣0.3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.2分；扣完为止。	0-10	10	10	10
2	技术	1.投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 2.技术指标的优越性：投标设备（仅限CT、DR、彩超）技术指标的优越性：评委对投标设备技术指标的优越性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得0.5分；最高得3分。	0-6	4	4	6
3	技术	投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。	0-3	2	2	3
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价（3-0分），未提供不得分。	0-3	2	1	3
5	技术	投标产品稳定性、故障率：投标产品在稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，提供证明材料。投标产品稳定性好、故障率低的，得2分；投标产品稳定性较高、故障率较低的，得1分；投标产品稳定性不好、故障率较高的，得0.5分；未提供得0分。	0-2	0	0	1
6.1	商务资信	CT投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多1分。	0-1	1	1	1
6.2	商务资信	DR投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
6.3	商务资信	彩超投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5

6.4	商务 资信	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.2分，最多1分。	0-1	0	0	0.6
7.1	商务 资信	保修服务承诺：在所有设备满足招标文件的基础上（未满足本项不得分），CT在基础上每增加1年得0.5分，最多得2分；DR在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；彩超在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）每样每增加1年得0.2分，最多得1分；增加部分不足1年的不计分。	0-5	0	0	3
7.2	商务 资信	制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价（2-0分），未提供不得分。	0-2	1	1	1
8	商务 资信	环境标志产品、节能产品评审： 1）全部核心投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）全部核心投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70.0	44	42.5	64.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重）（WZDZCG-2022093Y（C1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州舜康贸易有限公司	宁波众一医疗器械有限公司	浙江物产中大医药有限公司
1.1	技术	CT设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得12分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1.5分；扣完为止。	0-12	6	3	12
1.2	技术	DR设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-10	10	10	10
1.3	技术	彩超设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得8分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-8	5	8	8
1.4	技术	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得5分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣1分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.5分；扣完为止。	0-5	3	2.5	5
1.5	技术	其他设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣0.3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.2分；扣完为止。	0-10	10	10	10
2	技术	1.投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 2.技术指标的优越性：投标设备（仅限CT、DR、彩超）技术指标的优越性：评委对投标设备技术指标的优越性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得0.5分；最高得3分。	0-6	2	2	3
3	技术	投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。	0-3	2	2	3
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价（3-0分），未提供不得分。	0-3	2	1	3
5	技术	投标产品稳定性、故障率：投标产品在稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，提供证明材料。投标产品稳定性好、故障率低的，得2分；投标产品稳定性较高、故障率较低的，得1分；投标产品稳定性不好、故障率较高的，得0.5分；未提供得0分。	0-2	0	0	1
6.1	商务资信	CT投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多1分。	0-1	1	1	1
6.2	商务资信	DR投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
6.3	商务资信	彩超投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5

6.4	商务 资信	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.2分，最多1分。	0-1	0	0	0.6
7.1	商务 资信	保修服务承诺：在所有设备满足招标文件的基础上（未满足本项不得分），CT在基础上每增加1年得0.5分，最多得2分；DR在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；彩超在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）每样每增加1年得0.2分，最多得1分；增加部分不足1年的不计分。	0-5	0	0	3
7.2	商务 资信	制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价（2-0分），未提供不得分。	0-2	2	2	2
8	商务 资信	环境标志产品、节能产品评审： 1) 全部核心投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 全部核心投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70.0	43	41.5	62.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重）（WZDZCG-2022093Y（C1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州舜康贸易有限公司	宁波众一医疗器械有限公司	浙江物产中大医药有限公司
1.1	技术	CT设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得12分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1.5分；扣完为止。	0-12	6	3	12
1.2	技术	DR设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-10	10	10	10
1.3	技术	彩超设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得8分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-8	5	8	8
1.4	技术	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得5分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣1分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.5分；扣完为止。	0-5	3	2.5	5
1.5	技术	其他设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣0.3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.2分；扣完为止。	0-10	10	10	10
2	技术	1.投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 2.技术指标的优越性：投标设备（仅限CT、DR、彩超）技术指标的优越性：评委对投标设备技术指标的优越性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得0.5分；最高得3分。	0-6	3	3	5
3	技术	投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。	0-3	1	1	2
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价（3-0分），未提供不得分。	0-3	2	1	3
5	技术	投标产品稳定性、故障率：投标产品在稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，提供证明材料。投标产品稳定性好、故障率低的，得2分；投标产品稳定性较高、故障率较低的，得1分；投标产品稳定性不好、故障率较高的，得0.5分；未提供得0分。	0-2	0	0	1
6.1	商务资信	CT投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多1分。	0-1	1	1	1
6.2	商务资信	DR投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
6.3	商务资信	彩超投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5

6.4	商务 资信	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.2分，最多1分。	0-1	0	0	0.6
7.1	商务 资信	保修服务承诺：在所有设备满足招标文件的基础上（未满足本项不得分），CT在基础上每增加1年得0.5分，最多得2分；DR在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；彩超在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）每样每增加1年得0.2分，最多得1分；增加部分不足1年的不计分。	0-5	0	0	3
7.2	商务 资信	制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价（2-0分），未提供不得分。	0-2	2	2	2
8	商务 资信	环境标志产品、节能产品评审： 1）全部核心投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）全部核心投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70.0	43	41.5	63.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温州监管中心体检中心医疗设备采购项目（重）（WZDZCG-2022093Y（C1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州舜康贸易有限公司	宁波众一医疗器械有限公司	浙江物产中大医药有限公司
1.1	技术	CT设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得12分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1.5分；扣完为止。	0-12	6	3	12
1.2	技术	DR设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-10	10	10	10
1.3	技术	彩超设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得8分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣2分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣1分；扣完为止。	0-8	5	8	8
1.4	技术	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得5分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣1分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.5分；扣完为止。	0-5	3	2.5	5
1.5	技术	其他设备对应于招标文件招标内容及要求的偏离度：与招标文件第四部分采购内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，完全满足得10分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣0.3分，一般技术指标（或功能）偏离每项扣0.2分；扣完为止。	0-10	10	10	10
2	技术	1.投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 2.技术指标的优越性：投标设备（仅限CT、DR、彩超）技术指标的优越性：评委对投标设备技术指标的优越性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得0.5分；最高得3分。	0-6	3	3	4
3	技术	投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。	0-3	1	1	2
4	技术	运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价（3-0分），未提供不得分。	0-3	2	1	3
5	技术	投标产品稳定性、故障率：投标产品在稳定性、故障率等总体质量性能综合评价，提供证明材料。投标产品稳定性好、故障率低的，得2分；投标产品稳定性较高、故障率较低的，得1分；投标产品稳定性不好、故障率较高的，得0.5分；未提供得0分。	0-2	0	0	1
6.1	商务资信	CT投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多1分。	0-1	1	1	1
6.2	商务资信	DR投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
6.3	商务资信	彩超投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.5分，最多0.5分。	0-0.5	0	0	0.5

6.4	商务 资信	较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）投标机型业绩：提供2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得0.2分，最多1分。	0-1	0	0	0.6
7.1	商务 资信	保修服务承诺：在所有设备满足招标文件的基础上（未满足本项不得分），CT在基础上每增加1年得0.5分，最多得2分；DR在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；彩超在基础上每增加1年得0.5分，最多得1分；较大型检验设备（仅限全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、免疫分析仪）每样每增加1年得0.2分，最多得1分；增加部分不足1年的不计分。	0-5	0	0	3
7.2	商务 资信	制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价（2-0分），未提供不得分。	0-2	1	1	1
8	商务 资信	环境标志产品、节能产品评审： 1) 全部核心投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2) 全部核心投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。	0-1	0	0	0
合计			0-70.0	42	40.5	61.6

专家（签名）：