

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 舟山医院26+4人高压氧舱采购项目（CBNB-20231598G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市廷译 医疗设备有限公司	潍坊华信氧 业有限公司	宁波美太智 慧医疗设备 有限公司	上海慕迈医 疗科技有限 公司	烟台豪特氧 业设备有限 公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（57分）： 1.1本项目共有72项技术条款（详见招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求）：其中标注“▲”号的技术条款为实质性技术条款共3项。标注“★”号的技术条款为重要技术条款共9项，其他技术条款为普通技术条款共60项。 1.2投标人所投设备与招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求技术响应的偏离按以下进行： 1.2.1无负偏离得满分57分。 1.2.2每负偏离一条标注“★”条款（共计9项）的扣3分。 1.2.3每负偏离一条未标注“▲”或“★”条款（共计60项）的扣0.5分。	0-57	35.5	46.0	51.0	32.0	47.5
2	技术	2、售后服务方案（3分）：根据投标人的售后服务方案（包括安装调试验收方案、质保期方案、培训方案、应急响应能力情况、配件价格等）是否合理可行、是否有针对性进行评议；方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得1分，方案不合理不可行、无针对性的得0.5分，未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
3	商务	3、质保期（3分）：投标人所投氧舱（整机包含第三方设备）质保期在满足招标文件（氧舱整体验收合格后免费保修≥3年）基础上整体每增加1年得1分，最高得3分。 注：质保期增加不足1年的或所投设备质保期没有整体增加的均不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	4、舱体部分最高设计压力（2分）：投标人所投舱体部分最高设计压力≥0.3MPA得2分；0.3MPA（不含）-0.25MPA（含）得1分；0.25MPA（不含）-0.2MPA（含）得0.5分；其余不得分。 注：投标文件中提供第三方证明文件并加盖投标人公章。	0-2	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	5、延保价格（2分），根据售后服务要求中提供的延保报价，每年延保报价≥6%得0分，在6%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得2分。 注：延保价格降低部分不足1%的不予计算。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	6、业绩（2分）：根据投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类项目业绩进行评定，每提供1个业绩得0.5分，满分2分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
7	商务	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	43.0	55.0	63.0	37.0	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：舟山医院26+4人高压氧舱采购项目（CBNB-20231598G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市廷译 医疗设备有 限公司	潍坊华信氧 业有限公司	宁波美太智 慧医疗设备 有限公司	上海鳌迈医 疗科技有限 公司	烟台豪特氧 业设备有限 公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（57分）： 1.1本项目共有72项技术条款（详见招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求）：其中标注“▲”号的技术条款为实质性技术条款共3项。标注“★”号的技术条款为重要技术条款共9项，其他技术条款为普通技术条款共60项。 1.2投标人所投设备与招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求技术响应的偏离按以下进行： 1.2.1无负偏离得满分57分。 1.2.2每负偏离一条标注“★”条款（共计9项）的扣3分。 1.2.3每负偏离一条未标注“▲”或“★”条款（共计60项）的扣0.5分。	0-57	35.5	46.0	51.0	32.0	47.5
2	技术	2、售后服务方案（3分）：根据投标人的售后服务方案（包括安装调试验收方案、质保期方案、培训方案、应急响应能力情况、配件价格等）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得1分，方案不合理不可行、无针对性的得0.5分，未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
3	商务	3、质保期（3分）：投标人所投氧舱（整机包含第三方设备）质保期在满足招标文件（氧舱整体验收合格后免费保修≥3年）基础上整体每增加1年得1分，最高得3分。 注：质保期增加不足1年的或所投设备质保期没有整体增加的均不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	4、舱体部分最高设计压力（2分）：投标人所投舱体部分最高设计压力≥0.3MPA得2分；0.3MPA（不含）-0.25MPA（含）得1分；0.25MPA（不含）-0.2MPA（含）得0.5分；其余不得分。 注：投标文件中提供第三方证明文件并加盖投标人公章。	0-2	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	5、延保价格（2分），根据售后服务要求中提供的延保报价，每年延保报价≥6%得0分，在6%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得2分。 注：延保价格降低部分不足1%的不予计算。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	6、业绩（2分）：根据投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类项目业绩进行评定，每提供1个业绩得0.5分，满分2分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
7	商务	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	43.0	55.0	63.0	37.0	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：舟山医院26+4人高压氧舱采购项目（CBNB-20231598G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市廷译 医疗设备有 限公司	潍坊华信氧 业有限公司	宁波美太智 慧医疗设备 有限公司	上海鳌迈医 疗科技有限 公司	烟台豪特氧 业设备有限 公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（57分）： 1.1本项目共有72项技术条款（详见招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求）：其中标注“▲”号的技术条款为实质性技术条款共3项。标注“★”号的技术条款为重要技术条款共9项，其他技术条款为普通技术条款共60项。 1.2投标人所投设备与招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求技术响应的偏离按以下进行： 1.2.1无负偏离得满分57分。 1.2.2每负偏离一条标注“★”条款（共计9项）的扣3分。 1.2.3每负偏离一条未标注“▲”或“★”条款（共计60项）的扣0.5分。	0-57	35.5	46.0	51.0	32.0	47.5
2	技术	2、售后服务方案（3分）：根据投标人的售后服务方案（包括安装调试验收方案、质保期方案、培训方案、应急响应能力情况、配件价格等）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得1分，方案不合理不可行、无针对性的得0.5分，未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
3	商务	3、质保期（3分）：投标人所投氧舱（整机包含第三方设备）质保期在满足招标文件（氧舱整体验收合格后免费保修≥3年）基础上整体每增加1年得1分，最高得3分。 注：质保期增加不足1年的或所投设备质保期没有整体增加的均不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	4、舱体部分最高设计压力（2分）：投标人所投舱体部分最高设计压力≥0.3MPA得2分；0.3MPA（不含）-0.25MPA（含）得1分；0.25MPA（不含）-0.2MPA（含）得0.5分；其余不得分。 注：投标文件中提供第三方证明文件并加盖投标人公章。	0-2	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	5、延保价格（2分），根据售后服务要求中提供的延保报价，每年延保报价≥6%得0分，在6%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得2分。 注：延保价格降低部分不足1%的不予计算。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	6、业绩（2分）：根据投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类项目业绩进行评定，每提供1个业绩得0.5分，满分2分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
7	商务	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	43.0	55.0	63.0	37.0	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：舟山医院26+4人高压氧舱采购项目（CBNB-20231598G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市廷译 医疗设备有 限公司	潍坊华信氧 业有限公司	宁波美太智 慧医疗设备 有限公司	上海鳌迈医 疗科技有限 公司	烟台豪特氧 业设备有限 公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（57分）： 1.1本项目共有72项技术条款（详见招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求）：其中标注“▲”号的技术条款为实质性技术条款共3项。标注“★”号的技术条款为重要技术条款共9项，其他技术条款为普通技术条款共60项。 1.2投标人所投设备与招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求技术响应的偏离按以下进行： 1.2.1无负偏离得满分57分。 1.2.2每负偏离一条标注“★”条款（共计9项）的扣3分。 1.2.3每负偏离一条未标注“▲”或“★”条款（共计60项）的扣0.5分。	0-57	35.5	46.0	51.0	32.0	47.5
2	技术	2、售后服务方案（3分）：根据投标人的售后服务方案（包括安装调试验收方案、质保期方案、培训方案、应急响应能力情况、配件价格等）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得1分，方案不合理不可行、无针对性的得0.5分，未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
3	商务	3、质保期（3分）：投标人所投氧舱（整机包含第三方设备）质保期在满足招标文件（氧舱整体验收合格后免费保修≥3年）基础上整体每增加1年得1分，最高得3分。 注：质保期增加不足1年的或所投设备质保期没有整体增加的均不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	4、舱体部分最高设计压力（2分）：投标人所投舱体部分最高设计压力≥0.3MPA得2分；0.3MPA（不含）-0.25MPA（含）得1分；0.25MPA（不含）-0.2MPA（含）得0.5分；其余不得分。 注：投标文件中提供第三方证明文件并加盖投标人公章。	0-2	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	5、延保价格（2分），根据售后服务要求中提供的延保报价，每年延保报价≥6%得0分，在6%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得2分。 注：延保价格降低部分不足1%的不予计算。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	6、业绩（2分）：根据投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类项目业绩进行评定，每提供1个业绩得0.5分，满分2分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
7	商务	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	43.0	55.0	63.0	37.0	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：舟山医院26+4人高压氧舱采购项目（CBNB-20231598G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市廷译 医疗设备有 限公司	潍坊华信氧 业有限公司	宁波美太智 慧医疗设备 有限公司	上海鳌迈医 疗科技有限 公司	烟台豪特氧 业设备有限 公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（57分）： 1.1本项目共有72项技术条款（详见招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求）：其中标注“▲”号的技术条款为实质性技术条款共3项。标注“★”号的技术条款为重要技术条款共9项，其他技术条款为普通技术条款共60项。 1.2投标人所投设备与招标文件第三部分采购需求二、详细技术需求技术响应的偏离按以下进行： 1.2.1无负偏离得满分57分。 1.2.2每负偏离一条标注“★”条款（共计9项）的扣3分。 1.2.3每负偏离一条未标注“▲”或“★”条款（共计60项）的扣0.5分。	0-57	35.5	46.0	51.0	32.0	47.5
2	技术	2、售后服务方案（3分）：根据投标人的售后服务方案（包括安装调试验收方案、质保期方案、培训方案、应急响应能力情况、配件价格等）是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得1分，方案不合理不可行、无针对性的得0.5分，未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
3	商务	3、质保期（3分）：投标人所投氧舱（整机包含第三方设备）质保期在满足招标文件（氧舱整体验收合格后免费保修≥3年）基础上整体每增加1年得1分，最高得3分。 注：质保期增加不足1年的或所投设备质保期没有整体增加的均不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	4、舱体部分最高设计压力（2分）：投标人所投舱体部分最高设计压力≥0.3MPA得2分；0.3MPA（不含）-0.25MPA（含）得1分；0.25MPA（不含）-0.2MPA（含）得0.5分；其余不得分。 注：投标文件中提供第三方证明文件并加盖投标人公章。	0-2	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	5、延保价格（2分），根据售后服务要求中提供的延保报价，每年延保报价≥6%得0分，在6%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得2分。 注：延保价格降低部分不足1%的不予计算。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	6、业绩（2分）：根据投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今的同类项目业绩进行评定，每提供1个业绩得0.5分，满分2分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
7	商务	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	43.0	55.0	63.0	37.0	57.5

专家（签名）：