

政府采购符合性评审汇总表

项目名称： 临海市第二人民医院医共体桃渚分院医疗设备 I 采购项目-标项1（ ZJWS2024-LHSEY01）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-10-18 09:00:00
开标地点	临海市临海市中山中路18号（原农商银行、移动公司对面）开标室贰		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	台州广电网络有限公司	符合	
2	上海厚宇医疗器械有限公司	不符合	未提供“▲3.12腔内治疗过程中无需更换电极，即可通过单双极切换技术或调整频率技术参数实现对盆腔深层和浅层的治疗和▲3.20腹部探头作为配件使用。治疗无需消耗电极或增加成本”的证明材料，不符合。
3	成都杰丹贸易有限公司	不符合	未提供“▲3.12腔内治疗过程中无需更换电极，即可通过单双极切换技术或调整频率技术参数实现对盆腔深层和浅层的治疗和▲3.20腹部探头作为配件使用。治疗无需消耗电极或增加成本”的证明材料，不符合。
4	杭州浩凯医疗器械有限公司	符合	
5	台州一岚医疗器械有限公司	符合	

签名：