

符合性评审汇总表

项目编号	CBNB-20221669G	项目名称	舟山医院强脉冲光治疗仪采购项目
采购方式	竞争性磋商	开标时间	2022-12-12 09:30:00
符合性审查人员	评审小组	开标地点	舟山市新城翁山路555号四楼（大宗商品交易中心同幢西边）4楼，开标室3（线上开标）第三开标室
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	绍兴豪生医疗器械有限公司	符合	
2	浙江九州通医疗器械有限公司	符合	
3	智宇物联（杭州）科技有限公司	符合	
4	南京栢宏通工贸有限公司	不符合	南京栢宏通工贸有限公司所响应设备技术参数“非剥脱点阵激光波长1550nm”与采购文件第二章采购需求二、技术需求中“★2.2.1非剥脱点阵激光波长1565nm”发生负偏离，按照采购文件第三章供应商须知三、响应文件的编制/（八）响应无效的情形中“2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中加注“★”的条款发生实质性偏离的（磋商小组提出变动的除外）；”的规定，南京栢宏通工贸有限公司符合性审查不合格，作无效响应文件处理。

评审小组签名：

日期：2022年12月12日