

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铖医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.0	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.0	1.0	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	66.0	49.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铨医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.0	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.0	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	66.0	49.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铨医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.5
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.5
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.0	49.0	47.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铨医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.0	49.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铨医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.0	49.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铨医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.0	0.5	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	66.5	48.5	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：玉环市中医院64排及以上螺旋CT（ZYTC-202410030918）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江绿洲贸易有限公司	台州宇晨医疗科技有限公司	绍兴顺铨医疗器械有限公司
1	商务	质保期：投标产品（64排及以上螺旋CT）质保期达到4年的基础上，每增加1年得1分；最高4分。	0-4	3.0	4.0	4.0
2	商务	同类业绩：提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来投标产品相同品牌机型的采购合同（复印件加盖公章）且完整清晰的得1分，本项最高1分。 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，本项得满分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	技术	一般指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，未标注△或▲的一般条款：投标产品全部满足一般要求的得20分；低于一般要求（负偏离）的每1条扣0.5分，负偏离数量达到40（含）条以上，本项得0分。	0-20	20.0	19.0	19.5
4	技术	重要指标：对应招标文件第三部分采购需求“技术要求”，标注△的重要技术条款：提供有技术证明材料且全部满足招标要求的，得33分；如未明确响应或不满足（负偏离）的每1条扣3分，直至本项扣完；未提供合法有效的技术证明材料或者证明材料不符合要求的，视为负偏离。	0-33	33.0	21.0	18.0
5.1	技术	(1) 针对安装调试方案，包括安装计划与调试流程、技术人员及技术措施的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对检测验收方案，包括交货计划与验收流程、质量检测及安全措施的情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	2.0	1.0	1.5
6.1	技术	(1) 针对售后服务机构及服务人员，包括服务范围、服务流程、维修响应时间及服务承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6.2	技术	(2) 针对维修保养方案，包括保养计划、配件供应、技术支持以及质保期内外维保承诺的优劣情况进行打分（分值0/0.5/1/1.5/2）。	0-2	1.5	1.0	1.0
7	技术	产品使用年限：投标产品（64排及以上螺旋CT）使用年限达到10年的基础上，每增加1年得0.5分，最高得4分；需提供设备铭牌或操作手册佐证，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-70	67.5	49.0	47.0

专家（签名）：