

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：诸暨市第六人民医院医用磁共振设备采购项目（诸政采2024-09-07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司	浙江省医疗器械有限公司	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司
1	技术	完全满足招标文件要求的得48分，打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。★▲技术参数指标需提供佐证资料，不提供的不得分。	0-48	35.0	47.0	34.0
2	技术	提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，提供投标产品成功销售的合同（提供完整的合同复印件），每一份合同得1分，最高得3分。	0-3	0.0	2.0	0.0
3	技术	保修在2年基础上每增加一年得1分，最多不超过2分。提供出保修期后原厂全保费用报价（含磁体、梯度、射频、液氮），小于等于35万得3分，小于等于45万大于35万得2分，小于等于55万大于45万得1分，55万以上不得分，本项提供承诺书。	0-5	0.0	2.0	1.0
4	技术	设备档次：提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥24通道小于32通道的得1分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥32通道小于48通道的得3分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥48通道得5分	0-5	1.0	5.0	3.0
5	技术	根据投标文件要求提供安装及调试、验收方案，对供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可操作性等方面打分。要求供货安装进度安排合理，有充分现场安全措施保障，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	2.5	2.0
6	技术	根据投标文件要求提供培训计划，对培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分。要求培训计划合理，培训力量充足，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.5	2.0	2.0
7	技术	提供售后服务方案，对维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等及配件供应、优惠条件情况等方面打分。要求故障响应快，维修能力强，相应配件能及时供应，符合项目实际需求，最高得3分。	0-3	2.0	2.5	2.5
合计			0-70	42.5	63.0	44.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：诸暨市第六人民医院医用磁共振设备采购项目（诸政采2024-09-07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司	浙江省医疗器械有限公司	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司
1	技术	完全满足招标文件要求的得48分，打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。★▲技术参数指标需提供佐证资料，不提供的不得分。	0-48	35.0	47.0	34.0
2	技术	提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，提供投标产品成功销售的合同（提供完整的合同复印件），每有一份合同得1分，最高得3分。	0-3	0.0	2.0	0.0
3	技术	保修在2年基础上每增加一年得1分，最多不超过2分。提供出保修期后原厂全保费用报价（含磁体、梯度、射频、液氮），小于等于35万得3分，小于等于45万大于35万得2分，小于等于55万大于45万得1分，55万以上不得分，本项提供承诺书。	0-5	0.0	2.0	1.0
4	技术	设备档次：提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥24通道小于32通道的得1分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥32通道小于48通道的得3分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥48通道得5分	0-5	1.0	5.0	3.0
5	技术	根据投标文件要求提供安装及调试、验收方案，对供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可操作性等方面打分。要求供货安装进度安排合理，有充分现场安全措施保障，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	2.5
6	技术	根据投标文件要求提供培训计划，对培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分。要求培训计划合理，培训力量充足，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	2.5	2.0
7	技术	提供售后服务方案，对维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等及配件供应、优惠条件情况等方面打分。要求故障响应快，维修能力强，相应配件能及时供应，符合项目实际需求，最高得3分。	0-3	2.5	3.0	2.5
合计			0-70	42.5	64.5	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：诸暨市第六人民医院医用磁共振设备采购项目（诸政采2024-09-07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司	浙江省医疗器械有限公司	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司
1	技术	完全满足招标文件要求的得48分，打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。★▲技术参数指标需提供佐证资料，不提供的不得分。	0-48	35.0	47.0	34.0
2	技术	提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，提供投标产品成功销售的合同（提供完整的合同复印件），每有一份合同得1分，最高得3分。	0-3	0.0	2.0	0.0
3	技术	保修在2年基础上每增加一年得1分，最多不超过2分。提供出保修期后原厂全保费用报价（含磁体、梯度、射频、液氮），小于等于35万得3分，小于等于45万大于35万得2分，小于等于55万大于45万得1分，55万以上不得分，本项提供承诺书。	0-5	0.0	2.0	1.0
4	技术	设备档次：提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥24通道小于32通道的得1分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥32通道小于48通道的得3分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥48通道得5分	0-5	1.0	5.0	3.0
5	技术	根据投标文件要求提供安装及调试、验收方案，对供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可操作性等方面打分。要求供货安装进度安排合理，有充分现场安全措施保障，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6	技术	根据投标文件要求提供培训计划，对培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分。要求培训计划合理，培训力量充足，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	技术	提供售后服务方案，对维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等及配件供应、优惠条件情况等方面打分。要求故障响应快，维修能力强，相应配件能及时供应，符合项目实际需求，最高得3分。	0-3	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	41.0	62.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：诸暨市第六人民医院医用磁共振设备采购项目（诸政采2024-09-07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司	浙江省医疗器械有限公司	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司
1	技术	完全满足招标文件要求的得48分，打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。★▲技术参数指标需提供佐证资料，不提供的不得分。	0-48	35.0	47.0	34.0
2	技术	提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，提供投标产品成功销售的合同（提供完整的合同复印件），每有一份合同得1分，最高得3分。	0-3	0.0	2.0	0.0
3	技术	保修在2年基础上每增加一年得1分，最多不超过2分。提供出保修期后原厂全保费用报价（含磁体、梯度、射频、液氦），小于等于35万得3分，小于等于45万大于35万得2分，小于等于55万大于45万得1分，55万以上不得分，本项提供承诺书。	0-5	0.0	2.0	1.0
4	技术	设备档次：提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥24通道小于32通道的得1分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥32通道小于48通道的得3分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥48通道得5分	0-5	1.0	5.0	3.0
5	技术	根据投标文件要求提供安装及调试、验收方案，对供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可操作性等方面打分。要求供货安装进度安排合理，有充分现场安全措施保障，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标文件要求提供培训计划，对培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分。要求培训计划合理，培训力量充足，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	提供售后服务方案，对维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等及配件供应、优惠条件情况等方面打分。要求故障响应快，维修能力强，相应配件能及时供应，符合项目实际需求，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	44.0	65.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：诸暨市第六人民医院医用磁共振设备采购项目（诸政采2024-09-07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州缘邦科技有限公司	浙江省医疗器械有限公司	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司
1	技术	完全满足招标文件要求的得48分，打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。★▲技术参数指标需提供佐证资料，不提供的不得分。	0-48	35.0	47.0	34.0
2	技术	提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，提供投标产品成功销售的合同（提供完整的合同复印件），每有一份合同得1分，最高得3分。	0-3	0.0	2.0	0.0
3	技术	保修在2年基础上每增加一年得1分，最多不超过2分。提供出保修期后原厂全保费用报价（含磁体、梯度、射频、液氦），小于等于35万得3分，小于等于45万大于35万得2分，小于等于55万大于45万得1分，55万以上不得分，本项提供承诺书。	0-5	0.0	2.0	1.0
4	技术	设备档次：提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥24通道小于32通道的得1分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥32通道小于48通道的得3分，提供单个扫描视野最大独立射频通道数≥48通道得5分	0-5	1.0	5.0	3.0
5	技术	根据投标文件要求提供安装及调试、验收方案，对供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可操作性等方面打分。要求供货安装进度安排合理，有充分现场安全措施保障，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	2.0
6	技术	根据投标文件要求提供培训计划，对培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分。要求培训计划合理，培训力量充足，能充分满足采购需求，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	2.0
7	技术	提供售后服务方案，对维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等及配件供应、优惠条件情况等方面打分。要求故障响应快，维修能力强，相应配件能及时供应，符合项目实际需求，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	42.0	65.0	45.0

专家（签名）：