

符合性评审汇总表

项目编号	FHZFCG(2022)308D (第二次)	项目名称	国家气动产品质量检验检测中心第三批检测设备采购项目-标项1
采购方式	公开招标	开标时间	2023-03-07 09:00:00
符合性审查人员	评审专家	开标地点	奉化区宁波市奉化区公共资源交易中心(奉化区大成东路277号4楼)开标厅二
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	无锡福特汉姆科技有限公司	符合	无
2	北京中源海德科技有限公司	符合	无
3	德世聚诚(宁波)电子科技有限公司	不符合	7. 位移测试精度不符合要求 7. 技术条款“位移测试中的精度”不符合要求 7. 位移测试精度不符合要求 7. 位移测试中的精度小于等于0.1mm,与招标文件技术要求发生实质性负偏离,作无效标处理。 7. 技术响应实质性条款中位移精度不符合要求
4	北京继祥科技发展有限公司	符合	无

签名: