

符合性评审汇总表

项目编号	0625-22215A30 (重新招标)	项目名称	浙江大学医学院附属妇产科医院过氧化氢低温灭菌器等两个标项设备项目
采购方式	公开招标	开标时间	2022-09-20 09:20:00
符合性审查人员		开标地点	<a href="https://www.zcygov.cn">https://www.zcygov.cn</a>
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州健峰医疗科技有限公司	符合	
2	杭州鸿涌医疗科技有限公司	不符合	招标文件的实质性要求重要技术参数第2.4条：内径要求不大于0.8mm（提供说明书或技术白皮书支持材料）。按投标文件页码第38页所示：内径要求大于等于1mm；重要技术参数负偏离，投标无效。
3	浙江丹元医疗科技有限公司	符合	
4	杭州庆鯤贸易有限公司	符合	

签名：