

符合性评审汇总表

项目编号	诸政采2022-12-03	项目名称	诸暨市妇幼保健院医疗器械采购项目（一）-标项7
采购方式	公开招标	开标时间	2022-12-27 09:00:00
符合性审查人员		开标地点	政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	诸暨市三卓医疗设备有限公司	符合	
2	浙江基众康生物医疗有限公司	不符合	<p>2.3.2提供的佐证资料不符合要求。</p> <p>2.3.2最大单轴梯度切换率提供的佐证资料不符。</p> <p>2. 最大单轴梯度切换率提供佐证材料不符合。</p> <p>2.3.2所提供的佐证资料不符。</p> <p>2.3.2佐证资料不符。</p> <p>2. 提供佐证资料不符合要求</p> <p>2.3.2所提供的佐证资料不符。</p>
3	诸暨市三禾药品有限公司	不符合	<p>2.3.2提供的参数佐证资料不符合</p> <p>2.3.2最大单轴梯度切换率提供的资料与招标文件不符。</p> <p>2. 最大单轴梯度切换率参数不符合。</p> <p>2.3.2所提供的佐证资料不符。</p> <p>2. 最大单轴梯度换率不符合文件规定。</p> <p>2.3.2最大单轴梯度切换率（非有效值）小于等于130T/m/ms，而投标文件提供的产品为大于等于130mT/m/ms。不符合</p> <p>2.3.2最大单轴梯度切换率(非有效值)不符。</p>
4	浙江嘉事同瀚生物技术有限公司	符合	

签名：