

符合性评审汇总表

项目编号	CBNB-20221060G (重发)	项目名称	舟山医院移动式核酸检测车采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2022-03-17 09:30:00
符合性审查人员	评审小组	开标地点	政府采购云平台 (www.zcygov.cn)
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	美康生物科技股份有限公司	符合	
2	广州中仪进出口有限公司	符合	
3	浙江中蓝贸易有限公司	符合	
4	广州市诚屹进出口有限公司	符合	
5	浙江澳世嘉科技有限公司	符合	
6	杭州迪安基因工程有限公司	不符合	未按照采购文件第二章招标需求/一、商务要求表/售后服务要求“★1、质保期后，招标人有权选择原厂续保，实验舱及配套设备每年保修服务费不超过实验舱购买价的5%，荧光定量PCR仪全生命周期每年免费校准不少于一次（以生产厂方校准要求为准）。（注：投标人在续保价格响应时应说明续保价格，不得简单复制粘贴或用范围表示）”的要求进行响应，上述情形属于★条款即实质性条款负偏离，根据采购文件第三章投标人须知/三、投标文件的编制/（八）投标无效的情形/2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效中的“（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；”的规定，该单位符合性审查不合格，作无效标处理。
7	杭州索嘉生物科技有限公司	符合	
8	杭州博康生物科技有限公司	符合	
9	浙江民发机电科技有限公司	不符合	（1）未按照采购文件第二章招标需求/一、商务要求表/售后服务要求“★1、质保期后，招标人有权选择原厂续保，实验舱及配套设备每年保修服务费不超过实验舱购买价的5%，荧光定量PCR仪全生命周期每年免费校准不少于一次（以生产厂方校准要求为准）。（注：投标人在续保价格响应时应说明续保价格，不得简单复制粘贴或用范围表示）”的要求进行响应；（2）所投设备技术参数与采购文件第二章招标需求/二、技术需求/2.4.3.2医用冷藏箱中“★（11.4）要求安装冷链模块，并接入我院目前使用的冷链系统（海尔），相关费用由投标商承担。”的要求发生负偏离，贵司的上述情形属于★条款即实质性条款负偏离，根据采购文件第三章投标人须知/三、投标文件的编制/（八）投标无效的情形/2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效中的“（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；”的规定，该单位的符合性审查不合格，作无效标处理。
10	浙江隆凯生物科技有限公司	符合	

评审小组签名：

日期：2022年3月17日