

符合性评审汇总表			
项目编号	ZJWS2022-JJ65	项目名称	医化学院液相色谱仪及药学院天然药物与化学生物学研究所纯化实验室设备采购项目-标项1
采购方式	公开招标	开标时间	2022-05-27 09:30:00
符合性审查人员	评审小组	开标地点	台州市椒江区东环大道576号二楼
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	浙江赛因科学仪器有限公司	符合	无
2	浙江中易实验室设备有限公司	符合	无
3	浙江和王科技有限公司	不符合	根据招标文件第二章 投标人须知“带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理”。浙江和王科技有限公司无法满足招标文件第四章公开招标需求标项1的技术需求表中的▲2.4.1“基于Win10 Pro中文版的OpenLab ChemStation VL”，投标无效。
4	杭州欧翼仪器设备有限公司	符合	无

签名：