

技术商务资信评分明细（赵稜）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院磁刺激治疗仪采购项目（CTZB-2022030293）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州羽韩生物科技有限公司	浙江丹晖生物科技有限公司	杭州易中医疗器械有限公司
1.1	技术	1.1 投标产品技术、商务响应与采购需求的符合性评价：完全符合采购要求的此项得满分；标注■号的重要参数存在负偏离的每条扣5分；产品配置要求存在缺漏项的，每项扣5分；一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣3分；此项最高得40分，最低得0分。 备注：《投标（技术、商务）响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-40	29	40	29
2.1	技术	2.1 投标产品技术指标的先进性评价。投标产品技术参数完全符合采购要求的前提下，对其技术指标的先进性进行评价给分。技术参数存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.2	技术	2.2 投标产品功能的先进性、实用性评价。投标产品具备的功能完全符合采购要求的前提下，对其具备的功能的先进性、实用性进行评价给分。投标产品功能存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.3	技术	2.3 投标产品市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，复印件加盖投标供应商公章或电子签名，时间以合同签订时间为准。	0-3	0	3	0
2.4	技术	2.4 投标产品的稳定性、安全性、操作便捷性评价，根据投标产品采用的技术特点、获得的相关认证证书等情况进行评价。其中，产品稳定性（2分）、安全性（2分）和操作便捷性（1分）。	0-5	2	4	3
2.5	技术	2.5 投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标供应商提供的投标产品质保期后保修价格、耗材价格、主要配件价格对其后期运行维护成本进行评价给分。	0-1	0	1	1
2.6	技术	2.6 投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（提供复制件，加盖投标供应商公章或电子签名）。	0-2	0	0	0
3.1	技术	3.1 投标产品安装与调试方案的完整性、合理性评价，包括方式、方法、技术标准等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.2	技术	3.2 投标产品技术培训方案与承诺的完整性、合理性评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供明确的方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.3	技术	3.3 投标产品整体质保期承诺评价：投标供应商承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。增加的时间不足1年的部分不计分。	0-2	0	0	0
3.4	技术	3.4 投标产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。 （1）方案完整、合理且有效的得5分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理、有效的得3分； （3）方案不完整或不合理或缺乏有效性的得1分； （4）未提供明确的方案说明的得0分。	0-5	3	5	3
合计			0-70	36	65	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陆钢）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院磁刺激治疗仪采购项目（CTZB-2022030293）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州羽韩生物科技有限公司	浙江丹晖生物科技有限公司	杭州易中医疗器械有限公司
1.1	技术	1.1 投标产品技术、商务响应与采购需求的符合性评价：完全符合采购要求的此项得满分；标注■号的重要参数存在负偏离的每条扣5分；产品配置要求存在缺漏项的，每项扣5分；一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣3分；此项最高得40分，最低得0分。 备注：《投标（技术、商务）响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-40	29	40	29
2.1	技术	2.1 投标产品技术指标的先进性评价。投标产品技术参数完全符合采购要求的前提下，对其技术指标的先进性进行评价给分。技术参数存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.2	技术	2.2 投标产品功能的先进性、实用性评价。投标产品具备的功能完全符合采购要求的前提下，对其具备的功能的先进性、实用性进行评价给分。投标产品功能存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.3	技术	2.3 投标产品市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，复印件加盖投标供应商公章或电子签名，时间以合同签订时间为准。	0-3	0	3	0
2.4	技术	2.4 投标产品的稳定性、安全性、操作便捷性评价，根据投标产品采用的技术特点、获得的相关认证证书等情况进行评价。其中，产品稳定性（2分）、安全性（2分）和操作便捷性（1分）。	0-5	3	5	3
2.5	技术	2.5 投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标供应商提供的投标产品质保期后保修价格、耗材价格、主要配件价格对其后期运行维护成本进行评价给分。	0-1	1	1	1
2.6	技术	2.6 投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（提供复制件，加盖投标供应商公章或电子签名）。	0-2	0	0	0
3.1	技术	3.1 投标产品安装与调试方案的完整性、合理性评价，包括方式、方法、技术标准等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.2	技术	3.2 投标产品技术培训方案与承诺的完整性、合理性评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供明确的方案说明的得0分。	0-3	3	3	3
3.3	技术	3.3 投标产品整体质保期承诺评价：投标供应商承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。增加的时间不足1年的部分不计分。	0-2	0	0	0
3.4	技术	3.4 投标产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。 （1）方案完整、合理且有效的得5分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理、有效的得3分； （3）方案不完整或不合理或缺乏有效性的得1分； （4）未提供明确的方案说明的得0分。	0-5	3	5	3
合计			0-70	40	66	40

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张红琚）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院磁刺激治疗仪采购项目（CTZB-2022030293）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州羽韩生物科技有限公司	浙江丹晖生物科技有限公司	杭州易中医疗器械有限公司
1.1	技术	1.1 投标产品技术、商务响应与采购需求的符合性评价：完全符合采购要求的此项得满分；标注■号的重要参数存在负偏离的每条扣5分；产品配置要求存在缺漏项的，每项扣5分；一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣3分；此项最高得40分，最低得0分。 备注：《投标（技术、商务）响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-40	29	40	29
2.1	技术	2.1 投标产品技术指标的先进性评价。投标产品技术参数完全符合采购要求的前提下，对其技术指标的先进性进行评价给分。技术参数存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.2	技术	2.2 投标产品功能的先进性、实用性评价。投标产品具备的功能完全符合采购要求的前提下，对其具备的功能的先进性、实用性进行评价给分。投标产品功能存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.3	技术	2.3 投标产品市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，复印件加盖投标供应商公章或电子签名，时间以合同签订时间为准。	0-3	0	3	0
2.4	技术	2.4 投标产品的稳定性、安全性、操作便捷性评价，根据投标产品采用的技术特点、获得的相关认证证书等情况进行评价。其中，产品稳定性（2分）、安全性（2分）和操作便捷性（1分）。	0-5	3	5	3
2.5	技术	2.5 投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标供应商提供的投标产品质保期后保修价格、耗材价格、主要配件价格对其后期运行维护成本进行评价给分。	0-1	1	1	1
2.6	技术	2.6 投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（提供复制件，加盖投标供应商公章或电子签名）。	0-2	0	0	0
3.1	技术	3.1 投标产品安装与调试方案的完整性、合理性评价，包括方式、方法、技术标准等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.2	技术	3.2 投标产品技术培训方案与承诺的完整性、合理性评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供明确的方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.3	技术	3.3 投标产品整体质保期承诺评价：投标供应商承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。增加的时间不足1年的部分不计分。	0-2	0	0	0
3.4	技术	3.4 投标产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。 （1）方案完整、合理且有效的得5分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理、有效的得3分； （3）方案不完整或不合理或缺乏有效性的得1分； （4）未提供明确的方案说明的得0分。	0-5	3	5	3
合计			0-70	38	66	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张晖）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院磁刺激治疗仪采购项目（CTZB-2022030293）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州羽韩 生物科技有限公司	浙江丹晖 生物科技有限公司	杭州易中 医疗器械有限公司
1.1	技术	1.1 投标产品技术、商务响应与采购需求的符合性评价：完全符合采购要求的此项得满分；标注■号的重要参数存在负偏离的每条扣5分；产品配置要求存在缺漏项的，每项扣5分；一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣3分；此项最高得40分，最低得0分。 备注：《投标（技术、商务）响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-40	29	40	29
2.1	技术	2.1 投标产品技术指标的先进性评价。投标产品技术参数完全符合采购要求的前提下，对其技术指标的先进性进行评价给分。技术参数存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.2	技术	2.2 投标产品功能的先进性、实用性评价。投标产品具备的功能完全符合采购要求的前提下，对其具备的功能的先进性、实用性进行评价给分。投标产品功能存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.3	技术	2.3 投标产品市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，复印件加盖投标供应商公章或电子签名，时间以合同签订时间为准。	0-3	0	3	0
2.4	技术	2.4 投标产品的稳定性、安全性、操作便捷性评价，根据投标产品采用的技术特点、获得的相关认证证书等情况进行评价。其中，产品稳定性（2分）、安全性（2分）和操作便捷性（1分）。	0-5	2	4	2
2.5	技术	2.5 投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标供应商提供的投标产品质保期后保修价格、耗材价格、主要配件价格对其后期运行维护成本进行评价给分。	0-1	0	0.5	0.5
2.6	技术	2.6 投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（提供复制件，加盖投标供应商公章或电子签名）。	0-2	0	0	0
3.1	技术	3.1 投标产品安装与调试方案的完整性、合理性评价，包括方式、方法、技术标准等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.2	技术	3.2 投标产品技术培训方案与承诺的完整性、合理性评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供明确的方案说明的得0分。	0-3	1	3	1
3.3	技术	3.3 投标产品整体质保期承诺评价：投标供应商承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。增加的时间不足1年的部分不计分。	0-2	0	0	0
3.4	技术	3.4 投标产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。 （1）方案完整、合理且有效的得5分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理、有效的得3分； （3）方案不完整或不合理或缺乏有效性的得1分； （4）未提供明确的方案说明的得0分。	0-5	1	5	1
合计			0-70	34	64.5	34.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（宋丽）

项目名称：杭州市临安区第一人民医院磁刺激治疗仪采购项目（CTZB-2022030293）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州羽韩 生物科技有限公司	浙江丹晖 生物科技有限公司	杭州易中 医疗器械有限公司
1.1	技术	1.1 投标产品技术、商务响应与采购需求的符合性评价：完全符合采购要求的此项得满分；标注■号的重要参数存在负偏离的每条扣5分；产品配置要求存在缺漏项的，每项扣5分；一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣3分；此项最高得40分，最低得0分。 备注：《投标（技术、商务）响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-40	29	40	29
2.1	技术	2.1 投标产品技术指标的先进性评价。投标产品技术参数完全符合采购要求的前提下，对其技术指标的先进性进行评价给分。技术参数存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.2	技术	2.2 投标产品功能的先进性、实用性评价。投标产品具备的功能完全符合采购要求的前提下，对其具备的功能的先进性、实用性进行评价给分。投标产品功能存在负偏离的此项得0分。	0-3	0	3	0
2.3	技术	2.3 投标产品市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：销售合同，复印件加盖投标供应商公章或电子签名，时间以合同签订时间为准。	0-3	0	3	0
2.4	技术	2.4 投标产品的稳定性、安全性、操作便捷性评价，根据投标产品采用的技术特点、获得的相关认证证书等情况进行评价。其中，产品稳定性（2分）、安全性（2分）和操作便捷性（1分）。	0-5	3	5	3
2.5	技术	2.5 投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标供应商提供的投标产品质保期后保修价格、耗材价格、主要配件价格对其后期运行维护成本进行评价给分。	0-1	1	1	1
2.6	技术	2.6 投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（提供复制件，加盖投标供应商公章或电子签名）。	0-2	0	0	0
3.1	技术	3.1 投标产品安装与调试方案的完整性、合理性评价，包括方式、方法、技术标准等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供方案说明的得0分。	0-3	1	1	1
3.2	技术	3.2 投标产品技术培训方案与承诺的完整性、合理性评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。 （1）方案完整且合理的得3分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理的得1分； （3）方案不完整或不合理或未提供明确的方案说明的得0分。	0-3	1	1	1
3.3	技术	3.3 投标产品整体质保期承诺评价：投标供应商承诺的产品整体质保时间满足采购要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。增加的时间不足1年的部分不计分。	0-2	0	0	0
3.4	技术	3.4 投标产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。 （1）方案完整、合理且有效的得5分； （2）方案存在缺陷但基本完整、合理、有效的得3分； （3）方案不完整或不合理或缺乏有效性的得1分； （4）未提供明确的方案说明的得0分。	0-5	3	5	3
合计			0-70	38	62	38

专家（签名）：