

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：动物科学学院实验室设施设备（重）（WZHX2022-06-120）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中信科教设备有限公司	江苏儒虎添翼科技有限公司	上海容威仪器有限公司	上海茂海生物科技有限公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 投标供应商应标设备技术指标应完全满足或高于磋商文件技术规格参数、配置、功能等要求。投标供应商所投设备技术规格参数、配置、功能与磋商文件要求不一致的应全部在技术偏离表中逐项列出，清单中技术规格参数、配置及功能负偏离一项扣1-3分，扣完为止。	0-20	20	20	20	20
2.1	技术	1. 评委根据投标单位所提供货物安装和调试方案的合理性、完整性等酌情打分。最高得3分。	0-3	3	3	1	2
2.2	技术	2. 评委根据投标单位所提供质量保证措施（最高得2.5分）、针对本项目关键技术施工重点、难点解决方案的合理性、完整性（最高得2.5分）酌情打分。最高得5分。	0-5	4	4	1	2
2.3	技术	3. 评委根据投标单位所提物运输保证措施的合理性、可行性酌情打分。最高得3分。	0-3	3	3	1	2
2.4	技术	4. 评委根据投标单位所提供的供货计划、进度安排等的严谨合理性，满足采购单位的要求情况进行酌情打分。最高得3分	0-3	3	3	1	3
2.5	技术	5. 评委根据投标单位所提供安装现场规划、维护保障措施的合理性、完整性酌情打分。最高得3分。	0-3	3	3	1	2
3	技术	供应商对质保期内和质保期后的维修和服务承诺（附件九），包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，技术人员配置，零配件和维修备品备件的供应保障措施。 (1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-3.1分； (2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.1分；(3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2.0-1.1分； (4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-5	5	5	2	3
4	技术	技术培训（原厂商技术培训的响应程度、培训方案和培训计划的合理性、完整性）。 (1)方案合理、完整，完全适用项目需求的得3.0-2.1分； (2)方案较合理、较完整，能基本适用项目需求的得2.0-1.1分； (3)方案不够合理、不够完整，不能完全适用项目需求的得1.0-0分；	0-3	3	3	2	2

5	技术	技术先进性。 实验室台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、苯酚饱和液、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（$\leq 20\text{mg/m}^2$），符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：$\leq 0.024\text{mg/M}^3$，满足E1$\leq 0.124\text{mg/M}^3$的限量技术要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm³以上； E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（$\leq 0.02\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$）。 G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤ 0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于9种的菌种检测结果抗菌率$>99.9\%$。 I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告，及供货厂家投标授权书和质保服务承诺函并加盖公章。评委根据投标单位所提供上述证明材料评分，最高得10分。	0-10	4	10	0	0
6	商务资信	综合实力。 投标供应商的经营状况、资质、行业商业信誉及美誉度、管理能力等情况。（8-0分） 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质、行业商业信誉、等作为评审依据综合比较打分。	0-8	8	5	5	5
7	商务资信	本地化服务能力情况。 投标单位在本地市区设有服务机构或承诺中标后设立服务机构的得3分，其他不得分。（提供相关证明材料）	0-3	2	1	1	1
8	商务资信	2019年以来投标供应商同类项目业绩附合同复印件及发票复印件并盖章。 每个有效业绩得1分；以上可累计加分，最多得3分。	0-3	3	3	0	0
9	商务资信	节能环保。 所投产品具有国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。提供相关认证证书复印件加盖公章。由评标委员会根据产品占比酌情给分。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	61	63	35	42

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：动物科学学院实验室设施设备（重）（WZHX2022-06-120）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中信科教设备有限公司	江苏儒虎添翼科技有限公司	上海容威仪器有限公司	上海茂海生物科技有限公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 投标供应商应标设备技术指标应完全满足或高于磋商文件技术规格参数、配置、功能等要求。投标供应商所投设备技术规格参数、配置、功能与磋商文件要求不一致的应全部在技术偏离表中逐项列出，清单中技术规格参数、配置及功能负偏离一项扣1-3分，扣完为止。	0-20	20	20	20	20
2.1	技术	1. 评委根据投标单位所提供货物安装和调试方案的合理性、完整性等酌情打分。最高得3分。	0-3	2	3	1	1
2.2	技术	2. 评委根据投标单位所提供质量保证措施（最高得2.5分）、针对本项目关键技术施工重点、难点解决方案的合理性、完整性（最高得2.5分）酌情打分。最高得5分。	0-5	4	4	1	1
2.3	技术	3. 评委根据投标单位所提物流运输保证措施的合理性、可行性酌情打分。最高得3分。	0-3	2	2	1	1
2.4	技术	4. 评委根据投标单位所提供的供货计划、进度安排等的严谨合理性，满足采购单位的要求情况进行酌情打分。最高得3分	0-3	2	2	1	1
2.5	技术	5. 评委根据投标单位所提供安装现场规划、维护保障措施的合理性、完整性酌情打分。最高得3分。	0-3	2	3	1	1
3	技术	供应商对质保期内和质保期后的维修和服务承诺（附件九），包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，技术人员配置，零配件和维修备品备件的供应保障措施。 (1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-3.1分； (2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.1分；(3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2.0-1.1分； (4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-5	4	4	1	1
4	技术	技术培训（原厂商技术培训的响应程度、培训方案和培训计划的合理性、完整性）。 (1)方案合理、完整，完全适用项目需求的得3.0-2.1分； (2)方案较合理、较完整，能基本适用项目需求的得2.0-1.1分； (3)方案不够合理、不够完整，不能完全适用项目需求的得1.0-0分；	0-3	3	3	1	1

5	技术	技术先进性。 实验室台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、苯酚饱和液、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（$\leq 20\text{mg/m}^2$），符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：$\leq 0.024\text{mg/M}^3$，满足E1$\leq 0.124\text{mg/M}^3$的限量技术要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm³以上； E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（$\leq 0.02\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$）。 G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤ 0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于9种的菌种检测结果抗菌率$>99.9\%$。 I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告，及供货厂家投标授权书和质保服务承诺函并加盖公章。评委根据投标单位所提供上述证明材料评分，最高得10分。	0-10	5	10	0	0
6	商务资信	综合实力。 投标供应商的经营状况、资质、行业商业信誉及美誉度、管理能力等情况。（8-0分） 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质、行业商业信誉、等作为评审依据综合比较打分。	0-8	8	6	2	2
7	商务资信	本地化服务能力情况。 投标单位在本地市区设有服务机构或承诺中标后设立服务机构的得3分，其他不得分。（提供相关证明材料）	0-3	3	3	1	1
8	商务资信	2019年以来投标供应商同类项目业绩附合同复印件及发票复印件并盖章。 每个有效业绩得1分；以上可累计加分，最多得3分。	0-3	3	3	0	0
9	商务资信	节能环保。 所投产品具有国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。提供相关认证证书复印件加盖公章。由评标委员会根据产品占比酌情给分。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	58	63	30	30

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：动物科学学院实验室设施设备（重）（WZHX2022-06-120）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州中信科教设备有限公司	江苏儒虎添翼科技有限公司	上海容威仪器有限公司	上海茂海生物科技有限公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 投标供应商应标设备技术指标应完全满足或高于磋商文件技术规格参数、配置、功能等要求。投标供应商所投设备技术规格参数、配置、功能与磋商文件要求不一致的应全部在技术偏离表中逐项列出，清单中技术规格参数、配置及功能负偏离一项扣1-3分，扣完为止。	0-20	20	20	20	20
2.1	技术	1. 评委根据投标单位所提供货物安装和调试方案的合理性、完整性等酌情打分。最高得3分。	0-3	2	3	2	1.5
2.2	技术	2. 评委根据投标单位所提供质量保证措施（最高得2.5分）、针对本项目关键技术施工重点、难点解决方案的合理性、完整性（最高得2.5分）酌情打分。最高得5分。	0-5	4	5	3	3
2.3	技术	3. 评委根据投标单位所提物流运输保证措施的合理性、可行性酌情打分。最高得3分。	0-3	3	3	2	2
2.4	技术	4. 评委根据投标单位所提供的供货计划、进度安排等的严谨合理性，满足采购单位的要求情况进行酌情打分。最高得3分	0-3	3	3	1	1
2.5	技术	5. 评委根据投标单位所提供安装现场规划、维护保障措施的合理性、完整性酌情打分。最高得3分。	0-3	2	3	1	2
3	技术	供应商对质保期内和质保期后的维修和服务承诺（附件九），包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，技术人员配置，零配件和维修备品备件的供应保障措施。 (1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-3.1分； (2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-2.1分；(3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2.0-1.1分； (4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-5	4	5	1	2
4	技术	技术培训（原厂商技术培训的响应程度、培训方案和培训计划的合理性、完整性）。 (1)方案合理、完整，完全适用项目需求的得3.0-2.1分； (2)方案较合理、较完整，能基本适用项目需求的得2.0-1.1分； (3)方案不够合理、不够完整，不能完全适用项目需求的得1.0-0分；	0-3	2	3	2	2

5	技术	技术先进性。 实验室台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、苯酚饱和液、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（$\leq 20\text{mg/m}^2$），符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：$\leq 0.024\text{mg/M}^3$，满足E1$\leq 0.124\text{mgM}^3$的限量技术要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm³以上； E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（$\leq 0.02\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$）。 G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤ 0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%。 I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告，及供货厂家投标授权书和质保服务承诺函并加盖公章。评委根据投标单位所提供上述证明材料评分，最高得10分。	0-10	3	10	0	0
6	商务资信	综合实力。 投标供应商的经营状况、资质、行业商业信誉及美誉度、管理能力等情况。（8-0分） 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质、行业商业信誉、等作为评审依据综合比较打分。	0-8	3	8	2	2
7	商务资信	本地化服务能力情况。 投标单位在本地市区设有服务机构或承诺中标后设立服务机构的得3分，其他不得分。（提供相关证明材料）	0-3	1	3	1	1
8	商务资信	2019年以来投标供应商同类项目业绩附合同复印件及发票复印件并盖章。 每个有效业绩得1分；以上可累计加分，最多得3分。	0-3	3	3	0	0
9	商务资信	节能环保。 所投产品具有国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。提供相关认证证书复印件加盖公章。由评标委员会根据产品占比酌情给分。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。	0-1	1	1	0	0
合计			0-70	51	70	35	36.5

专家（签名）：