

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：舟山医院采购医用血管造影X射线系统项目（重发）（CBNB-20241545G-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江镇德医疗科技有限公司	宁波海曙东日医疗器械有限公司	宁波海曙佳华医疗设备有限公司	宁波精奥医疗设备服务有限公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（50分）： 技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求/二、技术要求的得50分。 每负偏离一条未标注“▲和★”条款的扣0.314分（扣分最多保留两位小数）；每负偏离一条标注“★”条款的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 任何一条标注“▲”条款负偏离的作无效标处理。	0-50	49.69	46.06	37.06	43.69	40.69
2.1	技术	2.1球管阳极热容量（2分）：3.0MHU < 球管阳极热容量 ≤ 5.0MHU，得1分；球管阳极热容量 > 5.0MHU，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	技术	2.2最大阳极冷却速率（2分）：450kHU/min < 最大阳极冷却速率 ≤ 1500kHU/min，得1分；最大阳极冷却速率 > 1500kHU/min，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	3、培训方案（4分）：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训）的培训内容、培训人员及培训安排是否合理可行、是否有针对性进行评议： 培训方案符合采购需求要求且方案详细、合理、可操作的得4分； 培训方案基本符合本项目采购需求、但方案不够详细、不够合理、操作性差的得2分； 未提供方案的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	4、质保期（4分）：投标人所投设备验收合格后整机（含球管）免费保修每增加1年得1分。最多得4分。 注：免费保修未整机增加或增加部分不足1年的不予计算。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0
5	技术	5、延保价格（4分），根据第三部分采购需求/一、商务需求中售后服务要求中提供的延保价格，在7%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得4分。 注：延保金额减少部分不足1%的不予计算。	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	6、业绩（3分）：根据投标人提供的自2020年1月1日至今（销售业绩时间以合同签订时间为准），所响应产品同规格型号设备的销售业绩进行评议，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供业绩清单列表和合同复印件并加盖投标人公章，未提供合同复印件或未按要求盖章的不予认可。②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供省级以上主管部门认定材料复印件并加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
7	技术	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1) 提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.69	60.06	43.06	47.69	53.69

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：舟山医院采购医用血管造影X射线系统项目（重发）（CBNB-20241545G-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江镇德医疗科技有限公司	宁波海曙东日医疗器械有限公司	宁波海曙佳华医疗设备有限公司	宁波精奥医疗设备服务有限公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（50分）： 技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求/二、技术要求的得50分。 每负偏离一条未标注“▲和★”条款的扣0.314分（扣分最多保留两位小数）；每负偏离一条标注“★”条款的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 任何一条标注“▲”条款负偏离的作无效标处理。	0-50	49.69	46.06	37.06	43.69	40.69
2.1	技术	2.1球管阳极热容量（2分）：3.0MHU < 球管阳极热容量 ≤ 5.0MHU，得1分；球管阳极热容量 > 5.0MHU，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	技术	2.2最大阳极冷却速率（2分）：450kHU/min < 最大阳极冷却速率 ≤ 1500kHU/min，得1分；最大阳极冷却速率 > 1500kHU/min，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	3、培训方案（4分）：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训）的培训内容、培训人员及培训安排是否合理可行、是否有针对性进行评议： 培训方案符合采购需求要求且方案详细、合理、可操作的得4分； 培训方案基本符合本项目采购需求、但方案不够详细、不够合理、操作性差的得2分； 未提供方案的不得分。 未提供方案的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	4、质保期（4分）：投标人所投设备验收合格后整机（含球管）免费保修每增加1年得1分。最多得4分。 注：免费保修未整机增加或增加部分不足1年的不予计算。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0
5	技术	5、延保价格（4分），根据第三部分采购需求/一、商务需求中售后服务要求中提供的延保价格，在7%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得4分。 注：延保金额减少部分不足1%的不予计算。	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	6、业绩（3分）：根据投标人提供的自2020年1月1日至今（销售业绩时间以合同签订时间为准），所响应产品同规格型号设备的销售业绩进行评议，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供业绩清单列表和合同复印件并加盖投标人公章，未提供合同复印件或未按要求盖章的不予认可。②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供省级以上主管部门认定材料复印件并加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
7	技术	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1) 提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.69	60.06	43.06	47.69	53.69

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：舟山医院采购医用血管造影X射线系统项目（重发）（CBNB-20241545G-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江镇德医疗科技有限公司	宁波海曙东日医疗器械有限公司	宁波海曙佳华医疗设备有限公司	宁波精奥医疗设备服务有限公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（50分）： 技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求/二、技术要求的得50分。 每负偏离一条未标注“▲和★”条款的扣0.314分（扣分最多保留两位小数）；每负偏离一条标注“★”条款的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 任何一条标注“▲”条款负偏离的作无效标处理。	0-50	49.69	46.06	37.06	43.69	40.69
2.1	技术	2.1球管阳极热容量（2分）：3.0MHU<球管阳极热容量≤5.0MHU，得1分；球管阳极热容量>5.0MHU，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	技术	2.2最大阳极冷却速率（2分）：450kHU/min<最大阳极冷却速率≤1500kHU/min，得1分；最大阳极冷却速率>1500kHU/min，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	3、培训方案（4分）：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训）的培训内容、培训人员及培训安排是否合理可行、是否有针对性进行评议： 培训方案符合采购需求要求且方案详细、合理、可操作的得4分； 培训方案基本符合本项目采购需求、但方案不够详细、不够合理、操作性差的得2分； 未提供方案的不得分。 未提供方案的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	4、质保期（4分）：投标人所投设备验收合格后整机（含球管）免费保修每增加1年得1分。最多得4分。 注：免费保修未整机增加或增加部分不足1年的不予计算。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0
5	技术	5、延保价格（4分），根据第三部分采购需求/一、商务需求中售后服务要求中提供的延保价格，在7%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得4分。 注：延保金额减少部分不足1%的不予计算。	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	6、业绩（3分）：根据投标人提供的自2020年1月1日至今（销售业绩时间以合同签订时间为准），所响应产品同规格型号设备的销售业绩进行评议，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供业绩清单列表和合同复印件并加盖投标人公章，未提供合同复印件或未按要求盖章的不予认可。②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供省级以上主管部门认定材料复印件并加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
7	技术	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.69	60.06	43.06	47.69	53.69

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：舟山医院采购医用血管造影X射线系统项目（重发）（CBNB-20241545G-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江镇德医疗科技有限公司	宁波海曙东日医疗器械有限公司	宁波海曙佳华医疗设备有限公司	宁波精奥医疗设备服务有限公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（50分）： 技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求/二、技术要求的得50分。 每负偏离一条未标注“▲和★”条款的扣0.314分（扣分最多保留两位小数）；每负偏离一条标注“★”条款的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 任何一条标注“▲”条款负偏离的作无效标处理。	0-50	49.69	46.06	37.06	43.69	40.69
2.1	技术	2.1球管阳极热容量（2分）：3.0MHU<球管阳极热容量≤5.0MHU，得1分；球管阳极热容量>5.0MHU，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	技术	2.2最大阳极冷却速率（2分）：450kHU/min<最大阳极冷却速率≤1500kHU/min，得1分；最大阳极冷却速率>1500kHU/min，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	3、培训方案（4分）：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训）的培训内容、培训人员及培训安排是否合理可行、是否有针对性进行评议： 培训方案符合采购需求要求且方案详细、合理、可操作的得4分； 培训方案基本符合本项目采购需求、但方案不够详细、不够合理、操作性差的得2分； 未提供方案的不得分。 未提供方案的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	4、质保期（4分）：投标人所投设备验收合格后整机（含球管）免费保修每增加1年得1分。最多得4分。 注：免费保修未整机增加或增加部分不足1年的不予计算。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0
5	技术	5、延保价格（4分），根据第三部分采购需求/一、商务需求中售后服务要求中提供的延保价格，在7%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得4分。 注：延保金额减少部分不足1%的不予计算。	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	6、业绩（3分）：根据投标人提供的自2020年1月1日至今（销售业绩时间以合同签订时间为准），所响应产品同规格型号设备的销售业绩进行评议，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供业绩清单列表和合同复印件并加盖投标人公章，未提供合同复印件或未按要求盖章的不予认可。②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供省级以上主管部门认定材料复印件并加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
7	技术	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.69	60.06	43.06	47.69	53.69

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：舟山医院采购医用血管造影X射线系统项目（重发）（CBNB-20241545G-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江镇德医疗科技有限公司	宁波海曙东日医疗器械有限公司	宁波海曙佳华医疗设备有限公司	宁波精奥医疗设备服务有限公司
1	技术	1、对招标文件的技术需求响应情况（50分）： 技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求/二、技术要求的得50分。 每负偏离一条未标注“▲和★”条款的扣0.314分（扣分最多保留两位小数）；每负偏离一条标注“★”条款的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 任何一条标注“▲”条款负偏离的作无效标处理。	0-50	49.69	46.06	37.06	43.69	40.69
2.1	技术	2.1球管阳极热容量（2分）：3.0MHU < 球管阳极热容量 ≤ 5.0MHU，得1分；球管阳极热容量 > 5.0MHU，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2	技术	2.2最大阳极冷却速率（2分）：450kHU/min < 最大阳极冷却速率 ≤ 1500kHU/min，得1分；最大阳极冷却速率 > 1500kHU/min，得2分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	3、培训方案（4分）：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训）的培训内容、培训人员及培训安排是否合理可行、是否有针对性进行评议： 培训方案符合采购需求要求且方案详细、合理、可操作的得4分； 培训方案基本符合本项目采购需求、但方案不够详细、不够合理、操作性差的得2分； 未提供方案的不得分。 未提供方案的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	4、质保期（4分）：投标人所投设备验收合格后整机（含球管）免费保修每增加1年得1分。最多得4分。 注：免费保修未整机增加或增加部分不足1年的不予计算。	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0
5	技术	5、延保价格（4分），根据第三部分采购需求/一、商务需求中售后服务要求中提供的延保价格，在7%的基础上延保报价每降低1%得1分，最高得4分。 注：延保金额减少部分不足1%的不予计算。	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	6、业绩（3分）：根据投标人提供的自2020年1月1日至今（销售业绩时间以合同签订时间为准），所响应产品同规格型号设备的销售业绩进行评议，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供业绩清单列表和合同复印件并加盖投标人公章，未提供合同复印件或未按要求盖章的不予认可。②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；投标文件中须提供省级以上主管部门认定材料复印件并加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
7	技术	7.1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 7.2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1) 提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.69	60.06	43.06	47.69	53.69

专家（签名）：