

政府采购符合性评审汇总表

项目名称： 绍兴市中心医院医共体总院数字减影血管造影X线机（DSA）采购项目（绍柯采[2024]2589号）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-12-25 09:30:00
开标地点	柯桥区绍兴市柯桥区公共资源交易中心3楼开标大厅3号开标大厅		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	浙江九州通医疗器械有限公司	符合	
2	北京中维康达医疗设备贸易有限公司	符合	
3	宁波海高优服医疗科技有限公司	符合	
4	浙江民发机电科技有限公司	不符合	<p>1. 实质性条款6.2.4.5、6.2.4.8未响应; 2. 实质性条款6.2.4.5、6.2.4.8未响应;</p> <p>1. 所投文件实质性条款6.2.4.5, 6.2.4.8未响应。; 2. 所投文件实质性条款6.2.4.5, 6.2.4.8未响应。;</p> <p>1. 6.2.4.5球管阳极热容量≥3.5MHU负偏离;</p> <p>6.2.4.8球管阳极散热率≥6700W负偏离</p> <p>以上为实质性条款; 2. 6.2.4.5球管阳极热容量≥3.5MHU负偏离;</p> <p>6.2.4.8球管阳极散热率≥6700W负偏离</p> <p>以上为实质性条款;</p> <p>1. 实质性指标第6.2.4.5条, 第6.2.4.8条, 不符合招标文件要求。; 2. 实质性指标第6.2.4.5条, 第6.2.4.8条, 不符合招标文件要求。;</p> <p>1. 条款6.2.4.5和6.2.4.8不符合; 2. 条款6.2.4.5和6.2.4.8不符合;</p> <p>1. 技术参数重要指标6.2.4.5, 6.2.4.8不符合; 2. 技术参数重要指标6.2.4.5, 6.2.4.8不符合;</p> <p>1. 6.2.4.5和6.2.4.8实质性指标不符合招标文件要求; 2. 6.2.4.5和6.2.4.8实质性指标不符合招标文件要求;</p>

签名: