

政府采购符合性评审汇总表

项目编号	ZJ-2333010二次	项目名称	浙江省肿瘤医院直线加速器项目
采购方式	公开招标	开标时间	2024-01-18 09:30:00
开标地点	线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
			<p>1. 1、招标文件中要求△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供；贵公司投标响应为提供原厂标配治疗计划系统 1 套。根据其询标回复函答复“TPS的品牌及版本为原厂标配：经与厂家核实，TPS的品牌及版本：品牌RayStation, 版本9A。经评标委员会评定，贵公司回复与投标响应不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。同时，其投标文件中未提供RayStation相应的医疗器械注册证明，根据第三章 供应商须知 5.7 无效标 第9条，做无效标处理。</p> <p>2、招标文件中▲13.1。根据其询标回复函内容，经标委员会评定，认定贵公司未提供配置方案，未实质性响应▲13.1；做无效标处理。</p> <p>3、招标文件中第二章 采购内容及需求 三、招标技术要求 第8条 要求；第10条中△10.1提供，贵公司“提供放射治疗 X 射线图像引导系统，在投标文件技术白皮书中无CBCT相关信息。 经标委员会评定，其投标响应与事实情况不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。</p> <p>1. 1、招标文件中要求△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供；贵公司投标响应为提供原厂标配治疗计划系统 1 套。根据其询标回复函答复“TPS的品牌及版本为原厂标配：经与厂家核实，TPS的品牌及版本：品牌RayStation, 版本9A。经标委员会评定，贵公司回复与投标响应不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。同时，其投标文件中未提供RayStation相应的医疗器械注册</p>

1

浙江民发机电科技有限公司

不符合

证明，根据第三章 供应商须知 5.7 无效标 第9条，做无效标处理。

2、招标文件中▲13.1。根据其询标回复函内容，经标委员会评定，认定贵公司未提供配置方案，未实质性响应▲13.1；做无效标处理。

3、招标文件中第二章 采购内容及需求 三、招标技术要求 第8条 要求；第10条中△10.1提供，贵公司“提供放射治疗 X 射线图像引导系统，在投标文件技术白皮书中无CBCT相关信息。经标委员会评定，其投标响应与事实情况不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。

1. 1、招标文件中要求△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供；贵公司投标响应为提供原厂标配治疗计划系统 1 套。根据其询标回复函答复“TPS的品牌及版本为原厂标配：经与厂家核实，TPS的品牌及版本：品牌RayStation, 版本9A。经标委员会评定，贵公司回复与投标响应不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。同时，其投标文件中未提供RayStation相应的医疗器械注册证明，根据第三章 供应商须知 5.7 无效标 第9条，做无效标处理。

2、招标文件中▲13.1。根据其询标回复函内容，经标委员会评定，认定贵公司未提供配置方案，未实质性响应▲13.1；做无效标处理。

3、招标文件中第二章 采购内容及需求 三、招标技术要求 第8条 要求；第10条中△10.1提供，贵公司“提供放射治疗 X 射线图像引导系统，在投标文件技术白皮书中无CBCT相关信息。经标委员会评定，其投标响应与事实情况不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。

1. 1、招标文件中要求△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供；贵公司投标响应为提供原厂标配治疗计划系统 1 套。根据其询标回复函答复“TPS的品牌及版本为原厂标配：经与厂家核实，TPS的品牌及版本：品牌RayStation, 版本9A。经评标委员会评定，贵公司回复与投标响应不符，根据招标文件第三章 供

			<p>响应不符，根据招标文件第二章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。同时，其投标文件中未提供RayStation相应的医疗器械注册证明，根据第三章 供应商须知 5.7 无效标 第9条，做无效标处理。</p> <p>2、招标文件中▲13.1。根据其询标回复函内容，经标委员会评定，认定贵公司未提供配置方案，未实质性响应▲13.1；做无效标处理。</p> <p>3、招标文件中第二章 采购内容及需求 三、招标技术要求 第8条 要求；第10条中△10.1提供，贵公司“提供放射治疗 X 射线图像引导系统，在投标文件技术白皮书中无CBCT相关信息。经标委员会评定，其投标响应与事实情况不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。</p> <p>1. 1、招标文件中要求△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供；贵公司投标响应为提供原厂标配治疗计划系统 1 套。根据其询标回复函答复“TPS的品牌及版本为原厂标配：经与厂家核实，TPS的品牌及版本：品牌RayStation, 版本9A。经标委员会评定，贵公司回复与投标响应不符，根据招标</p>
2	浙江物产中大医药有限公司	符合	
3	荣易达（杭州）医疗有限公司	符合	
4	宁波天义医疗器械有限公司	符合	

签名：