

技术商务评分明细（沈国理）

项目名称：杭州市第七人民医院3.0T磁共振维保（ZJ-2332521）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西门子医疗有限公司	大佳（杭州）国际贸易有限公司	国药工医（上海）工程技术有限公司	广东上药桑尼克医疗科技有限公司
1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分。提供证书复印件，否则不得分	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	业绩：投标人同类案例成功的业绩（同类案例指：同品牌同型号设备年保修服务）：每提供一份合同复印件得0.5分，最多得1分。合同内容应清楚可见本次维修保养的机型，同一家医院提供多份合同的，不重复计分。	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0
3	技术	采购需求响应：对应于采购文件“第三部分 采购需求”的第一项内容的响应情况，全部满足得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求扣3分，超过11条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-33	33.0	24.0	33.0	24.0
4.1	技术	重点、难点分析：投标人对维保服务期间可能面临的问题和难点、要点等问题进行剖析。分析精准到位得5分；分析较精准到位得4分；分析普通得3分；分析有所欠缺得2分；分析不够全面得1分；分析缺乏合理性得0.5分；未提供分析得0分	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0
4.2	技术	针对投标人的管理服务模式、工作流程、管理承诺方案进行评分。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
4.3	技术	维保服务方案：评委对各投标人提供的维保服务方案的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
4.4	技术	预防性维护保养计划：评委对各投标人提供的预防性维护保养计划的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
4.5	技术	维修响应速度（维修响应速度是指接到维修通知后到达设备维修现场所需的时间）： 1）承诺维修响应速度≤24小时得6分； 2）24小时<承诺维修响应速度≤36小时得3分； 3）承诺维修响应速度>36小时，得0分；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4.6.1	技术	远程报警服务方案：评委对方案中所体现的远程报警内容的完整性、合理性及可行性进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
4.6.2	技术	远程诊断、升级服务方案：评委对方案中所体现的智能远程诊断故障内容和远程系统软件升级的完整性、合理性及可行性进行评价。进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0

4.7	技术	针对突发事件应急处理措施及本项目制定的紧急预案进行评分。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人在维修保养中配备的维修、保养工具情况进行评审，需具有匀场设备、励磁设备、示波器、数字多用表的维修保养工具，提供清单、照片和工具序列号。 1) 具有完整的维修、保养工具≥2套得4分； 2) 1套≤完整的维修、保养工具<2套得2分； 3) 维修、保养工具不全或不提供不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
6	技术	投标人在国内的备品备件库中需具有如下同型号的原厂贵重备件： 1) 具有适用于本项目的全新磁体及冷头≥2套得4分； 2) 1套≤具有适用于本项目的全新磁体及冷头<2套得2分； 3) 备件不全或不提供不得分。 (需提供海关报关单复印件)	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供维修工程师情况，包括人员名单、联系方式、学历、工作经验、本次保修品牌原厂服务工程师资质证书等 1、具有原厂认证工程师≥2名，且证明材料齐全得4分； 2、1名≤原厂认证工程师<2名，得2分； 3、没有原厂认证工程师不得分。 证明材料：提供工程师的资质证书复印件（培训内容范围清晰可见）、投标截止日前3个月中任意一个月内的社保证明复印件，维保人员的社保单位须与投标单位一致。	0-4	4.0	0.0	2.0	2.0
8	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑合理可行安排有针对性得4分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	84.0	57.0	70.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（毛定立）

项目名称：杭州市第七人民医院3.0T磁共振维保（ZJ-2332521）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西门子医疗系统有限公司	大佳（杭州）国际贸易有限公司	国药工医（上海）工程技术有限公司	广东上药桑尼克医疗科技有限公司
1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分。提供证书复印件，否则不得分	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	业绩：投标人同类案例成功的业绩（同类案例指：同品牌同型号设备年保修服务）：每提供一份合同复印件得0.5分，最多得1分。合同内容应清楚可见本次维修保养的机型，同一家医院提供多份合同的，不重复计分。	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0
3	技术	采购需求响应：对应于采购文件“第三部分 采购需求”的第一项内容的响应情况，全部满足得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求扣3分，超过11条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-33	33.0	24.0	33.0	24.0
4.1	技术	重点、难点分析：投标人对维保服务期间可能面临的问题和难点、要点等问题进行剖析。分析精准到位得5分；分析较精准到位得4分；分析普通得3分；分析有所欠缺得2分；分析不够全面得1分；分析缺乏合理性得0.5分；未提供分析得0分	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	针对投标人的管理服务模式、工作流程、管理承诺方案进行评分。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
4.3	技术	维保服务方案：评委对各投标人提供的维保服务方案的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	5.0	3.0	4.0	3.0
4.4	技术	预防性维护保养计划：评委对各投标人提供的预防性维护保养计划的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
4.5	技术	维修响应速度（维修响应速度是指接到维修通知后到达设备维修现场所需的时间）： 1) 承诺维修响应速度≤24小时得6分； 2) 24小时<承诺维修响应速度≤36小时得3分； 3) 承诺维修响应速度>36小时，得0分；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4.6.1	技术	远程报警服务方案：评委对方案中所体现的远程报警内容的完整性、合理性及可行性进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
4.6.2	技术	远程诊断、升级服务方案：评委对方案中所体现的智能远程诊断故障内容和远程系统软件升级的完整性、合理性及可行性进行评价。进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0

4.7	技术	针对突发事件应急处理措施及本项目制定的紧急预案进行评分。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人在维修保养中配备的维修、保养工具情况进行评审，需具有匀场设备、励磁设备、示波器、数字多用表的维修保养工具，提供清单、照片和工具序列号。 1) 具有完整的维修、保养工具≥2套得4分； 2) 1套≤完整的维修、保养工具<2套得2分； 3) 维修、保养工具不全或不提供不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
6	技术	投标人在国内的备品备件库中需具有如下同型号的原厂贵重备件： 1) 具有适用于本项目的全新磁体及冷头≥2套得4分； 2) 1套≤具有适用于本项目的全新磁体及冷头<2套得2分； 3) 备件不全或不提供不得分。 (需提供海关报关单复印件)	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供维修工程师情况，包括人员名单、联系方式、学历、工作经验、本次保修品牌原厂服务工程师资质证书等 1、具有原厂认证工程师≥2名，且证明材料齐全得4分； 2、1名≤原厂认证工程师<2名，得2分； 3、没有原厂认证工程师不得分。 证明材料：提供工程师的资质证书复印件（培训内容范围清晰可见）、投标截止日前3个月中任意一个月内的社保证明复印件，维保人员的社保单位须与投标单位一致。	0-4	4.0	0.0	2.0	2.0
8	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑合理可行安排有针对性得4分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	86.0	53.0	67.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（龚善侠）

项目名称：杭州市第七人民医院3.0T磁共振维保（ZJ-2332521）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西门子医疗系统有限公司	大佳（杭州）国际贸易有限公司	国药工医（上海）工程技术有限公司	广东上药桑尼克医疗科技有限公司
1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分。提供证书复印件，否则不得分	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	业绩：投标人同类案例成功的业绩（同类案例指：同品牌同型号设备年保修服务）：每提供一份合同复印件得0.5分，最多得1分。合同内容应清楚可见本次维修保养的机型，同一家医院提供多份合同的，不重复计分。	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0
3	技术	采购需求响应：对应于采购文件“第三部分 采购需求”的第一项内容的响应情况，全部满足得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求扣3分，超过11条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-33	33.0	24.0	33.0	24.0
4.1	技术	重点、难点分析：投标人对维保服务期间可能面临的问题和难点、要点等问题进行剖析。分析精准到位得5分；分析较精准到位得4分；分析普通得3分；分析有所欠缺得2分；分析不够全面得1分；分析缺乏合理性得0.5分；未提供分析得0分	0-5	4.0	2.0	3.0	2.0
4.2	技术	针对投标人的管理服务模式、工作流程、管理承诺方案进行评分。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	维保服务方案：评委对各投标人提供的维保服务方案的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0
4.4	技术	预防性维护保养计划：评委对各投标人提供的预防性维护保养计划的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.5	技术	维修响应速度（维修响应速度是指接到维修通知后到达设备维修现场所需的时间）： 1) 承诺维修响应速度≤24小时得6分； 2) 24小时<承诺维修响应速度≤36小时得3分； 3) 承诺维修响应速度>36小时，得0分；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4.6.1	技术	远程报警服务方案：评委对方案中所体现的远程报警内容的完整性、合理性及可行性进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
4.6.2	技术	远程诊断、升级服务方案：评委对方案中所体现的智能远程诊断故障内容和远程系统软件升级的完整性、合理性及可行性进行评价。进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0

4.7	技术	针对突发事件应急处理措施及本项目制定的紧急预案进行评分。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	根据投标人在维修保养中配备的维修、保养工具情况进行评审，需具有匀场设备、励磁设备、示波器、数字多用表的维修保养工具，提供清单、照片和工具序列号。 1) 具有完整的维修、保养工具≥2套得4分； 2) 1套≤完整的维修、保养工具<2套得2分； 3) 维修、保养工具不全或不提供不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
6	技术	投标人在国内的备品备件库中需具有如下同型号的原厂贵重备件： 1) 具有适用于本项目的全新磁体及冷头≥2套得4分； 2) 1套≤具有适用于本项目的全新磁体及冷头<2套得2分； 3) 备件不全或不提供不得分。 (需提供海关报关单复印件)	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供维修工程师情况，包括人员名单、联系方式、学历、工作经验、本次保修品牌原厂服务工程师资质证书等 1、具有原厂认证工程师≥2名，且证明材料齐全得4分； 2、1名≤原厂认证工程师<2名，得2分； 3、没有原厂认证工程师不得分。 证明材料：提供工程师的资质证书复印件（培训内容范围清晰可见）、投标截止日前3个月中任意一个月内的社保证明复印件，维保人员的社保单位须与投标单位一致。	0-4	4.0	0.0	2.0	2.0
8	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑合理可行安排有针对性得4分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	82.0	49.0	64.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宋可芬）

项目名称：杭州市第七人民医院3.0T磁共振维保（ZJ-2332521）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西门子医疗系统有限公司	大佳（杭州）国际贸易有限公司	国药工医（上海）工程技术有限公司	广东上药桑尼克医疗科技有限公司
1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分。提供证书复印件，否则不得分	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	业绩：投标人同类案例成功的业绩（同类案例指：同品牌同型号设备年保修服务）：每提供一份合同复印件得0.5分，最多得1分。合同内容应清楚可见本次维修保养的机型，同一家医院提供多份合同的，不重复计分。	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0
3	技术	采购需求响应：对应于采购文件“第三部分 采购需求”的第一项内容的响应情况，全部满足得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求扣3分，超过11条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-33	33.0	24.0	33.0	24.0
4.1	技术	重点、难点分析：投标人对维保服务期间可能面临的问题和难点、要点等问题进行剖析。分析精准到位得5分；分析较精准到位得4分；分析普通得3分；分析有所欠缺得2分；分析不够全面得1分；分析缺乏合理性得0.5分；未提供分析得0分	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	针对投标人的管理服务模式、工作流程、管理承诺方案进行评分。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	维保服务方案：评委对各投标人提供的维保服务方案的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.4	技术	预防性维护保养计划：评委对各投标人提供的预防性维护保养计划的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.5	技术	维修响应速度（维修响应速度是指接到维修通知后到达设备维修现场所需的时间）： 1) 承诺维修响应速度≤24小时得6分； 2) 24小时<承诺维修响应速度≤36小时得3分； 3) 承诺维修响应速度>36小时，得0分；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4.6.1	技术	远程报警服务方案：评委对方案中所体现的远程报警内容的完整性、合理性及可行性进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	1.0	2.0	2.0
4.6.2	技术	远程诊断、升级服务方案：评委对方案中所体现的智能远程诊断故障内容和远程系统软件升级的完整性、合理性及可行性进行评价。进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	1.0	2.0	2.0

4.7	技术	针对突发事件应急处理措施及本项目制定的紧急预案进行评分。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	1.0	2.0	2.0
5	技术	根据投标人在维修保养中配备的维修、保养工具情况进行评审，需具有匀场设备、励磁设备、示波器、数字多用表的维修保养工具，提供清单、照片和工具序列号。 1) 具有完整的维修、保养工具≥2套得4分； 2) 1套≤完整的维修、保养工具<2套得2分； 3) 维修、保养工具不全或不提供不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
6	技术	投标人在国内的备品备件库中需具有如下同型号的原厂贵重备件： 1) 具有适用于本项目的全新磁体及冷头≥2套得4分； 2) 1套≤具有适用于本项目的全新磁体及冷头<2套得2分； 3) 备件不全或不提供不得分。 (需提供海关报关单复印件)	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供维修工程师情况，包括人员名单、联系方式、学历、工作经验、本次保修品牌原厂服务工程师资质证书等 1、具有原厂认证工程师≥2名，且证明材料齐全得4分； 2、1名≤原厂认证工程师<2名，得2分； 3、没有原厂认证工程师不得分。 证明材料：提供工程师的资质证书复印件（培训内容范围清晰可见）、投标截止日前3个月中任意一个月内的社保证明复印件，维保人员的社保单位须与投标单位一致。	0-4	4.0	0.0	2.0	2.0
8	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑合理可行安排有针对性得4分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	82.0	47.0	63.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（潘中炉）

项目名称：杭州市第七人民医院3.0T磁共振维保（ZJ-2332521）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西门子医疗系统有限公司	大佳（杭州）国际贸易有限公司	国药工医（上海）工程技术有限公司	广东上药桑尼克医疗科技有限公司
1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分。提供证书复印件，否则不得分	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	业绩：投标人同类案例成功的业绩（同类案例指：同品牌同型号设备年保修服务）：每提供一份合同复印件得0.5分，最多得1分。合同内容应清楚可见本次维修保养的机型，同一家医院提供多份合同的，不重复计分。	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0
3	技术	采购需求响应：对应于采购文件“第三部分 采购需求”的第一项内容的响应情况，全部满足得33分，每一条不能完全响应采购需求的要求扣3分，超过11条视为未实质性响应采购需求将作无效标处理。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。	0-33	33.0	24.0	33.0	24.0
4.1	技术	重点、难点分析：投标人对维保服务期间可能面临的问题和难点、要点等问题进行剖析。分析精准到位得5分；分析较精准到位得4分；分析普通得3分；分析有所欠缺得2分；分析不够全面得1分；分析缺乏合理性得0.5分；未提供分析得0分	0-5	5.0	4.0	3.0	4.0
4.2	技术	针对投标人的管理服务模式、工作流程、管理承诺方案进行评分。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	维保服务方案：评委对各投标人提供的维保服务方案的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0
4.4	技术	预防性维护保养计划：评委对各投标人提供的预防性维护保养计划的可行性，针对性，合理性进行评价。内容完整、合理、规范且可行的得5分；内容较完整、较合理、较规范且较可行的得4分；内容普通的得3分；内容存在瑕疵的得2分；内容存在较多瑕疵的得1分；内容不明确、多处不足的得0.5分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
4.5	技术	维修响应速度（维修响应速度是指接到维修通知后到达设备维修现场所需的时间）： 1) 承诺维修响应速度≤24小时得6分； 2) 24小时<承诺维修响应速度≤36小时得3分； 3) 承诺维修响应速度>36小时，得0分；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
4.6.1	技术	远程报警服务方案：评委对方案中所体现的远程报警内容的完整性、合理性及可行性进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	4.0	2.0	3.0	3.0
4.6.2	技术	远程诊断、升级服务方案：评委对方案中所体现的智能远程诊断故障内容和远程系统软件升级的完整性、合理性及可行性进行评价。进行评价。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0	2.0

4.7	技术	针对突发事件应急处理措施及本项目制定的紧急预案进行评分。内容完整、合理、规范且方案可行的得4分；内容较完整、较合理、较规范且方案较可行的得3分；方案及内容基本可行的得2分；内容不明确、存在缺陷的得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
5	技术	根据投标人在维修保养中配备的维修、保养工具情况进行评审，需具有匀场设备、励磁设备、示波器、数字多用表的维修保养工具，提供清单、照片和工具序列号。 1) 具有完整的维修、保养工具≥2套得4分； 2) 1套≤完整的维修、保养工具<2套得2分； 3) 维修、保养工具不全或不提供不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
6	技术	投标人在国内的备品备件库中需具有如下同型号的原厂贵重备件： 1) 具有适用于本项目的全新磁体及冷头≥2套得4分； 2) 1套≤具有适用于本项目的全新磁体及冷头<2套得2分； 3) 备件不全或不提供不得分。 (需提供海关报关单复印件)	0-4	4.0	0.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供维修工程师情况，包括人员名单、联系方式、学历、工作经验、本次保修品牌原厂服务工程师资质证书等 1、具有原厂认证工程师≥2名，且证明材料齐全得4分； 2、1名≤原厂认证工程师<2名，得2分； 3、没有原厂认证工程师不得分。 证明材料：提供工程师的资质证书复印件（培训内容范围清晰可见）、投标截止日前3个月中任意一个月内的社保证明复印件，维保人员的社保单位须与投标单位一致。	0-4	4.0	0.0	2.0	2.0
8	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑合理可行安排有针对性得4分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-90	86.0	54.0	63.0	63.0

专家（签名）：