

## 技术商务评分明细（孔凡玖）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院（杭州市萧山区第一人民医院）椎间盘镜+低温等离子体多功能手术系统+经皮穿刺椎间盘手术器械包采购项目（XSYY2023-GK-040（ZJ-2372824））

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江慕添供应链有限公司 | 杭州途和医疗器械有限公司 | 杭州诺泽医疗器械有限公司 |
|----|------|---|------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得 <b>0.5</b> 分；所投产品取得环境标志产品的，得 <b>0.5</b> 分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。                            | 0-1  | 0.0         | 0.0          | 0.0          |
| 2  | 商务   | 投标产品销售业绩：评委对本次投标同型号投标产品自 <b>2020年1月1日</b> 起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得 <b>1</b> 分，最高 <b>3</b> 分。<br>本项目的投标产品指的是核心产品。<br>投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 0-3  | 3.0         | 0.0          | 0.0          |
| 3  | 技术   | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购需求”中“技术规格及要求”，实质性技术参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。每一条带“△”重要指标负偏离的，扣 <b>3</b> 分，每一条一般技术指标负偏离的扣 <b>1</b> 分，扣完为止。本项满分 <b>47</b> 分，本项得分小于 <b>0</b> 分的，将被认定技术评议不合格，其投标无效。                        | 0-47 | 47.0        | 45.0         | 44.0         |
| 4  | 技术   | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得 <b>4</b> 分，技术性能较先进满足临床要求得 <b>3</b> 分；技术性能基本满足临床要求的得 <b>2</b> 分；技术性能不能完全满足临床要求的得 <b>1</b> 分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得 <b>0</b> 分。                     | 0-4  | 3.0         | 1.0          | 1.0          |
| 5  | 技术   | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得 <b>3</b> 分；报价和维修成本较合理得 <b>2</b> 分，报价和维修成本一般得 <b>1</b> 分，维修成本报价不合理得 <b>0.5</b> 分，无维修报价得 <b>0</b> 分   | 0-3  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 6  | 技术   | 售后服务方案：售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得 <b>3</b> 分，响应时间一般，解决方案较合理得 <b>2</b> 分，响应时间长，解决方案一般得 <b>1</b> 分，响应时间长，解决方案差 <b>0.5</b> 分，无解决方案得 <b>0</b> 分。  | 0-3  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 7  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得 <b>3</b> 分，储备一般基本能满足售后服务要求得 <b>2</b> 分，储备情况差不能满足售后服务要求得 <b>1</b> 分，无备品备件储备得 <b>0</b> 分。  | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 8  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得 <b>2</b> 分，人员配备和售后服务一般得 <b>1</b> 分，人员配备不足售后服务经验差 <b>0.5</b> 分，无人员配备得 <b>0</b> 分。   | 0-2  | 1.0         | 0.5          | 0.0          |
| 9  | 技术   | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得 <b>2</b> 分，方案合理安排一般得 <b>1</b> 分，无方案得 <b>0</b> 分  | 0-2  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 10 | 技术   | 优惠方案：承诺在质保期内，针对本次所供产品如有破损，即给予换新优惠的，得 <b>2</b> 分。  | 0-2  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 合计 |      |   | 0-70 | 64.0        | 53.5         | 52.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（吴灿波）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院（杭州市萧山区第一人民医院）椎间盘镜+低温等离子体多功能手术系统+经皮穿刺椎间盘手术器械包采购项目（XSYY2023-GK-040（ZJ-2372824））

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 浙江慕添供应链有限公司 | 杭州途和医疗器械有限公司 | 杭州诺泽医疗器械有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。                   | 0-1  | 0.0         | 0.0          | 0.0          |
| 2  | 商务   | 投标产品销售业绩：评委对本次投标同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。<br>本项目的投标产品指的是核心产品。<br>投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 0-3  | 3.0         | 0.0          | 0.0          |
| 3  | 技术   | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购需求”中“技术规格及要求”，实质性技术参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。每一条带“△”重要指标负偏离的，扣3分，每一条一般技术指标负偏离的扣1分，扣完为止。本项满分47分，本项得分小于0分的，将被认定技术评议不合格，其投标无效。                                 | 0-47 | 47.0        | 45.0         | 44.0         |
| 4  | 技术   | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得4分，技术性能较先进满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                                       | 0-4  | 3.0         | 2.0          | 2.0          |
| 5  | 技术   | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分   | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 1.0          |
| 6  | 技术   | 售后服务方案：售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分。   | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 7  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。  | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 8  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。  | 0-2  | 1.0         | 1.0          | 0.0          |
| 9  | 技术   | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分  | 0-2  | 1.0         | 1.0          | 1.0          |
| 10 | 技术   | 优惠方案：承诺在质保期内，针对本次所供产品如有破损，即给予换新优惠的，得2分。  | 0-2  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 合计 |      |  | 0-70 | 63.0        | 57.0         | 54.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（罗斐斐）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院（杭州市萧山区第一人民医院）椎间盘镜+低温等离子体多功能手术系统+经皮穿刺椎间盘手术器械包采购项目（XSYY2023-GK-040（ZJ-2372824））

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 浙江慕添供应链有限公司 | 杭州途和医疗器械有限公司 | 杭州诺泽医疗器械有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。                   | 0-1  | 0.0         | 0.0          | 0.0          |
| 2  | 商务   | 投标产品销售业绩：评委对本次投标同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。<br>本项目的投标产品指的是核心产品。<br>投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 0-3  | 3.0         | 0.0          | 0.0          |
| 3  | 技术   | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购需求”中“技术规格及要求”，实质性技术参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。每一条带“△”重要指标负偏离的，扣3分，每一条一般技术指标负偏离的扣1分，扣完为止。本项满分47分，本项得分小于0分的，将被认定技术评议不合格，其投标无效。                                 | 0-47 | 47.0        | 45.0         | 44.0         |
| 4  | 技术   | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得4分，技术性能较先进满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                                       | 0-4  | 3.0         | 1.0          | 1.0          |
| 5  | 技术   | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分   | 0-3  | 3.0         | 1.0          | 1.0          |
| 6  | 技术   | 售后服务方案：售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分。   | 0-3  | 3.0         | 2.0          | 2.0          |
| 7  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。  | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 8  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。  | 0-2  | 2.0         | 1.0          | 0.0          |
| 9  | 技术   | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分  | 0-2  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 10 | 技术   | 优惠方案：承诺在质保期内，针对本次所供产品如有破损，即给予换新优惠的，得2分。  | 0-2  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 合计 |      |  | 0-70 | 67.0        | 55.0         | 53.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（樊凯）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院（杭州市萧山区第一人民医院）椎间盘镜+低温等离子体多功能手术系统+经皮穿刺椎间盘手术器械包采购项目（XSYY2023-GK-040（ZJ-2372824））

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 浙江慕添供应链有限公司 | 杭州途和医疗器械有限公司 | 杭州诺泽医疗器械有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。                   | 0-1  | 0.0         | 0.0          | 0.0          |
| 2  | 商务   | 投标产品销售业绩：评委对本次投标同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。<br>本项目的投标产品指的是核心产品。<br>投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 0-3  | 3.0         | 0.0          | 0.0          |
| 3  | 技术   | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购需求”中“技术规格及要求”，实质性技术参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。每一条带“△”重要指标负偏离的，扣3分，每一条一般技术指标负偏离的扣1分，扣完为止。本项满分47分，本项得分小于0分的，将被认定技术评议不合格，其投标无效。                                 | 0-47 | 47.0        | 45.0         | 44.0         |
| 4  | 技术   | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得4分，技术性能较先进满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                                       | 0-4  | 3.0         | 2.0          | 2.0          |
| 5  | 技术   | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分   | 0-3  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 6  | 技术   | 售后服务方案：售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分。   | 0-3  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 7  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。  | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 8  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。  | 0-2  | 2.0         | 1.0          | 0.0          |
| 9  | 技术   | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分  | 0-2  | 1.0         | 1.0          | 1.0          |
| 10 | 技术   | 优惠方案：承诺在质保期内，针对本次所供产品如有破损，即给予换新优惠的，得2分。  | 0-2  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 合计 |      |  | 0-70 | 64.0        | 55.0         | 53.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（陈杰）

项目名称：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院（杭州市萧山区第一人民医院）椎间盘镜+低温等离子体多功能手术系统+经皮穿刺椎间盘手术器械包采购项目（XSYY2023-GK-040（ZJ-2372824））

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 浙江慕添供应链有限公司 | 杭州途和医疗器械有限公司 | 杭州诺泽医疗器械有限公司 |
|----|------|--|------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。                   | 0-1  | 0.0         | 0.0          | 0.0          |
| 2  | 商务   | 投标产品销售业绩：评委对本次投标同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。<br>本项目的投标产品指的是核心产品。<br>投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 0-3  | 3.0         | 0.0          | 0.0          |
| 3  | 技术   | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购需求”中“技术规格及要求”，实质性技术参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。每一条带“△”重要指标负偏离的，扣3分，每一条一般技术指标负偏离的扣1分，扣完为止。本项满分47分，本项得分小于0分的，将被认定技术评议不合格，其投标无效。                                 | 0-47 | 47.0        | 45.0         | 44.0         |
| 4  | 技术   | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得4分，技术性能较先进满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                                       | 0-4  | 3.0         | 2.0          | 2.0          |
| 5  | 技术   | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分   | 0-3  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 6  | 技术   | 售后服务方案：售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分。   | 0-3  | 3.0         | 2.0          | 2.0          |
| 7  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。  | 0-3  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 8  | 技术   | 售后服务方案：售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。  | 0-2  | 2.0         | 1.0          | 0.0          |
| 9  | 技术   | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分  | 0-2  | 2.0         | 1.0          | 1.0          |
| 10 | 技术   | 优惠方案：承诺在质保期内，针对本次所供产品如有破损，即给予换新优惠的，得2分。  | 0-2  | 2.0         | 2.0          | 2.0          |
| 合计 |      |  | 0-70 | 66.0        | 56.0         | 54.0         |

专家（签名）：

