

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：宁波市海曙区白云街道社区卫生服务中心妇科磁刺激仪及生物刺激反馈仪采购项目（重发）（2024NBHSWT277-1）

采购方式	公开招标	开标时间	2024-09-18 14:00:00
开标地点	宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（一）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。 政府采购云平台（ http://www.zcygov.cn/ ）。		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	宁波市东智医疗器械有限公司	不符合	5. 缺少生物刺激反馈仪医疗产品注册证资料。； 5. 缺少生物刺激反馈仪注册证。； 5. 缺少生物刺激仪注册证书； 5. 未提供齐全的产品医疗器械注册证； 5. 缺少生物刺激反馈仪注册证；
2	宁波市廷译医疗设备有限公司	符合	
3	杭州乾乾医疗器械有限公司	符合	
4	宁波众一成医疗器械有限公司	符合	
5	成都杰丹贸易有限公司	不符合	5. 缺少医疗产品注册证； 5. 缺少磁刺激仪和生物刺激反馈仪注册证； 5. 缺注册证书； 5. 未提供产品医疗器械注册证； 5. 缺少磁刺激仪及生物反馈刺激仪注册证；

签名：