

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.5	3.0	2.5
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	3.0	2.5	2.0
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.0	3.0	3.5
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	1.5	0.5	0.5
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.0	1.5	1.0
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.0	1.5	1.0
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.2	0.8	0.5
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0
11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	1.5	0.5	1.0

12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.2	1.0	0.8
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.5	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	54.4	38.3	36.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.0	2.5	2.0
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	3.0	2.5	2.0
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.0	3.0	3.5
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	2.0	1.0	1.0
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.5	2.0	1.0
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.5	2.0	1.0
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.5	1.0	0.8
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0

11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	2.0	1.0	1.5
12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.2	0.5	0.8
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.5	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	56.2	39.5	37.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.5	3.0	2.5
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	2.0	1.5	1.0
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.5	4.0	3.5
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	1.8	1.5	1.0
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.8	2.5	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.3	2.0	1.5
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.3	2.0	1.0
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.2	1.0	1.0
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0

11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	1.8	1.0	1.5
12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.3	0.9	0.5
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.5	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	56.0	41.4	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.5	3.0	2.5
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	2.0	1.0	0.8
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.5	4.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	1.8	0.5	0.5
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.0	1.5	1.0
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.0	1.5	1.0
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.3	1.0	0.8
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0

11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	1.8	1.0	1.5
12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.3	0.8	0.5
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.5	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	54.7	38.3	35.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.5	3.0	2.5
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	2.0	1.0	1.0
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.5	4.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	1.8	0.5	0.5
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.3	1.8	1.2
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.3	1.8	1.2
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.3	1.0	0.8
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0

11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	1.8	0.8	1.2
12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.3	0.8	0.5
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.5	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	55.3	38.7	35.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.5	3.0	2.5
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	3.5	3.0	3.0
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.0	3.0	3.5
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	2.0	1.0	1.0
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.0	1.5	1.0
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.0	1.5	1.0
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.0	1.0	1.0
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0

11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	1.5	1.0	1.0
12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.0	1.0	1.0
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.0	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	54.5	40.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：东阳市横店医院医疗设备采购项目（DYCG2023-A041）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪梵诺科技有限公司	杭州美进贸易有限公司	浙江中蓝贸易有限公司
1	技术	设备选型 1、品牌知名度：产品在行业内拥有较高的知名度和认可度：提供二级及二级以上医院设备的安装数量、安装医院的名单、产家的服务体系和整体服务能力判定 0-2分 2、产品品质：根据产品的特有功能数量、功能的实用性和综合功能判定。 0-2分	0-4	3.0	2.0	1.5
2	技术	设备选型 1、产品的技术成熟度：产家具有自主研发生产能力，设备生产工艺、技术水平达到国际国内先进水平，投标产品具有升级空间，产品智能便捷 0-2分 2、专利技术及独创性：根据投标产品拥有的专利及技术的独创性酌情给分 0-2分	0-4	3.0	2.0	1.5
3	技术	招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得 23分 ； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加 1分 ，最多加 3分 ，经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理。 实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 带★的重要性能指标及技术参数，如出现负偏离，每项负偏离扣 1.5分 ；除带▲的实质性性能指标及技术参数、带★的重要性能指标及技术参数外，其他普通性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣 1分 ，扣完为止。	0-26	25.0	19.0	21.0
4	技术	招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得 4-5分 ； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得 3分 ； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得 0-2分 。	0-5	4.0	2.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分 0-2分 。	0-2	1.5	0.8	0.8
6	技术	安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分， 0-3分 ，无方案无措施的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	配件及耗材提供及备品备件 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给 0-2.5分 ；	0-2.5	2.0	1.5	1.0
8	商务	配件及耗材提供及备品备件 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给 0-2.5分	0-2.5	2.0	1.5	1.0
9	商务	配件及耗材提供及备品备件 备品备件的提供情况。	0-1.5	1.3	1.0	0.8
10	商务	售后服务及培训 质保期符合招标文件规定的得 0分 。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1分 ，最多得 4分 （质保期必须提供原厂售后服务承诺书）。	0-4	2.0	0.0	0.0

11	商务	售后服务及培训 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。	0-2	1.3	0.5	1.0
12	商务	售后服务及培训 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。	0-1.5	1.5	1.0	1.0
13	商务	根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分	0-2	1.5	1.0	1.0
14	商务	项目业绩 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分；	0-3	3.0	2.0	0.0
15	商务	权威认证 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000或ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，认证证书是英文版本的，需同时提供中文翻译件，否则专家可以不予给分）	0-2	1.0	0.0	0.0
合计			0-65	54.1	36.3	35.6

专家（签名）：

