

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 浙江大学医学院附属儿童医院斑马鱼养殖系统（ZJ-2430592-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海海圣生物实验设备有限公司	南京环特智鱼生物科技有限公司	宁波海锐海洋科技有限公司	青岛中科海水处理有限公司	渔雅科技（上海）有限公司
1.1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 (如要求提供证明材料、视频演示，未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。)	0-32	30.0	29.0	32.0	24.0	19.0
1.2	技术	投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、零部件材料的选型选材、材质、工艺及在使用效果评分。技术性能先进、零部件材质材料好、工艺精湛、充分满足使用要求且优化的得5分，技术性能较先进、零部件材质材料好、工艺较好、满足使用要求得4分；技术性能、零部件材质材料一般、基本满足临床要求的得3分；技术性能、零部件材质材料一般较差的得2分；技术性能不能完全满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
2.1	商务	投标产品销售业绩：评委对本次同类设备自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3.2	商务	维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
4.2	技术	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0
4.3	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0
5.1	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差得1分，无方案得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 根据投标样品的材质、操作性能评分，材质牢固耐用，有利于临床使用得5分，材质性能好，操作便利得4分，材质较好、容易操作得3分，材质及操作基本符合使用要求的得2分，材质有瑕疵，对临床使用有影响得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
6.2	技术	(2) 根据投标样品的设计生产工艺、临床使用的适用性评分。设计生产工艺精湛、临床适配性高的得5分，设计生产工艺较好、符合临床使用需求的得4分，设计生产工艺一般、基本符合临床使用需求得3分，设计生产工艺略有瑕疵、对临床使用有影响得2分，设计生产工艺有缺陷、对临床使用影响明显得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
合计			0-70	56.0	51.0	64.0	43.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 浙江大学医学院附属儿童医院斑马鱼养殖系统（ZJ-2430592-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海海圣生物实验设备有限公司	南京环特智鱼生物科技有限公司	宁波海锐海洋科技有限公司	青岛中科海水处理有限公司	渔雅科技（上海）有限公司
1.1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 (如要求提供证明材料、视频演示，未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。)	0-32	30.0	29.0	32.0	24.0	19.0
1.2	技术	投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、零部件材料的选型选材、材质、工艺及在使用效果评分。技术性能先进、零部件材质材料好、工艺精湛、充分满足使用要求且优化的得5分，技术性能较先进、零部件材质材料好、工艺较好、满足使用要求得4分；技术性能、零部件材质材料一般、基本满足临床要求的得3分；技术性能、零部件材质材料一般较差的得2分；技术性能不能完全满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
2.1	商务	投标产品销售业绩：评委对本次同类设备自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3.2	商务	维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0
4.2	技术	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0
4.3	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差得1分，无方案得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	(1) 根据投标样品的材质、操作性能评分，材质牢固耐用，有利于临床使用得5分，材质性能好，操作便利得4分，材质较好、容易操作得3分，材质及操作基本符合使用要求的得2分，材质有瑕疵，对临床使用有影响得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
6.2	技术	(2) 根据投标样品的设计生产工艺、临床使用的适用性评分。设计生产工艺精湛、临床适配性高的得5分，设计生产工艺较好、符合临床使用需求的得4分，设计生产工艺一般、基本符合临床使用需求得3分，设计生产工艺略有瑕疵、对临床使用有影响得2分，设计生产工艺有缺陷、对临床使用影响明显得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0
合计			0-70	57.0	53.0	63.0	43.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 浙江大学医学院附属儿童医院斑马鱼养殖系统（ZJ-2430592-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海海圣生物实验设备有限公司	南京环特智鱼生物科技有限公司	宁波海锐海洋科技有限公司	青岛中科海水处理有限公司	渔雅科技（上海）有限公司
1.1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 (如要求提供证明材料、视频演示，未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。)	0-32	30.0	29.0	32.0	24.0	19.0
1.2	技术	投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、零部件材料的选型选材、材质、工艺及在使用效果评分。技术性能先进、零部件材质材料好、工艺精湛、充分满足使用要求且优化的得5分，技术性能较先进、零部件材质材料好、工艺较好、满足使用要求得4分；技术性能、零部件材质材料一般、基本满足临床要求的得3分；技术性能、零部件材质材料一般较差的得2分；技术性能不能完全满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	2.0
2.1	商务	投标产品销售业绩：评委对本次同类设备自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3.2	商务	维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
4.1	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
4.2	技术	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
4.3	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0
5.1	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差得1分，无方案得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
5.2	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 根据投标样品的材质、操作性能评分，材质牢固耐用，有利于临床使用得5分，材质性能好，操作便利得4分，材质较好、容易操作得3分，材质及操作基本符合使用要求的得2分，材质有瑕疵，对临床使用有影响得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
6.2	技术	(2) 根据投标样品的设计生产工艺、临床使用的适用性评分。设计生产工艺精湛、临床适配性高的得5分，设计生产工艺较好、符合临床使用需求的得4分，设计生产工艺一般、基本符合临床使用需求得3分，设计生产工艺略有瑕疵、对临床使用有影响得2分，设计生产工艺有缺陷、对临床使用影响明显得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
合计			0-70	56.0	52.0	68.0	45.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 浙江大学医学院附属儿童医院斑马鱼养殖系统（ZJ-2430592-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海海圣生物实验设备有限公司	南京环特智鱼生物科技有限公司	宁波海锐海洋科技有限公司	青岛中科海水处理有限公司	渔雅科技（上海）有限公司
1.1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 (如要求提供证明材料、视频演示，未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。)	0-32	30.0	29.0	32.0	24.0	19.0
1.2	技术	投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、零部件材料的选型选材、材质、工艺及在使用效果评分。技术性能先进、零部件材质材料好、工艺精湛、充分满足使用要求且优化的得5分，技术性能较先进、零部件材质材料好、工艺较好、满足使用要求得4分；技术性能、零部件材质材料一般、基本满足临床要求的得3分；技术性能、零部件材质材料一般较差的得2分；技术性能不能完全满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标产品销售业绩：评委对本次同类设备自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3.2	商务	维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
4.2	技术	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0
4.3	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差得1分，无方案得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
5.2	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 根据投标样品的材质、操作性能评分，材质牢固耐用，有利于临床使用得5分，材质性能好，操作便利得4分，材质较好、容易操作得3分，材质及操作基本符合使用要求的得2分，材质有瑕疵，对临床使用有影响得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0
6.2	技术	(2) 根据投标样品的设计生产工艺、临床使用的适用性评分。设计生产工艺精湛、临床适配性高的得5分，设计生产工艺较好、符合临床使用需求的得4分，设计生产工艺一般、基本符合临床使用需求得3分，设计生产工艺略有瑕疵、对临床使用有影响得2分，设计生产工艺有缺陷、对临床使用影响明显得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0
合计			0-70	54.0	51.0	69.0	49.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 浙江大学医学院附属儿童医院斑马鱼养殖系统（ZJ-2430592-09）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海海圣生物实验设备有限公司	南京环特智鱼生物科技有限公司	宁波海锐海洋科技有限公司	青岛中科海水处理有限公司	渔雅科技（上海）有限公司
1.1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 (如要求提供证明材料、视频演示，未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。)	0-32	30.0	29.0	32.0	24.0	19.0
1.2	技术	投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、零部件材料的选型选材、材质、工艺及在使用效果评分。技术性能先进、零部件材质材料好、工艺精湛、充分满足使用要求且优化的得5分，技术性能较先进、零部件材质材料好、工艺较好、满足使用要求得4分；技术性能、零部件材质材料一般、基本满足临床要求的得3分；技术性能、零部件材质材料一般较差的得2分；技术性能不能完全满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	2.0	5.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标产品销售业绩：评委对本次同类设备自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
3.2	商务	维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务等维修价格。报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
4.2	技术	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0
4.3	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0
5.1	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差得1分，无方案得0分	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
5.2	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
6.1	技术	(1) 根据投标样品的材质、操作性能评分，材质牢固耐用，有利于临床使用得5分，材质性能好，操作便利得4分，材质较好、容易操作得3分，材质及操作基本符合使用要求的得2分，材质有瑕疵，对临床使用有影响得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	4.0	4.0	5.0	3.0	2.0
6.2	技术	(2) 根据投标样品的设计生产工艺、临床使用的适用性评分。设计生产工艺精湛、临床适配性高的得5分，设计生产工艺较好、符合临床使用需求的得4分，设计生产工艺一般、基本符合临床使用需求得3分，设计生产工艺略有瑕疵、对临床使用有影响得2分，设计生产工艺有缺陷、对临床使用影响明显得1分，未提供将导致投标无效。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0
合计			0-70	59.0	54.0	67.0	45.0	39.0

专家（签名）：

