

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院CT设备维保服务、真空清洗消毒器设备采购项目（CTZB-2024040100）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海铂雁信息科技有限公司	杭州华高医疗器械有限公司	湖州新活健康科技有限公司
1.1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.2	商务	投标人具有有效的ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
1.3	商务	投标人具有有效的ISO13485国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
2	技术	(1) 技术（服务）响应完全符合采购要求的此项得满分。 (2) 允许偏离的一般技术指标共15项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分。 (3) 加注“▲”的实质性响应技术指标低于采购需求（负偏离）的，投标无效。 证明材料：有效的技术（服务）响应表、技术证明材料。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-30	24.0	30.0	24.0
3.1	技术	根据投标人的详细维护保养方案、技术支持和质量保证措施，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.2	技术	针对本次维保服务制定的故障处理方案、预防方案及应急措施的合理性、科学性，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.3	技术	根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等的承诺进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	2.0
3.4	技术	根据提供的针对本项目设计的日常巡检报告单、详细设备档案登记表、现场服务报告单、维保操作流程等，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	2.0	3.0	1.0
4	技术	技术支持团队 提供在浙江省本地化服务机构、常驻浙江省维保工程师情况。投标人在浙江省设有长期维修机构或办事机构得3分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。 服务商在浙江省无长期维修点或办事机构，提供离用户最近的维修机构或办事机构得1分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
5	商务	维保人员配备 提供负责本项目维保人员的情况，包括人员数量、学历、职称、工作经验、同品牌CT原厂培训经历等，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。 证明材料：提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见）	0-3	1.0	3.0	2.0
6	商务	远程服务 (1) 具备对CT设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)，关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量，得1分； (2) 具备设备运行环境监控，如温度，湿度，得1分； (3) 具备设备维保记录与提醒，设备保养预约提示以及历史记录，得1分。 证明材料：提供相关证明材料，如远程界面截图等。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.1	技术	投标人提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等打分，最高得3分，不提供不得分（评分范围：3分，2分，1分）	0-3	1.0	3.0	2.0
7.2	技术	投标人提供原厂全新球管海关报关单扫描件，证明符合原厂设计参数及整机匹配性，提供得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
7.3	技术	投标人须具有全新探测器更换的能力，并提供海关报关单扫描件或出厂证明等，提供得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.4	技术	投标人提供维修备品备件物流情况，最高得2分，不提供不得分（评分范围：2分，1分，0.5分）。	0-2	1.0	2.0	1.0
8	技术	维修、保养工具 根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类打分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0.5分）。 证明材料：提供维修、保养工具清单：包含工具名称、品牌型号、购置时间等。	0-2	0.5	2.0	0.5

9	商务	业绩 投标人近三年（2021年3月1日起至本项目截标时间止）至今，同品牌同型号维保合同项目案例，每个案例得0.5分，最多2分。 证明材料：提供合同扫描件，否则不得分	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	35.5	66.0	34.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院CT设备维保服务、真空清洗消毒器设备采购项目（CTZB-2024040100）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海铂雁信息科技有限公司	杭州华高医疗器械有限公司	湖州新活健康科技有限公司
1.1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.2	商务	投标人具有有效的ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
1.3	商务	投标人具有有效的ISO13485国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
2	技术	(1) 技术（服务）响应完全符合采购要求的此项得满分。 (2) 允许偏离的一般技术指标共15项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分。 (3) 加注“▲”的实质性响应技术指标低于采购需求（负偏离）的，投标无效。 证明材料：有效的技术（服务）响应表、技术证明材料。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-30	24.0	30.0	24.0
3.1	技术	根据投标人的详细维护保修方案、技术支持和质量保证措施，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.2	技术	针对本次维保服务制定的故障处理方案、预防方案及应急措施的合理性、科学性，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.3	技术	根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等的承诺进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	1.0
3.4	技术	根据提供的针对本项目设计的日常巡检报告单、详细设备档案登记表、现场服务报告单、维保操作流程等，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	2.0	3.0	1.0
4	技术	技术支持团队 提供在浙江省本地化服务机构、常驻浙江省维保工程师情况。投标人在浙江省设有长期维修机构或办事机构得3分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。 服务商在浙江省无长期维修点或办事机构，提供离用户最近的维修机构或办事机构得1分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
5	商务	维保人员配备 提供负责本项目维保人员的情况，包括人员数量、学历、职称、工作经验、同品牌CT原厂培训经历等，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。 证明材料：提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见）	0-3	1.0	3.0	2.0
6	商务	远程服务 (1) 具备对CT设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)，关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量，得1分； (2) 具备设备运行环境监控，如温度、湿度，得1分； (3) 具备设备维保记录与提醒，设备保养预约提示以及历史纪录，得1分。 证明材料：提供相关证明材料，如远程界面截图等。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.1	技术	投标人提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等打分，最高得3分，不提供不得分（评分范围：3分，2分，1分）	0-3	1.0	3.0	1.0
7.2	技术	投标人提供原厂全新球管海关报关单扫描件，证明符合原厂设计参数及整机匹配性，提供得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
7.3	技术	投标人须具有全新探测器更换的能力，并提供海关报关单扫描件或出厂证明等，提供得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.4	技术	投标人提供维修备品备件物流情况，最高得2分，不提供不得分（评分范围：2分，1分，0.5分）。	0-2	0.0	2.0	0.5
8	技术	维修、保养工具 根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类打分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0.5分）。 证明材料：提供维修、保养工具清单：包含工具名称、品牌型号、购置时间等。	0-2	0.5	2.0	0.5

9	商务	业绩 投标人近三年（2021年3月1日起至本项目截标时间止）至今，同品牌同型号维保合同项目案例，每个案例得0.5分，最多2分。 证明材料：提供合同扫描件，否则不得分	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	34.5	66.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院CT设备维保服务、真空清洗消毒器设备采购项目（CTZB-2024040100）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海铂雁信息科技有限公司	杭州华高医疗器械有限公司	湖州新活健康科技有限公司
1.1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.2	商务	投标人具有有效的ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
1.3	商务	投标人具有有效的ISO13485国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
2	技术	(1) 技术（服务）响应完全符合采购要求的此项得满分。 (2) 允许偏离的一般技术指标共15项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分。 (3) 加注“▲”的实质性响应技术指标低于采购需求（负偏离）的，投标无效。 证明材料：有效的技术（服务）响应表、技术证明材料。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-30	24.0	30.0	24.0
3.1	技术	根据投标人的详细维护保修方案、技术支持和质量保证措施，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.2	技术	针对本次维保服务制定的故障处理方案、预防方案及应急措施的合理性、科学性，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.3	技术	根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等的承诺进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	2.0
3.4	技术	根据提供的针对本项目设计的日常巡检报告单、详细设备档案登记表、现场服务报告单、维保操作流程等，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
4	技术	技术支持团队 提供在浙江省本地化服务机构、常驻浙江省维保工程师情况。投标人在浙江省设有长期维修机构或办事机构得3分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。 服务商在浙江省无长期维修点或办事机构，提供离用户最近的维修机构或办事机构得1分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
5	商务	维保人员配备 提供负责本项目维保人员的情况，包括人员数量、学历、职称、工作经验、同品牌CT原厂培训经历等，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。 证明材料：提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见）	0-3	1.0	3.0	2.0
6	商务	远程服务 (1) 具备对CT设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)，关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量，得1分； (2) 具备设备运行环境监控，如温度，湿度，得1分； (3) 具备设备维保记录与提醒，设备保养预约提示以及历史记录，得1分。 证明材料：提供相关证明材料，如远程界面截图等。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.1	技术	投标人提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等打分，最高得3分，不提供不得分（评分范围：3分，2分，1分）	0-3	1.0	3.0	1.0
7.2	技术	投标人提供原厂全新球管海关报关单扫描件，证明符合原厂设计参数及整机匹配性，提供得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
7.3	技术	投标人须具有全新探测器更换的能力，并提供海关报关单扫描件或出厂证明等，提供得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.4	技术	投标人提供维修备品备件物流情况，最高得2分，不提供不得分（评分范围：2分，1分，0.5分）。	0-2	0.5	2.0	0.5
8	技术	维修、保养工具 根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类打分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0.5分）。 证明材料：提供维修、保养工具清单：包含工具名称、品牌型号、购置时间等。	0-2	0.5	2.0	0.5

9	商务	业绩 投标人近三年（2021年3月1日起至本项目截标时间止）至今，同品牌同型号维保合同项目案例，每个案例得0.5分，最多2分。 证明材料：提供合同扫描件，否则不得分	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	34.0	65.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院CT设备维保服务、真空清洗消毒器设备采购项目（CTZB-2024040100）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海铂雁信息科技有限公司	杭州华高医疗器械有限公司	湖州新活健康科技有限公司
1.1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.2	商务	投标人具有有效的ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
1.3	商务	投标人具有有效的ISO13485国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
2	技术	(1) 技术（服务）响应完全符合采购要求的此项得满分。 (2) 允许偏离的一般技术指标共15项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分。 (3) 加注“▲”的实质性响应技术指标低于采购需求（负偏离）的，投标无效。 证明材料：有效的技术（服务）响应表、技术证明材料。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-30	24.0	30.0	24.0
3.1	技术	根据投标人的详细维护保修方案、技术支持和质量保障措施，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.2	技术	针对本次维保服务制定的故障处理方案、预防方案及应急措施的合理性、科学性，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.3	技术	根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等的承诺进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
3.4	技术	根据提供的针对本项目设计的日常巡检报告单、详细设备档案登记表、现场服务报告单、维保操作流程等，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0
4	技术	技术支持团队 提供在浙江省本地化服务机构、常驻浙江省维保工程师情况。投标人在浙江省设有长期维修机构或办事机构得3分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。 服务商在浙江省无长期维修点或办事机构，提供离用户最近的维修机构或办事机构得1分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
5	商务	维保人员配备 提供负责本项目维保人员的情况，包括人员数量、学历、职称、工作经验、同品牌CT原厂培训经历等，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。 证明材料：提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见）	0-3	1.0	3.0	2.0
6	商务	远程服务 (1) 具备对CT设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)，关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量，得1分； (2) 具备设备运行环境监控，如温度、湿度，得1分； (3) 具备设备维保记录与提醒，设备保养预约提示以及历史记录，得1分。 证明材料：提供相关证明材料，如远程界面截图等。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.1	技术	投标人提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等打分，最高得3分，不提供不得分（评分范围：3分，2分，1分）	0-3	1.0	3.0	1.0
7.2	技术	投标人提供原厂全新球管海关报关单扫描件，证明符合原厂设计参数及整机匹配性，提供得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
7.3	技术	投标人须具有全新探测器更换的能力，并提供海关报关单扫描件或出厂证明等，提供得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.4	技术	投标人提供维修备品备件物流情况，最高得2分，不提供不得分（评分范围：2分，1分，0.5分）。	0-2	0.5	2.0	0.5
8	技术	维修、保养工具 根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类打分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0.5分）。 证明材料：提供维修、保养工具清单：包含工具名称、品牌型号、购置时间等。	0-2	0.5	2.0	0.5

9	商务	业绩 投标人近三年（2021年3月1日起至本项目截标时间止）至今，同品牌同型号维保合同项目案例，每个案例得0.5分，最多2分。 证明材料：提供合同扫描件，否则不得分	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	34.0	64.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院CT设备维保服务、真空清洗消毒器设备采购项目（CTZB-2024040100）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海铂雁信息科技有限公司	杭州华高医疗器械有限公司	湖州新活健康科技有限公司
1.1	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.2	商务	投标人具有有效的ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
1.3	商务	投标人具有有效的ISO13485国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	1.0	0.0
1.4	商务	投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证的得1分，没有的不得分。证明材料：凭相关有效的认证证书复印件，非中文证书须提供中文翻译件。	0-1	0.0	0.0	0.0
2	技术	(1) 技术（服务）响应完全符合采购要求的此项得满分。 (2) 允许偏离的一般技术指标共15项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分。 (3) 加注“▲”的实质性响应技术指标低于采购需求（负偏离）的，投标无效。 证明材料：有效的技术（服务）响应表、技术证明材料。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。	0-30	24.0	30.0	24.0
3.1	技术	根据投标人的详细维护保修方案、技术支持和质量保证措施，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	1.0
3.2	技术	针对本次维保服务制定的故障处理方案、预防方案及应急措施的合理性、科学性，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	1.0
3.3	技术	根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等的承诺进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	1.0
3.4	技术	根据提供的针对本项目设计的日常巡检报告单、详细设备档案登记表、现场服务报告单、维保操作流程等，进行评审，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。	0-3	1.0	3.0	1.0
4	技术	技术支持团队 提供在浙江省本地化服务机构、常驻浙江省维保工程师情况。投标人在浙江省设有长期维修机构或办事机构得3分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。 服务商在浙江省无长期维修点或办事机构，提供离用户最近的维修机构或办事机构得1分，提供租房合同扫描件或房产证明资料，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
5	商务	维保人员配备 提供负责本项目维保人员的情况，包括人员数量、学历、职称、工作经验、同品牌CT原厂培训经历等，最高得3分（评分范围：3分，2分，1分）。 证明材料：提供原厂培训证书扫描件（培训内容范围清晰可见）	0-3	1.0	3.0	2.0
6	商务	远程服务 (1) 具备对CT设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)，关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量，得1分； (2) 具备设备运行环境监控，如温度、湿度，得1分； (3) 具备设备维保记录与提醒，设备保养预约提示以及历史记录，得1分。 证明材料：提供相关证明材料，如远程界面截图等。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.1	技术	投标人提供仓库情况地址、面积及设备备品备件储备情况等打分，最高得3分，不提供不得分（评分范围：3分，2分，1分）	0-3	1.0	3.0	1.0
7.2	技术	投标人提供原厂全新球管海关报关单扫描件，证明符合原厂设计参数及整机匹配性，提供得3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
7.3	技术	投标人须具有全新探测器更换的能力，并提供海关报关单扫描件或出厂证明等，提供得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7.4	技术	投标人提供维修备品备件物流情况，最高得2分，不提供不得分（评分范围：2分，1分，0.5分）。	0-2	0.5	2.0	1.0
8	技术	维修、保养工具 根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类打分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0.5分）。 证明材料：提供维修、保养工具清单：包含工具名称、品牌型号、购置时间等。	0-2	0.5	2.0	0.5

9	商务	业绩 投标人近三年（2021年3月1日起至本项目截标时间止）至今，同品牌同型号维保合同项目案例，每个案例得0.5分，最多2分。 证明材料：提供合同扫描件，否则不得分	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	34.0	68.0	32.5

专家（签名）：