

符合性评审汇总表

项目编号	诸政采2022-12-04	项目名称	诸暨市妇幼保健院医疗器械采购项目（二）-标项7
采购方式	公开招标	开标时间	2022-12-28 09:00:00
符合性审查人员		开标地点	政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	诸暨市皓锐医疗设备有限公司	符合	
2	杭州莱得科技有限公司	符合	
3	杭州晟跃贸易有限公司	不符合	<p>2. *3.1.3和*3.2.3所投产品 屏幕尺寸不符合招标文件要求。</p> <p>2. 技术指标，实质性要求： 3.1.3 屏幕尺寸不符合 2. 3.1.3、3.2.3屏幕尺寸不符合招标文件要求。</p> <p>2. 技术参数不满足招标文件实质性要求</p> <p>2. 3.1.3 要求是屏幕尺寸小于等于16寸，而供应商提供的产品是18.1寸，不满足实质性响应要求。</p>
4	上海源希生物科技有限公司	符合	

签名：