

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：义乌市中心医院直线加速器维保服务采购（ZJKP2024YW315G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江埃特斯医疗技术有限公司	安徽顺捷医疗科技有限公司	宁波安卓医疗设备有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类服务合同（最高3分）：1分/每份同类合同。 注：需提供业绩合同材料复印件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
2.1	技术	根据投标人针对维保设备进行性能检查（0、0.2、0.4、0.8、1分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
2.2	技术	根据投标人针对维保设备进行安全检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.2	0.8	0.4
2.3	技术	根据投标人针对维保设备进行运行状态检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.2	0.8
2.4	技术	根据投标人针对维保设备进行系统检测、备份、校准（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
3	技术	根据投标人提供的软件维护升级方案进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.2	0.8	0.8
4	技术	投标人具有国家生态环境主管部门颁发的辐射安全许可证的得2分，投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
5	技术	对投标人提供的设备维保的实施过程中，对维保人员管理制度进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	0.8	0.8
6	技术	对投标人提供的设备管理服务进行打分，包含设备维保数据的提供及设备运行数据的提供（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	0.8	0.8
7	技术	对投标人提供的设备维保服务方案（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.2	0.8
8	技术	对投标人提供的设备保修服务的质量保证措施（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.2	1.0	1.0
9	技术	对投标人提供的预防性维护保养计划进行打分内容包含加速器主机，治疗床系统，影像系统，SYNGO软件系统等（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	1.0	0.8
10.1	技术	根据投标人提供的技术故障响应时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.0	1.0
10.2	技术	根据投标人提供的设备故障解决时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）等的响应进行打分。	0-2	1.2	1.0	1.0
11	技术	根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.0	1.0
12.1	技术	根据投标人提供的维保记录：日常保养巡检登记（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.2	1.0	1.0
12.2	技术	根据投标人提供的维保记录：安全检查记录（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.5	1.2
12.3	技术	根据投标人提供的维保记录：修复后的跟踪服务报告（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.2	0.8	0.8
13	技术	在设备远程系统服务过程中，投标人承诺保证采购人信息数据安全，不泄露信息的得2分，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	技术	投标人为本项目提供的服务团队人员具有不少于3名硬件工程师、不少于1名软件工程师和不少于1名培训工程师，投标人须提供各人员培训证书有效扫描件，及投标文件递交截止时间前六个月内任意一月（不含投标截止当月，因投标人当月新成立的，可提供相关说明，视同符合要求）投标人或其代理的售后服务机构为服务人员缴纳的社保证明材料。未按以上要求提供证明材料的不得分。投标人每提供一个且符合第三章人员服务资质的得2分，最高得10分。	0-10	4.0	0.0	0.0
15.1	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的计划（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的内容（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
16	技术	投标人需提供有能力更换加速管的说明，包括加速管出厂合格检验报告，专用buddleship扫描水箱，wellhofer束流调试软件，每提供一项得2分，最高得6分，并提供实物图片，软硬件序列号，客户验收报告等佐证材料，否则不得分。	0-6	6.0	2.0	0.0
17.1	技术	投标人在国内备件仓库有充足的备品备件（至少包含L3闸流管，聚焦线圈，速调管、高压油箱、射频源、电离室等），每提供一项得1分，最高得6分，投标人须完整提供以下资料：①库存备件清单及序列号②各备件的出厂检验报告，否则不得分。	0-6	5.0	0.0	0.0
17.2	技术	投标人提供从设备制造商采购光栅电机，光栅传感器板，光栅控制板，射频源等核心零配件的采购合同，每提供一项得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
18	技术	对投标人提供的适用于同品牌加速器的应急处置方案，结合制造商安全规范，辐射安全等方面进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	1.0
19	技术	在满足招标文件服务内容的基础上，对投标人提供的其他服务内容进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	0.8	0.8
合计			0-70	51.2	24.9	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：义乌市中心医院直线加速器维保服务采购（ZJKP2024YW315G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江埃特斯医疗技术有限公司	安徽顺捷医疗科技有限公司	宁波安卓医疗设备有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类服务合同（最高3分）：1分/每份同类合同。 注：需提供业绩合同材料复印件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
2.1	技术	根据投标人针对维保设备进行性能检查（0、0.2、0.4、0.8、1分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
2.2	技术	根据投标人针对维保设备进行安全检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.8	1.2	1.0
2.3	技术	根据投标人针对维保设备进行运行状态检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.8	1.2	1.0
2.4	技术	根据投标人针对维保设备进行系统检测、备份、校准（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.2	1.0
3	技术	根据投标人提供的软件维护升级方案进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.2	1.0
4	技术	投标人具有国家生态环境主管部门颁发的辐射安全许可证的得2分，投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
5	技术	对投标人提供的设备维保的实施过程中，对维保人员管理制度进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0
6	技术	对投标人提供的设备管理服务进行打分，包含设备维保数据的提供及设备运行数据的提供（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0
7	技术	对投标人提供的设备维保服务方案（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.2	1.0
8	技术	对投标人提供的设备保修服务的质量保障措施（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.2	1.0
9	技术	对投标人提供的预防性维护保养计划进行打分内容包含加速器主机，治疗床系统，影像系统，SYNGO软件系统等（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.2	1.0
10.1	技术	根据投标人提供的技术故障响应时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.2	1.0
10.2	技术	根据投标人提供的设备故障解决时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）等的响应进行打分。	0-2	1.5	1.2	1.0
11	技术	根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.2	1.0
12.1	技术	根据投标人提供的维保记录：日常保养巡检登记（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.2	1.0
12.2	技术	根据投标人提供的维保记录：安全检查记录（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.2	1.0
12.3	技术	根据投标人提供的维保记录：修复后的跟踪服务报告（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.2	1.0
13	技术	在设备远程系统服务过程中，投标人承诺保证采购人信息安全，不泄露信息的得2分，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	技术	投标人为本项目提供的服务团队人员具有不少于3名硬件工程师、不少于1名软件工程师和不少于1名培训工程师，投标人须提供各人员培训证书有效扫描件，及投标文件递交截止时间前六个月内任意一月（不含投标截止当月，因投标人当月新成立的，可提供相关说明，视同符合要求）投标人或其代理的售后服务机构为服务人员缴纳的社保证明材料。未按以上要求提供证明材料的不得分。投标人每提供一个且符合第三章人员服务资质的得2分，最高得10分。	0-10	4.0	0.0	0.0
15.1	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的计划（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的内容（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
16	技术	投标人需提供有能力更换加速管的说明，包括加速管出厂合格检验报告，专用buddleship扫描水箱，wellhofer束流调试软件，每提供一项得2分，最高得6分，并提供实物图片，软硬件序列号，客户验收报告等佐证材料，否则不得分。	0-6	6.0	2.0	0.0
17.1	技术	投标人在国内备件仓库有充足的备品备件（至少包含L3闸流管，聚焦线圈，速调管、高压油箱、射频源、电离室等），每提供一项得1分，最高得6分，投标人须完整提供以下资料：①库存备件清单及序列号②各备件的出厂检验报告，否则不得分。	0-6	5.0	0.0	0.0
17.2	技术	投标人提供从设备制造商采购光栅电机，光栅传感器板，光栅控制板，射频源等核心零配件的采购合同，每提供一项得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
18	技术	对投标人提供的适用于同品牌加速器的应急处置方案，结合制造商安全规范，辐射安全等方面进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	1.0
19	技术	在满足招标文件服务内容的基础上，对投标人提供的其他服务内容进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.2	1.2
合计			0-70	54.5	28.4	20.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：义乌市中心医院直线加速器维保服务采购（ZJKP2024YW315G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江埃特斯医疗技术有限公司	安徽顺捷医疗科技有限公司	宁波安卓医疗设备有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类服务合同（最高3分）：1分/每份同类合同。 注：需提供业绩合同材料复印件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
2.1	技术	根据投标人针对维保设备进行性能检查（0、0.2、0.4、0.8、1分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
2.2	技术	根据投标人针对维保设备进行安全检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.0	1.0
2.3	技术	根据投标人针对维保设备进行运行状态检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.0	1.0
2.4	技术	根据投标人针对维保设备进行系统检测、备份、校准（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
3	技术	根据投标人提供的软件维护升级方案进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.0	0.8
4	技术	投标人具有国家生态环境主管部门颁发的辐射安全许可证的得2分，投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
5	技术	对投标人提供的设备维保的实施过程中，对维保人员管理制度进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	0.8
6	技术	对投标人提供的设备管理服务进行打分，包含设备维保数据的提供及设备运行数据的提供（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	0.8
7	技术	对投标人提供的设备维保服务方案（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.0	0.8
8	技术	对投标人提供的设备保修服务的质量保障措施（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.0	0.8
9	技术	对投标人提供的预防性维护保养计划进行打分内容包含加速器主机，治疗床系统，影像系统，SYNGO软件系统等（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	0.8
10.1	技术	根据投标人提供的技术故障响应时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	1.0	0.8
10.2	技术	根据投标人提供的设备故障解决时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）等的响应进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
11	技术	根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.0	0.8
12.1	技术	根据投标人提供的维保记录：日常保养巡检登记（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
12.2	技术	根据投标人提供的维保记录：安全检查记录（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
12.3	技术	根据投标人提供的维保记录：修复后的跟踪服务报告（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
13	技术	在设备远程系统服务过程中，投标人承诺保证采购人信息数据安全，不泄露信息的得2分，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	技术	投标人为本项目提供的服务团队人员具有不少于3名硬件工程师、不少于1名软件工程师和不少于1名培训工程师，投标人须提供各人员培训证书有效扫描件，及投标文件递交截止时间前六个月内任意一月（不含投标截止当月，因投标人当月新成立的，可提供相关说明，视同符合要求）投标人或其代理的售后服务机构为服务人员缴纳的社保证明材料。未按以上要求提供证明材料的不得分。投标人每提供一个且符合第三章人员服务资质的得2分，最高得10分。	0-10	4.0	0.0	0.0
15.1	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的计划（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的内容（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
16	技术	投标人需提供有能力更换加速管的说明，包括加速管出厂合格检验报告，专用buddleship扫描水箱，wellhofer束流调试软件，每提供一项得2分，最高得6分，并提供实物图片，软硬件序列号，客户验收报告等佐证材料，否则不得分。	0-6	6.0	2.0	0.0
17.1	技术	投标人在国内备件仓库有充足的备品备件（至少包含L3闸流管，聚焦线圈，速调管、高压油箱、射频源、电离室等），每提供一项得1分，最高得6分，投标人须完整提供以下资料：①库存备件清单及序列号②各备件的出厂检验报告，否则不得分。	0-6	5.0	0.0	0.0
17.2	技术	投标人提供从设备制造商采购光栅电机，光栅传感器板，光栅控制板，射频源等核心零配件的采购合同，每提供一项得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
18	技术	对投标人提供的适用于同品牌加速器的应急处置方案，结合制造商安全规范，辐射安全等方面进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	0.8
19	技术	在满足招标文件服务内容的基础上，对投标人提供的其他服务内容进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.0	0.8
合计			0-70	53.9	25.2	17.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：义乌市中心医院直线加速器维保服务采购（ZJKP2024YW315G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江埃特斯医疗技术有限公司	安徽顺捷医疗科技有限公司	宁波安卓医疗设备有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类服务合同（最高3分）：1分/每份同类合同。 注：需提供业绩合同材料复印件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
2.1	技术	根据投标人针对维保设备进行性能检查（0、0.2、0.4、0.8、1分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.8
2.2	技术	根据投标人针对维保设备进行安全检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.2	1.0	0.8
2.3	技术	根据投标人针对维保设备进行运行状态检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.2	1.0	0.8
2.4	技术	根据投标人针对维保设备进行系统检测、备份、校准（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.2	1.0	0.8
3	技术	根据投标人提供的软件维护升级方案进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.2	1.0
4	技术	投标人具有国家生态环境主管部门颁发的辐射安全许可证的得2分，投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
5	技术	对投标人提供的设备维保的实施过程中，对维保人员管理制度进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	0.8	1.0
6	技术	对投标人提供的设备管理服务进行打分，包含设备维保数据的提供及设备运行数据的提供（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	1.0	0.8
7	技术	对投标人提供的设备维保服务方案（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.2	0.8	0.8
8	技术	对投标人提供的设备保修服务的质量保障措施（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.2	1.0	0.8
9	技术	对投标人提供的预防性维护保养计划进行打分内容包含加速器主机，治疗床系统，影像系统，SYNGO软件系统等（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	0.8	1.0
10.1	技术	根据投标人提供的技术故障响应时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.5	0.8	0.8
10.2	技术	根据投标人提供的设备故障解决时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）等的响应进行打分。	0-2	1.2	0.8	0.8
11	技术	根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.2	1.0	0.8
12.1	技术	根据投标人提供的维保记录：日常保养巡检登记（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.2	1.0	0.8
12.2	技术	根据投标人提供的维保记录：安全检查记录（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.2	0.8	0.8
12.3	技术	根据投标人提供的维保记录：修复后的跟踪服务报告（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.2	1.0	0.8
13	技术	在设备远程系统服务过程中，投标人承诺保证采购人信息安全，不泄露信息的得2分，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	技术	投标人为本项目提供的服务团队人员具有不少于3名硬件工程师、不少于1名软件工程师和不少于1名培训工程师，投标人须提供各人员培训证书有效扫描件，及投标文件递交截止时间前六个月内任意一月（不含投标截止当月，因投标人当月新成立的，可提供相关说明，视同符合要求）投标人或其代理的售后服务机构为服务人员缴纳的社保证明材料。未按以上要求提供证明材料的不得分。投标人每提供一个且符合第三章人员服务资质的得2分，最高得10分。	0-10	4.0	0.0	0.0
15.1	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的计划（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的内容（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
16	技术	投标人需提供有能力更换加速管的说明，包括加速管出厂合格检验报告，专用buddleship扫描水箱，wellhofer束流调试软件，每提供一项得2分，最高得6分，并提供实物图片，软硬件序列号，客户验收报告等佐证材料，否则不得分。	0-6	6.0	2.0	0.0
17.1	技术	投标人在国内备件仓库有充足的备品备件（至少包含L3闸流管，聚焦线圈，速调管、高压油箱、射频源、电离室等），每提供一项得1分，最高得6分，投标人须完整提供以下资料：①库存备件清单及序列号②各备件的出厂检验报告，否则不得分。	0-6	5.0	0.0	0.0
17.2	技术	投标人提供从设备制造商采购光栅电机，光栅传感器板，光栅控制板，射频源等核心零配件的采购合同，每提供一项得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
18	技术	对投标人提供的适用于同品牌加速器的应急处置方案，结合制造商安全规范，辐射安全等方面进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.2	0.8	0.8
19	技术	在满足招标文件服务内容的基础上，对投标人提供的其他服务内容进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.2	0.8	0.8
合计			0-70	49.4	23.8	17.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：义乌市中心医院直线加速器维保服务采购（ZJKP2024YW315G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江埃特斯医疗技术有限公司	安徽顺捷医疗科技有限公司	宁波安卓医疗设备有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类服务合同（最高3分）：1分/每份同类合同。 注：需提供业绩合同材料复印件，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
2.1	技术	根据投标人针对维保设备进行性能检查（0、0.2、0.4、0.8、1分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
2.2	技术	根据投标人针对维保设备进行安全检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	1.0	0.8
2.3	技术	根据投标人针对维保设备进行运行状态检查（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	0.8	0.8
2.4	技术	根据投标人针对维保设备进行系统检测、备份、校准（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）的具体检查方法、流程进行打分。	0-2	1.5	0.8	0.8
3	技术	根据投标人提供的软件维护升级方案进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.8	1.0	0.8
4	技术	投标人具有国家生态环境主管部门颁发的辐射安全许可证的得2分，投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
5	技术	对投标人提供的设备维保的实施过程中，对维保人员管理制度进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	1.0	1.0
6	技术	对投标人提供的设备管理服务进行打分，包含设备维保数据的提供及设备运行数据的提供（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	0.8	0.8
7	技术	对投标人提供的设备维保服务方案（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.8	0.8	0.4
8	技术	对投标人提供的设备保修服务的质量保障措施（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.8	1.0	0.8
9	技术	对投标人提供的预防性维护保养计划进行打分内容包含加速器主机，治疗床系统，影像系统，SYNGO软件系统等（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.5	0.8	0.8
10.1	技术	根据投标人提供的技术故障响应时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分	0-2	1.8	1.2	1.0
10.2	技术	根据投标人提供的设备故障解决时间（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）等的响应进行打分。	0-2	1.8	0.8	0.8
11	技术	根据投标人提供的设备维修、保养工具数量、种类情况进行打分。（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.5	1.0	0.8
12.1	技术	根据投标人提供的维保记录：日常保养巡检登记（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.5	0.8	0.8
12.2	技术	根据投标人提供的维保记录：安全检查记录（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.8	0.8	0.8
12.3	技术	根据投标人提供的维保记录：修复后的跟踪服务报告（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）进行打分。	0-2	1.8	1.0	1.0
13	技术	在设备远程系统服务过程中，投标人承诺保证采购人信息安全，不泄露信息的得2分，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	技术	投标人为本项目提供的服务团队人员具有不少于3名硬件工程师、不少于1名软件工程师和不少于1名培训工程师，投标人须提供各人员培训证书有效扫描件，及投标文件递交截止时间前六个月内任意一月（不含投标截止当月，因投标人当月新成立的，可提供相关说明，视同符合要求）投标人或其代理的售后服务机构为服务人员缴纳的社保证明材料。未按以上要求提供证明材料的不得分。投标人每提供一个且符合第三章人员服务资质的得2分，最高得10分。	0-10	4.0	0.0	0.0
15.1	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的计划（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.2	0.2

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	根据各投标人对维保人员制定的业务能力培训方案，包括培训的内容（0、0.2、0.4、0.8、1分）等进行打分。	0-1	0.8	0.4	0.4
16	技术	投标人需提供有能力更换加速管的说明，包括加速管出厂合格检验报告，专用buddleship扫描水箱，wellhofer束流调试软件，每提供一项得2分，最高得6分，并提供实物图片，软硬件序列号，客户验收报告等佐证材料，否则不得分。	0-6	6.0	2.0	0.0
17.1	技术	投标人在国内备件仓库有充足的备品备件（至少包含L3闸流管，聚焦线圈，速调管、高压油箱、射频源、电离室等），每提供一项得1分，最高得6分，投标人须完整提供以下资料：①库存备件清单及序列号②各备件的出厂检验报告，否则不得分。	0-6	5.0	0.0	0.0
17.2	技术	投标人提供从设备制造商采购光栅电机，光栅传感器板，光栅控制板，射频源等核心零配件的采购合同，每提供一项得1分，最高4分。	0-4	4.0	0.0	0.0
18	技术	对投标人提供的适用于同品牌加速器的应急处置方案，结合制造商安全规范，辐射安全等方面进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）。	0-2	1.8	1.0	1.0
19	技术	在满足招标文件服务内容的基础上，对投标人提供的其他服务内容进行打分（0、0.2、0.4、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2分）	0-2	1.8	0.8	0.8
合计			0-70	56.6	23.4	17.0

专家（签名）：